



BANDO ESPLORATIVO N. **35** DEL **03.11.22** PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI  
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

**STOPLOSS™ JONES TUBE**

Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti rispetto al dispositivo medico conosciuto e di seguito indicato aventi specifiche tecniche "equivalenti" a quelle sotto descritte:

- denominazione materiale sanitario conosciuto:  
**STOPLOSS™ JONES TUBE**
- indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il materiale sanitario:  
**SET PER INTERVENTO DI CONGIUNTIVO DACRIOCISTORINOSTOMIA (CDCR)**
- descrizione delle caratteristiche tecniche possedute dal materiale sanitario, che consentono di soddisfare le esigenze sopra indicate:  
**L'IMPIANTO (TUBO DI JONES) DISPONIBILE IN DIFFERENTI LUNGHEZZE (DA 09 A 22 MM) E IN DUE MODELLI (FLANGIA DA 3.5 MM A DA 4.0 MM) OGNI IMPIANTO È DOTATO DI UNA FLANGIA IN SILICONE MEDIALE POSTA A 2MM DAL DISTALE CHE NE IMPEDISCE L'ESTRUSIONE. LA PARTE PROSSIMALE PRESENTA UN COLLARETTO CHE SI ALLOGGIA NELLA CARUNCOLA. IL KIT DI INTRADUZIONE CONTIENE UNA LANCIA TRACIANTE, UN DILATATORE A DOPPIO CALIBRO, 2 IMPIANTI DI PROVA CON COLLARETTO DA 3.5 MM ED ALTRI DUE CON COLLARETTO DA 4.0 MM;**
  - **IMPIANTO: PYREX GLASS + FLANGIA IN SILICONE MEDICALE**
  - **INTRODUCER KIT: IMPIANTI DI PROVA IN PLASTICA, LANCIA IN ACCIAIO**
  - **REMOVER KIT: CAPPIO IN SETA, MANICO IN ACCIAIO**
- denominazione del produttore del materiale conosciuto:  
**LIT SURGICAL / FCI S.A.S.**
- denominazione del distributore del materiale conosciuto:  
**OFTATECH SRL**

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un materiale sanitario avente caratteristiche funzionalmente equivalenti dovranno far pervenire, entro il **11.11.22** h. 12:00, tramite PEC ([acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it](mailto:acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it)) quanto sotto riportato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i;
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse al bando esplorativo n. **35**);
- Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
- Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici;
- **Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e, cioè, che le caratteristiche del materiale sanitario ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto detto materiale (D.lgs. 50/2016 art. 68, comma 7), esplicativa e dettagliata;**
- Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;

Il Direttore U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi  
*Dott.ssa Vilma Rosa*