

BANDO ESPLORATIVO N. **41** DEL **21.11.22** PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

CATETERI VENOSI CENTRALI "MIDLINE - GROSHONG"

Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti rispetto al dispositivo medico conosciuto e di seguito indicato aventi specifiche tecniche "equivalenti" a quelle sotto descritte:

- denominazione materiale sanitario conosciuto:
CATETERI VENOSI CENTRALI AD INSERIMENTO PERIFERICO VALVOLATI "MIDLINE - GROSHONG"
- indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il materiale sanitario:
**LA MAGGIOR PARTE DEI PAZIENTI EMATOLOGICI POSIZIONANO UN CATETERE VENOSO CENTRALE INDISPENSABILE PER IL TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO CHE GENERALMENTE SI PROTRAE PER UN PERIODO DI SEI MESI AD UN ANNO, ALMENO NELLE PATOLOGIE PIÙ SEVERE (LLA, LMA, MIELOMI, ETC).
QUESTO DEVICE PUÒ ESSERE POSIZIONATO PER PERIODI A MEDIO E LUNGO TERMINE (TRE-SEI MESI SINO AD UN ANNO) OVVIANDO AGLI ATTUALI RIPETUTI POSIZIONAMENTI DI CVC ARROW A BREVE TERMINE, CHE COMPORTA MAGGIORI RISCHI DI INFEZIONE E DI COMPLICANZE A BREVE-LUNGO TERMINE.
NEL PICC, LA PRESENZA DELLA VALVOLA GROSHONG IMPEDISCE IL REFLUSSO DEL SANGUE RIDUCENDO IL NUMERO DI ACCESSI ESTERNI ED IL FABBISOGNO DI EPARINIZZAZIONE.
INOLTRE IL POSIZIONAMENTO PERIFERICO RIDUCE IL RISCHIO INFETTIVO CVC CORRELATO IN QUANTO LA ZONA DI POSIZIONAMENTO (VENA BRACHIALE), COME EVIDENZIATO DA DIVERSI STUDI CLINICI E SCIENTIFICI, PRESENTA UNA CARICA BATTERICA EPIDERMICA INFERIORE RISPETTO ALLA ZONA DELL'INSERIMENTO IN SUCLAVIA**
- descrizione delle caratteristiche tecniche possedute dal materiale sanitario, che consentono di soddisfare le esigenze sopra indicate:
LA CARATTERISTICA ESCLUSIVA DI TALE CATETERE PICC È RAPPRESENTATA DALLA PUNTA CHIUSA ED ARROTONDATA SULLA QUALE È PRESENTE UNA VALVOLA CHE, RIMANENDO CHIUSA QUANDO IL DISPOSITIVO NON È IN FUNZIONE, EVITA IL REFLUSSO EMATICO, RIDUCENDO IL RISCHIO DI OCCLUSIONE TROMBOTICA DEL CATETERE STESSO ED ANNULLANDO IL COSTO DELL'EPARINA NECESSARIA A MANTENERE PERVIO IL CATETERE
- denominazione del produttore del materiale conosciuto:
BARD
- denominazione del distributore del materiale conosciuto:
SBM SRL

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un materiale sanitario avente **caratteristiche funzionalmente equivalenti** dovranno far pervenire, entro il **30.11.22** h. 12:00, tramite PEC (acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it) quanto sotto riportato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i;
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse al bando esplorativo n. **41**);
- Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
- Codice rilasciato dal fornitore, CNF di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici;
- Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e, cioè, che le caratteristiche del materiale sanitario ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto detto materiale (D.lgs. 50/2016 art. 68, comma 7), esplicitiva e dettagliata;**
- Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;

Il Direttore U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi
Dott.ssa Vilma Rosa

DESCRIZIONE PRODOTTO	N. PZ PER CONFEZIONE (SE NOTO)	CODICE PRODOTTO PRODUTTORE/FABBRICANTE	CND	RND	NOMINATIVO PRODUTTORE	NOMINATIVO FORNITORE
POWER PICC VALVOLATO PROSSIMALMENTE 4 FR	1	2194108	C01020101	583898		
POWER PICC VALVOLATO CON CALIBRO RIDOTTO IN ASCELLARE 5 FR	1	66295208F	C01020102	1562913		
POWER PICC SILICONE VALVOLATO 40 CM 5 FR	1	CK000517	C01020101	2148152		
POWER PICC SILICONE VALVOLATO 45 CM 5 FR	1	CK000518	C01020101	2148153		
CONNETTORE LUER-LOCK PER CATETERE PICC NXT 4 FR	10	7812400	C010280	42333		
CATETERE MIDLINE SILICONE VALVOLATO 4 FR	1	7715435	C010199	36807	BD BARD	SBM
SISTEMI DI FISSAGGIO A Y PER MIDLINE	25	IV0221	M04010299	164124		
KIT MICROINTRODUZIONE PER PICC E MIDLINE 4,5 FR	1	6826945	101280	1269774		
KIT COPRISONDA CON GUIDA	10	900013B01	Z11040185	66642		
GROSHONG NXT CLEARVUE	1	CK000516	C01020101	1356384		