

BANDO ESPLORATIVO N. **42** DEL **18.05.21** PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

FORBICI PER MICROCHIRURGIA CEREBRALE TAKAYAMA INSTRUMENT

Scadenza il **25.05.21**

Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti rispetto al dispositivo medico conosciuto e di seguito indicato aventi specifiche tecniche "equivalenti" a quelle sotto descritte:

1. denominazione materiale sanitario conosciuto: **FORBICI PER MICROCHIRURGIA CEREBRALE TAKAYAMA INSTRUMENT (KAMIYAMA SERIE)**
2. indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il materiale sanitario:
GLI STRUMENTI KAMIYAMA NASCONO DALL'ESPERIENZA DEL CELEBRE NEUROCHIRURGO GIAPPONESE HIROYASU KAMIYAMA, PROFESSIONISTA RINOMATO PER IL TRATTAMENTO DI ANEURISMI E PER LE RICOSTRUZIONI CEREBROVASCOLARI.
GLI STRUMENTI DI QUESTA SERIE SONO DOTATI DI CARATTERISTICHE UNICHE PARTICOLARMENTE UTILI E PERFORMANTI NEGLI INTERVENTI DI CHIRURGIA VASCOLARE.
NELLO SPECIFICO, LA PARTICOLARE CURVATURA DELLE LAME CONFERISCE UN ANGOLO DI TAGLIO CHE EVITA LA COMPRESSIONE DEL VASO.
ALTRETTANTO IMPORTANTE È L'ESCLUSIVA CARATTERISTICA TIPICA DELLE FORBICI DI QUESTA SERIE: IL MOVIMENTO ESERCITATO SULL'IMPUGNATURA È TRASMESSE IN ASSE E IN MODO ESATTAMENTE ANALOGO ALLE LAME.
3. denominazione del produttore del materiale conosciuto: **TAKAYAMA INSTRUMENT (JAPAN)**
4. denominazione del distributore del materiale conosciuto: **APTIVA MEDICAL S.R.L. / NEW TECH S.R.L.**

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un materiale sanitario avente **caratteristiche funzionalmente equivalenti** dovranno far pervenire, entro il **25.05.21** h. 12:00, tramite PEC (acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it) quanto sotto riportato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i;
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse al bando esplorativo n. **42**);
- Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
- Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici;
- **Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e, cioè, che le caratteristiche del materiale sanitario ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto detto materiale (D.lgs. 50/2016 art. 68, comma 7), esplicitativa e dettagliata;**
- Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;
- Costo unitario presunto (desunto da listino);

Il Direttore U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi
Dott.ssa Vilma Rosa

DESCRIZIONE PRODOTTO	N. PZ PER CONFEZIONE (SE NOTO)	CODICE PRODOTTO PRODUTTORE/FABBRICANTE	NOMINATIVO PRODUTTORE	NOMINATIVO FORNITORE
Kamiyama microscissors straight 180mm cod. K-103-18	1	K-103-18	TAKAYAMA INSTRUMENTS INC.	NEW TECH S.R.L.
Kamiyama microscissors straight ,180 mm serrated biade cod K-3030-18	1	K-3030-18	TAKAYAMA INSTRUMENTS INC.	NEW TECH S.R.L.