

BANDO ESPLORATIVO N. **55** DEL **12.07.21** PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI  
**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA**

**CATETERE A PALLONCINO NC EMERGE™**

Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti rispetto al dispositivo medico conosciuto e di seguito indicato aventi specifiche tecniche "equivalenti" a quelle sotto descritte:

1. denominazione materiale sanitario conosciuto:  
il catetere a palloncino NC EMERGE™ è l'unico catetere a palloncino coronarico disponibile nelle misure di grande diametro (5,5 mm e 6,0 mm) per il trattamento di grossi vasi
2. indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il materiale sanitario:  
NC EMERGE™, grazie alle caratteristiche del materiale del pallone a doppio strato, e alla nuova tecnologia dei cateteri a palloncino di Boston Scientific, si caratterizza per una ridotta compliance del pallone di solo 3% (percentuale di crescita del diametro del pallone tra le pressioni di 12atm e 18atm).  
Questa caratteristica garantisce una crescita ridotta e controllata del pallone all'aumentare della pressione di gonfiaggio consentendo l'utilizzo sia nella pre-dilatazione in lesioni resistenti sia nella post-dilatazione di stent.  
I ridotti profili del pallone e lo shaft BiSegment™ con rivestimento idrofilo ZGlide™ consentono di ottenere un'elevata navigabilità del dispositivo e di facilitare l'attraversamento delle lesioni più complesse.  
Il dispositivo NC EMERGE™, disponibile nell'intera gamma di misure di diametri da 2.0 a 6.0 mm (compresi i quarti di misura) e di lunghezze da 6 a 30 mm, offre un'aumentata compatibilità per effettuare la tecnica di Kissing Balloon in un catetere guida da 6F, agevolando il trattamento di procedure complesse come le biforcazioni.
3. denominazione del distributore del materiale conosciuto: BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un materiale sanitario avente caratteristiche funzionalmente equivalenti dovranno far pervenire, entro il **23.07.21** h. 12:00,

tramite PEC ([acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it](mailto:acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it)) quanto sotto riportato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i;
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse al bando esplorativo n. **55**);
- Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
- Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici;
- **Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e, cioè, che le caratteristiche del materiale sanitario ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto detto materiale (D.lgs. 50/2016 art. 68, comma 7), esplicita e dettagliata;**
- Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;

Il Direttore U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi  
*Dott.ssa Vilma Rosa*