



BANDO ESPLORATIVO N. **59** DEL **12.07.21** PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

STENT CORONARICO "SYNERGY MEGATRON"

Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti rispetto al dispositivo medico conosciuto e di seguito indicato aventi specifiche tecniche "equivalenti" a quelle sotto descritte:

- denominazione materiale sanitario conosciuto:
"SYNERGY MEGATRON" STENT CORONARICO MEDICATO CON POLIMERO ABLUMINALE E BIOASSORBIBILE A RILASCIO DI EVEROLIMUS IN PLATINO CROMO
- indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il materiale sanitario:
PROGETTATO PER L'IMPIANTO IN VASI PROSSIMALI E DI GROSSO CALIBRO, CON ELEVATA CAPACITÀ DI SOVRA-ESPANSIONE DELLO STENT, A PARTIRE DA 3,5 MM FINO A 6,0 MM DI DIAMETRO, CONSENTENDO L'IMPIANTO IN VASI CHE PRESENTANO UN'AMPIA VARIAZIONE DI CALIBRO.
IL DISEGNO SPECIFICO DELLA PIATTAFORMA IN PLATINO CROMO DELLO STENT SYNERGY MEGATRON, CON SPESSORE DELLE MAGLIE DI 89MICRON, FORNISCE ALLO STENT ALTA FORZA RADIALE, ALTA FORZA ASSIALE ED ELEVATA VISIBILITÀ PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DELLO STENT NELLE LESIONI OSTIALI, COME LE LESIONI DEL TRONCO COMUNE DELLA CORONARIA SINISTRA O DELL'OSTIO DELLA CORONARIA DESTRA.
- denominazione del distributore del materiale conosciuto: **BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.**

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un materiale sanitario avente **caratteristiche funzionalmente equivalenti** dovranno far pervenire, entro il **23.07.21** h. 12:00, tramite PEC (acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it) quanto sotto riportato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i;
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse al bando esplorativo n. **59**);
- Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
- Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici;
- Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e, cioè, che le caratteristiche del materiale sanitario ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto detto materiale (D.lgs. 50/2016 art. 68, comma 7), esplicitiva e dettagliata;**
- Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;

Il Direttore U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi
Dott.ssa Vilma Rosa