



BANDO ESPLORATIVO N. **81** DEL **15.12.21** PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI  
**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA**

**GHIACCIO STERILE SODIO CLORURO 0,9 %**

Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti rispetto al dispositivo medico conosciuto e di seguito indicato aventi specifiche tecniche "equivalenti" a quelle sotto descritte:

- denominazione materiale sanitario conosciuto:  
**SISTEMA A CONTENITORE STERILE BAXTER "GHIACCIO STERILE" SODIO CLORURO 0,9% PER IRRIGAZIONE E RAFFREDDAMENTO ML 1000 COD. 2B7231K.**  
IL SODIO CLORURO 0,9% PER IRRIGAZIONE È UNA SOLUZIONE STERILE, APIROGENA ED ISOTONICA PER LA PREPARAZIONE DI SOLUZIONI DI RAFFREDDAMENTO. NON CONTIENE AGENTI ANTIMICROBICI. IL SISTEMA A CONTENITORE STERILE BAXTER È STATO CONCEPITO AL FINE DI FORNIRE UN CONTENITORE PER SOLUZIONI DI RAFFREDDAMENTO CON LA SUPERFICIE ESTERNA STERILE CHE POSSA ESSERE UTILIZZATO IN CAMPO CHIRURGICO O PER IL TRASPORTO E LA CONSERVAZIONE DI ORGANI DESTINATI AL TRAPIANTO.
- indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il materiale sanitario:  
LA SOLUZIONE PER RAFFREDDAMENTO È USATA PER INDURRE IPOTERMIA LOCALE IN TECNICHE CHIRURGICHE A CUORE APERTO O RENALI TRAMITE APPLICAZIONE DIRETTA. L'OBIETTIVO È QUELLO DI RIDURRE L'ATTIVITÀ METABOLICA CELLULARE IN MODO CHE I TESSUTI DEL CORPO POSSANO TOLLERARE UN PERIODO DI ISCHEMIA TOTALE O PARZIALE, INIBENDO COSÌ LA FORMAZIONE E L'ATTIVAZIONE DI ENZIMI ANAEROBICI, DISTRUTTIVI E AUTOLITICI, DI SOLITO PRODOTTI E ACCUMULATI NEI TESSUTI ISCHEMIA.  
LA SOLUZIONE STERILE PUÒ ESSERE ALTRESÌ UTILIZZATA NEL TRASPORTO E CONSERVAZIONE A BASSA TEMPERATURA DEGLI ORGANI ESPIANTATI IN ATTESA DEL REIMPIANTO.
- denominazione del produttore del materiale conosciuto: **BAXTER HEALTHCARE CORPORATION**
- denominazione del distributore del materiale conosciuto: **BAXTER SPA**

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un materiale sanitario avente caratteristiche funzionalmente equivalenti dovranno far pervenire, entro il **14.01.22** h. 12:00, tramite PEC ([acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it](mailto:acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it)) quanto sotto riportato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i;
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse al bando esplorativo n. **81**);
- Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
- Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici;
- Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e, cioè, che le caratteristiche del materiale sanitario ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto detto materiale (D.lgs. 50/2016 art. 68, comma 7), esplicitativa e dettagliata;**
- Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;

Il Direttore U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi  
*Dott.ssa Vilma Rosa*