

**BANDO ESPLORATIVO N. 20 del 05 GIUGNO 2015**

**PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI PROCEDURA NEGOZIATA  
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA**

***“Apparecchiatura sanitaria GREENLIGHT XPS 180W completa di accessori”***

**Scadenza il 24 GIUGNO 2015, H. 13,00**

**Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti  
- rispetto all'apparecchiatura sanitaria conosciuta e di seguito indicata -  
aventi specifiche tecniche “equivalenti” a quelle sotto descritte**

1. denominazione dell'apparecchiatura conosciuta: **GREENLIGHT XPS 180W**

CND: Z12011099  
REPERTORIO: 389653

2. indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesta l'apparecchiatura sanitaria:

**Trattamento endoscopico della Ipertrofia prostatica benigna**

3. descrizione delle caratteristiche tecniche possedute dall'apparecchiatura, che consentono di soddisfare le esigenze sopra indicate:

Tipo laser: Laser allo stato solido, frequenza raddoppiata  
Lunghezza d'onda: 532mm  
Elevata erogazione di potenza: 180w

- levata velocità ed efficienza di vaporizzazione, con conseguente **riduzione del 50% dei tempi operatori**,
- tecnologia **in grado** di ridurre significativamente la degradazione della fibra (devetrificazione) consentendo, insieme all'aumentato limite di energia, di aumentare il limite massimo di dimensione dell'adenoma trattabile che è ora stimabile intorno ai 60ml (totale prostata 90-100ml);
- presenza di software **in grado di interrompere** il raggio laser quando viene rivelato un surriscaldamento del cappuccio metallico causato da un persistente contatto col tessuto prostatico, consentendo di mantenere la temperatura entro la gamma di sicurezza riducendo i sintomi irritativi post-operatori e il possibile danneggiamento delle fibre nervose deputate all'erezione rispetto al Laser da 120w;
- presenza di software **in grado di** cauterizzare vasi lesionati e ridurre il sanguinamento in modo più rapido e in un maggior numero di situazioni .

4. denominazione del produttore del dispositivo conosciuto: **AMERICAN MEDICAL SYSTEMS**

**Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un'apparecchiatura sanitaria avente caratteristiche funzionalmente equivalenti**

dovranno far pervenire entro il **24 GIUGNO 2015, H. 13,00** un plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'indirizzo sotto indicato:

**ASL DI PESCARA – UOC ABS , Ufficio Protocollo, Via R. Paolini 45 – 65100 Pescara.**

Sul plico dovrà essere indicato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i.
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse a bando esplorativo n. 20/2015).

Il plico dovrà contenere:

1. Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta),
2. codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici,
3. **Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e, cioè, che le caratteristiche del dispositivo ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesta l'apparecchiatura (D.L. 163/2006 art. 68 c. 4), esplicitativa e dettagliata.**
4. studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale.
5. Costo presunto (desunto da listino)

F.TO IL DIRETTORE DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI