

BANDO ESPLORATIVO n. 27 del 17 LUGLIO 2015

**PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA**

“Apparecchiatura sanitaria BM33-T per l’alta disinfezione delle sonde Transesofagee (TEE) e componente chimica dedicata composta da un detergente Trienzimatico e da un disinfettante ad alto livello a base di acido paracetico”

Scadenza il 31 LUGLIO 2015, H. 13,00

**Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti
- rispetto all’apparecchiatura sanitaria conosciuta e di seguito indicata -
aventi specifiche tecniche “equivalenti” a quelle sotto descritte**

1. denominazione dell’apparecchiatura conosciuta: ***BM-T Sistema a circuito chiuso per la disinfezione dei trasduttori ad ultrasuoni transesofagei.***

CND: Z12011301
REPERTORIO: 476584/R

2. indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesta l’apparecchiatura sanitaria:

Il reprocessing automatico, a circuito chiuso, della sonda transesofagea necessaria per lo studio invasivo delle valvole cardiache, dell’aorta toracica, per la diagnosi di endocardite infettiva, etc..., rappresenta un elemento indispensabile per l’esecuzione in sicurezza dell’esame, tra un paziente e l’altro, al fine di prevenire il rischio di trasmissione di agenti infettivi (batteri, virus e prioni), di tracciare l’avvenuto trattamento (anche ai fini medico-legali), di eliminare l’attuale procedura manuale operatore-dipendente, di tutelare la salute dell’operatore sanitario utilizzatore dal rischio biologico e chimico.

3. descrizione delle caratteristiche tecniche possedute dall’apparecchiatura, che consentono di soddisfare le esigenze sopra indicate:

Sistema a circuito chiuso per il lavaggio e la disinfezione automatizzata della Sonda transesofagea (TEE), dotato di alloggiamento per riporre la sonda riprocessata, di sistema di tracciabilità delle procedure svolte, in grado di memorizzare e di richiamare i dati di ricondizionamento delle sonde trattate, di emettere report stampati, di interfacciarsi con i PC attraverso applicazioni software.

4. denominazione del produttore del dispositivo conosciuto: **S.I.D.E.M. S.p.a.**

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un'apparecchiatura sanitaria avente caratteristiche funzionalmente equivalenti

dovranno far pervenire entro il **31 LUGLIO 2015, H. 13,00** un plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'indirizzo sotto indicato:

ASL DI PESCARA – UOC ABS , Ufficio Protocollo, Via R. Paolini 45 – 65100 Pescara.

Sul plico dovrà essere indicato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i.
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse a bando esplorativo n. 27/2015).

Il plico dovrà contenere:

1. Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta),
2. codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici,
3. **Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e, cioè, che le caratteristiche del dispositivo ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesta l'apparecchiatura (D.L. 163/2006 art. 68 c. 4), esplicita e dettagliata.**
4. studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale.
5. Costo presunto (desunto da listino)

F.TO IL DIRETTORE DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI