

BANDO ESPLORATIVO N. 8 DEL 18 FEBBRAIO 2015

**PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA**

“STENT CORONARICO AUTOESPANDIBILE”

Scadenza il 16 MARZO 2015, H. 13,00

**Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti
- rispetto a dispositivo conosciuto e di seguito indicato -
aventi specifiche tecniche “equivalenti” a quelle sotto descritte**

1. denominazione dispositivo conosciuto: **STENT CORONARICO AUTOESPANDIBILE
“STENYS SES”**.

REF. STYO2-2530-17
CNDP07040201199
RND 1226708/R

2. indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medico: **nel trattamento delle coronarie di grosse dimensioni (ectasiche) e con eventuale salto di calibro è necessario usare lo stent autoespandibile in caso di malattia su biforcazione è necessario effettuare una doppia dilatazione contemporanea sul ramo principale e sul collaterale, per chè se si dilatasse solo il laterale lo stent a maglie connesse di deformerebbe. Uno stent a maglie disconnettibili permette la dilatazione del singolo vaso collaterale, senza protezione del principale.**

3. descrizione delle caratteristiche tecniche possedute dal dispositivo, che consentono di soddisfare le esigenze sopra indicate: **la presenza di collegamenti tra le maglie disconnettibili permette di realizzare quanto precisato al punto 2 .**

4. denominazione del produttore del dispositivo conosciuto : **STENTYS SA (France)**

**Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un dispositivo avente
caratteristiche funzionalmente equivalenti,**

dovranno far pervenire entro il 16 **MARZO 2015, H. 13,00** un plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'indirizzo sotto indicato:

ASL DI PESCARA – UOC ABS , Ufficio Protocollo, Via R. Paolini 45 – 65100 Pescara.

Sul plico dovrà essere indicato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i.
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse a bando esplorativo n. 8/2015).

Il plico dovrà contenere:

1. Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta),
2. codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici,
3. **Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e cioè che le caratteristiche del dispositivo ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medico (D.L. 163/2006 art. 68 c. 4), esplicitiva e dettagliata.**
4. studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale.
5. Costo unitario presunto (desunto da listino)

F.TO IL DIRETTORE DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI