

BANDO ESPLORATIVO N. 50 DEL 03.08.18

PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

"FIBRA OTTICA MOXY PER GREENLIGHT XSP180W"

Scadenza il 10.09.18 H. 13:00

Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti rispetto al dispositivo medico conosciuto e di seguito indicato aventi specifiche tecniche "equivalenti" a quelle sotto descritte:

1. denominazione materiale sanitario conosciuto: **Fibra Ottica MOXY per Greenlight XPS 180 ref. AM 0010-2400;**
2. indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il materiale sanitario: **nel trattamento della ipertrofia prostatica benigna trova sempre più indicazione il trattamento endoscopico mediante fibra laser in quanto l'intervento è più preciso, riduce i sanguinamenti e quindi le eventuali trasfusioni successive che prolungano spesso il ricovero; permette una rapidissima rimozione del catetere vescicale con riduzione dei tempi di degenza;**
3. descrizione delle caratteristiche tecniche possedute dal materiale sanitario, che consentono di soddisfare le esigenze sopra indicate: **La riduzione dei sanguinamenti è possibile grazie alla lunghezza d'onda di 532nm della fibra laser che viene assorbita dalla emoglobina.
La potenza di 180W permette la massima erogazione di energia con aumento della precisione chirurgica e riduzione dei tempi operatori;
Inoltre la tecnologia "Active Cooling Cap" permette il raffreddamento interno tale di ridurre il degrado della fibra permettendo di mantenere la resa di potenza erogata;**
4. denominazione del produttore conosciuto: **AMS American Medical Systems**
5. denominazione del distributore del materiale di consumo conosciuto: **TEGEA S.r.l.**

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un materiale sanitario avente caratteristiche funzionalmente equivalenti dovranno far pervenire, entro il 10.09.18 H. 13:00, un plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'indirizzo sotto indicato:

ASL DI PESCARA – U.O.C. ABS , Ufficio Protocollo, Via R. Paolini 45 – 65100 Pescara

Sul plico dovrà essere indicato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i.
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse al bando esplorativo n. 50).

Il plico dovrà contenere:

- a) Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
- b) Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici;
- c) **Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e, cioè, che le caratteristiche del materiale sanitario ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto detto materiale (D.Lgs. 50/2016 art. 68, comma 7), esplicativa e dettagliata;**
- d) Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;
- e) Costo unitario presunto (desunto da listino);

II DIRETTORE DELL'U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott. Alberto Cianci

