



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

Via Renato Paolini, 47 – 65124 PESCARA

C.F./P.IVA: 01397530682

Capitolato speciale per la fornitura di membrane sterili per generatori di flusso laminare.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

Via Renato Paolini, 47 – 65124 PESCARA

C.F./P.IVA: 01397530682

Specifiche tecniche

1. Premessa

Le membrane sterili oggetto del presente capitolato speciale sono beni di consumo dei n. 5 generatori di flusso laminare sterile di proprietà della ASL di Pescara (n. 3 utilizzati dal reparto di oculistica di Pescara; n. 1 dal reparto di oculistica di Penne; n. 1 dal reparto Hospice e cure palliative di Pescara). E' bene considerare, come riportato nella dichiarazione di infungibilità, che le membrane dovranno essere quelle brevettate dal costruttore dei generatori di flusso laminare sterile, pena la decadenza della garanzia dei generatori.

2. Caratteristiche

Le membrane sterili dovranno essere di dimensioni pari a 47 x 60 cm; esse dovranno distribuire il flusso laminare di aria ultra pulita e garantire la massima sterilità (saranno sterilizzati e preconfezionati unitamente). Nella confezione sterile dovrà essere presente un'etichetta che potrà essere inserita nella cartella del paziente, oltre ad un codice a barre che verrà letto dal generatore di flusso e mantenuto in memoria: le informazioni potranno essere archiviate nei server dell'ospedale.

3. Stima del fabbisogno annuo

In base ai consumi rilevati dei 5 generatori di flusso laminare sterile, si può stabilire che necessitano circa 700 membrane sterili per anno.

PESCARA, 22/09/2025

IL RUP
(Dott. Alessio Felicione)

ASL PESCARA
SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI
Incaricato Tecnico
Per. Ing. Alessio FELICIONE

