



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

Via Renato Paolini n° 68 - 65124 Pescara

C.F./P.IVA 01397530682

PEC: alessio.felicione.aslpe@pec.it

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di Manutenzione Full Risk per n.02 impianti di smaltimento reflui radioattivi Comecer (n.1 impianto per metabolica 6.10 e n.1 impianto per diagnostica 2.10)

Art. 1 - Oggetto del servizio

La presente procedura ha come oggetto il servizio di manutenzione full risk per n.02 impianti di smaltimento reflui radioattivi Comecer (n.1 impianto per metabolica 6.10 e n.1 impianto per diagnostica 2.10).

Art. 2 – Durata e valore dell'appalto

La durata del servizio è di 24 mesi, prorogabili.

La base d'asta è pari ad euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) IVA esclusa per l'intera durata dell'appalto.

Art. 3 - Specifiche tecniche

Il contratto prevede:

1. n.1 intervento tecnico programmato/anno da eseguire in data concordata con la Asl di Pescara ad opera di personale qualificato che effettuerà le visite di controllo e verifica di buon funzionamento, come di seguito indicato:
 - Controllo alimentazione elettrica impianto
 - Controllo alimentazione idrica impianto
 - Verifica pressione circuito lavaggio e prelievo
 - Controllo valvole di smaltimento e microinterruttori di posizione
 - Controllo valvole di scarico e prelievo
 - Controllo tenuta vasche e raccorderia
 - Controllo sistema di alimentazione pneumatica
 - Verifica pressione circuito pneumatico
 - Controllo ed eventuale rabbocco circuito di lubrificazione compressore
 - Controllo funzionamento pompa pozzetto di troppo pieno
 - Simulazione allarmi
 - Controllo livelli di riempimento unità di decadimento
 - Controllo funzionamento pompa scarico
 - Controllo funzionamento pompa di prelievo
 - Controllo visivo riempimento regolare IMHOFF
 - Controllo tenuta bicchiere di Marinelli
 - Controllo stato batteria PLC
 - Controllo corretto funzionamento sinottico logico o computerizzato
2. n° illimitati interventi tecnici risolutivi/anno su chiamata in caso di guasto improvviso. Tali interventi dovranno essere garantiti entro 1 (uno) giorno dal ricevimento di richiesta scritta a mezzo e-mail dalla Stazione Appaltante;
3. Assistenza telefonica diretta dal reparto tecnico dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì per diagnosticare le problematiche e verificarne la rapida soluzione.

Tutte le parti di ricambio eventualmente sostituite durante ogni singolo intervento sono incluse nel

canone del contratto

ESCLUSIONI

- Eventuali aggiornamenti software / tecnici e modifiche alle attrezzature, se da voi richiesti, saranno: Analizzati a livello di fattibilità dal nostro ufficio tecnico.
- Quantificati al Cliente mediante nostra offerta.
- Eseguiti solo dopo ricevimento ordine scritto da Cliente.
- Guasti, rotture e malfunzionamenti, dovuti e/o provocati da cause esterne all'apparecchiatura, quali cadute, impatti traumatici, malfunzionamenti e difetti della rete elettrica e/o idraulica, tentato furto, danni da sommosse, calamità ed eventi naturali, e quant'altro non imputabile al normale utilizzo dell'apparecchiatura.
- Intervento tecnico sull'apparecchiatura da parte di personale non della ELSE o non dalla ELSE nominato e autorizzato, e/o utilizzo di parti di ricambio non originali.
- Eventuali interventi su vasche di raccolta decadimento liquidi e Imhoff, dovuti alla loro deformazione o rottura, disintasamento delle Imhoff.
- Interventi per contaminazioni di tipo radioattivo e/o chimico, anche se involontariamente provocate.
- Chiamate per guasti inesistenti (ad esempio mancanza di alimentazione dalla rete elettrica, cavi staccati, ecc ...), o per guasti causati da utilizzi impropri della apparecchiatura.
- Calibrazioni dei sistemi di misura.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alessio Felicione