

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO PER CHIRURGIA GENERALE PER LE
ESIGENZE DELLE UU.OO.**

DEI PP. OO. DELL'ASL DI PESCARA.

CHIARIMENTI N. 1

QUESITO N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Chiediamo conferma che il deposito cauzionale provvisorio debba essere costituito per il 2% dei prezzi a base d'asta indicati per ogni lotto alla colonna 3 (base d'asta) della tabella A pubblicata a pag. 10 del capitolato speciale d'appalto .

RISPOSTA. SI CONFERMA

QUESITO N. 2

A pag. 8 del capitolato speciale si richiede "indicazione su ogni lotto di riferimento, dell'eventuale apparecchiatura e/o accessorio che consentano il funzionamento e/o l'adattamento dei dispositivi aggiudicati" : si chiede di confermare se quanto richiesto è da fare solo per il lotto 13, ove vengono richiesti strumenti MIZUHO.

RISPOSTA: NON ESISTE UN LOTTO 13 E LA RICHIESTA E' GENERALIZZATA

QUESITI N. 3-4 - DOCUMENTAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA

Viene richiesto CD o DVD contenente la documentazione di cui ai punti 1-3-4-5 di pag. 18 del capitolato. Deve essere presentato 1 CD per ogni lotto, visto che bisogna predisporre una busta tecnica per ogni lotto a cui si partecipa ?

I file da inserire sul CD devono essere nominati: 1, 3, 4, 5 ?

RISPOSTA: AL FINE DI AGEVOLARE LA REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, SI COMUNICA CHE :

1. NON E' NECESSARIO PRODURRE BUSTE SEPARATE PER I LOTTI DI PARTECIPAZIONE,
2. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DEVE RIPORTARE IL LOTTO CUI SI RIFERISCE,
3. IL CD O DVD PUO' CONTENERE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, CON RIFERIMENTO A TUTTI I LOTTI CUI SI PARTECIPA.

QUESITO N. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Sullo schema dell'offerta economica non è stata inserita la colonna dell'aliquota IVA, da Voi richiesta (vedi pag. 20 Capitolato) . Dobbiamo aggiungere noi una colonna o è sufficiente indicarla alla fine del lotto ?

RISPOSTA: E' SUFFICIENTE CHE SIA INDICATA IN CALCE AL MODELLO

QUESITI N. 6 - 7 - OFFERTA ECONOMICA

A pag. 11 del Capitolato si chiede di indicare specificamente in sede di offerta economica "gli oneri per la sicurezza a carico dell'impresa offerente" : bisogna indicarli sul medesimo schema dell'offerta economica o con un documento a parte? Sono da indicare specificamente per ogni lotto ?

RISPOSTA: DEVONBO ESSERE INDICATI CON RIFERIMENTO ALL'OFFERTA CHE VERRA' FORMULATA E LA MODALITA' DI ESPOSIZIONE RESTA A DISCREZIONE DELL'OFFERENTE: DOCUMENTO SEPARATO, SINTETICO O MENO, O IN CALCE AD OGNI PAGINA DELL'ALLEGATO C.

QUESITO N. 8 - OFFERTA ECONOMICA

Nello schema offerta economica la colonna J " importo unitario" e la colonna L " prezzo netto unitario" devono riportare la stessa cifra, ossia il prezzo unitario scontato ? Si chiede di confermare.

RISPOSTA: VERO, LA COLONNA "L" E' MERAMENTE RIPETITIVA E SARA' ELIMINATA. L'ALLEGATO C SARA' SOSTITUITO

QUESITO N. 9 - CAMPIONATURA

Chiediamo che la campionatura da presentare sia solo quella indicata con la X nell'allegato A- Schema lotti . Chiediamo tale conferma perchè nell' Allegato C - Schema offerta economica al lotto n. 9 sono visibili 2 X .

Vi chiediamo pertanto di confermare che non è richiesta alcuna campionatura per i lotti n. 4 - 5 - 9- 12.

RISPOSTA: LA MANCATA INDICAZIONE COSTITUOSCE UN ERRORE. L'ALLEGATO A SARA' SOSTITUITO.

QUESITO N. 10.

Nei sotto riportati punti 2 e 3 dell'allegato B „Criteri di valutazione“, per tutti i Lotti, è descritto:

2) Resistenza alle sollecitazioni fisico-chimiche (es.: decontaminazione e sterilizzazione)

(gli strumenti saranno sottoposti a ciclo di decontaminazione e sterilizzazione secondo

le procedure della centrale di sterilizzazione e ne sarà valutato l'esito)

3) Valutazioni strutturali e di forgia - max punti 30, di cui:

.....

- Conservazione del filo di taglio

Si chiede:

- tutti gli strumenti campionati saranno oggetto di queste prove ?

RISPOSTA. TUTTI QUELLI PER I QUALI VIENE RICHIESTA LA CAMPIONATURA

L'utilizzo degli strumenti campionati durante gli interventi chirurgici e dei containers per la sterilizzazione, renderà la campionatura resa non più vendibile.

Dato l'alto costo della campionatura si chiede:

- è possibile ridurre le prove solo ad alcuni strumenti al fine di ridurre i costi delle aziende partecipanti?

RISPOSTA: DI TALE ESIGENZA È STATO GIÀ TENUTO CONTO, INDIVIDUANDO LA STRUMENTAZIONE DA CAMPIONARE IN QUELLA STRETTAMENTE NECESSARIA

QUESITO N. 11

CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO N. 1 – FORBICI

3) Valutazioni strutturali e di forgia - max punti 30, di cui:

- Tenuta del punto di snodo con chiusura a vite con vite non ribattuta o microsaldata e testa della vite centrata e spigoli

smussati

Si chiede: Perché la scelta “senza microsaldatura della vite”?

La microsaldatura evita che si allenti la vite e, di conseguenza, la forbice non è più in grado di tagliare. La microsaldatura è l'evoluzione della vecchia ribattitura e non comporta modifiche strutturali dei materiali di composizione.

RISPOSTA: LA MICROSALDATURA DELLO STRUMENTO, BLOCANDO IL MECCANISMO DEL MEDESIMO, LIMITA E/O IMPEDISCE SUE EVENTUALI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI. MICROSALDATURA E RIBATTURA SONO ENTRAMBE ESCLUSE.

QUESITO N. 12

CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 4 RETRATTORI-DIVARICATORI :MAX PUNTI 70

.....

1) Resistenza alle sollecitazioni meccaniche (es.: uso)

Prove meccaniche:

.....

- Mantenimento della posizione

Il “Mantenimento della posizione” dipende molto dalla scelta del giusto retrattore per la specifica chirurgia.

Si chiede:

Cosa si intende per “mantenimento della posizione”.

RISPOSTA: SI INTENDE CHE IL DIVARICATORE BLOCCATO MANTENGA LA POSIZIONE DI DIVARICAZIONE IMPOSTATA.

QUESITO N. 13

CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 5 OSTEOTOMI :

3) Valutazioni strutturali e di forgia:

.....

- Tenuta della vite con verifica della capacità di tenuta

Non conosciamo osteotomi con una vite.

Si chiede:

- la dicitura sudetta è un errore o si fa riferimento ad un modello preciso ?

- Se si, si richiede indicazione esatta di marca ed articolo.

RISPOSTA: TALE INDICAZIONE COSTITUISCE UN REFUSO. TALE PARAMETRO VIENE ELIMINATO ED I PUNTI CORRISPONDENTI VENGONO ATTRIBUITI AI RESTANTI DUE PARAMETRI, IN MISURA PARITARIA. L'ALLEGATO B SARA' SOSTITUITO

QUESITO N. 14

CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 6 DISSETTORI :

.....

3) Estremità atraumatiche

Ci sono sul mercato dissettori atraumatici o taglienti.

Si chiede:

questa amministrazione vuole acquistare solo dissettori atraumatici ?

RISPOSTA: ESATTO

.....

- Conservazione della contiguità degli apici

Si chiede:

- Cosa si intende con "contiguità degli apici"?

- Come verrà provata ?

RISPOSTA. SI INTENDE LA SITUAZIONE DI PERFETTA CHIUSURA DEL MORSO, DA VALUTARSI MEDIANTE L'ESAME DELL'IMPRONTA LASCIATA SU UN TESSUTO

QUESITO N. 15

- coperchio in materiale polimerico termostabile in vari colori

- sistema di sterilizzazione a filtri permanenti o comunque a circuito chiuso

- cestello in lamiera traforata dotata di piedini di gomma ed accessori in silicone.

Premesso che il coperchio in materiale "polimerico" rappresenta un preciso riferimento commerciale ed ad una tipologia di containers molto delicati.

Si chiede:

- Sono accettate proposte alternative al “polimerico” ?

RISPOSTA: NON CON RIFERIMENTO AL COPERCHIO, COME INDICATO

- E’ accettato un container completamente in alluminio ?

RISPOSTA: NON CON RIFERIMENTO AL COPERCHIO

- Cosa si intende esattamente per “filtri permanenti” o “a circuito chiuso” ?

RISPOSTA. SI INTENDE CHE IL CONTAINER NON UTILIZZI FILTRI DI RICAMBIO E GARANTISCA LA TENUTA DI STERILITA’.

- Si accettano in alternativa cestelli interni in rete di filo di acciaio inox ?

RISPOSTA. SI

- Quali sono gli accessori in silicone richiesti ?

RISPOSTA: ESEMPLICATIVAMENTE: TAPPETINI, FERMAOGGETTI, ETC.