

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

ENTE: ASL DI PESCARA

**SEZIONE 1 - ESTREMI DELLA FORNITURA**

<b>DITTA FORNITRICE</b>	<u>ATI SIEMENS</u>		[ ] Non disponibile
<b>OFFERTA/RDO</b>	N° : _____	<b>DEL:</b> _____	[ ] Non disponibile
<b>ORDINE</b>	N° : _____	<b>DEL:</b> _____	[ ] Non disponibile
<b>DELIBERA/DETERMINA</b>	N° : <u>DETERMINA HTA 1972</u>	<b>DEL:</b> <u>15.07.2023</u>	[ ] Non disponibile
<b>DDT</b>	N° : <u>ATI 1087</u>	<b>DEL:</b> <u>04.08.2023</u>	[ ] Non disponibile
	N° : _____	<b>DEL:</b> _____	[ ] Non disponibile

**IMPORTO DELLA FORNITURA:** € 2.500,00 +IVA

**TIT. PROPRIETA':**  Acquisto;  Visione;  Comodato service;  Noleggio;  SOSTITUZIONE TRAMITE FORMULA EXCHANGE

**STRUTTURA:** PO DI PESCARA **REPARTO:** GRUPPO OPERATORIO

**PADIGLIONE:** PE **PIANO:** TERRA **STANZA:** SALA OPERATORIA N° 11

**CDC:** A09D01 **DESCRIZIONE CDC:** UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO

**SEZIONE 2 - ELENCO APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO**

ID	Codice Apparecchio	Descrizione	Costruttore	Modello	S/N	Inventario Ente	Prezzo
	E013779	OTTICA RIGIDA LAPAROSCOPICA	WOLF	8654422 PANOVIEV	1100980899		€ 2.500,00
 <b>Inventario Biomedicale E013779</b> 							

**SEZIONE 3 - CONFORMITÀ DELLA FORNITURA**

Verifica integrità dell'imballaggio, se KO indicare quali ID : \_\_\_\_\_ [OK] [KO] [NA] [NV]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e ordinato ([ ] allegata Check list riscontro) [OK] [KO] [NA]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e indicato su DDT ([ ] allegato DDT riscontro) [OK] [KO] [NA]

Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio; se KO indicare quali ID : \_\_\_\_\_ [OK] [KO]

Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data 04.08.23 [OK] [KO] [NA] [ ] si allega [GP\*]

Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08 [OK] [KO] [NA] [ ] si allega [GP\*]

\* Il personale dell'azienda sanitaria riferisce che tale documentazione è già in loro possesso

**Note**

HA SOSTITUITO TRAMITE FORMULA EXCHANGE ANALOGA OTTICA DI CUI, NS COD. E012632, GIÀ IN FUORI USO.

 <b>Hospital Consulting</b> SANITA' E AMBIENTE	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

**SEZIONE 6 – ESITO COLLAUDO DI ACCETTAZIONE**

**ESITO CONTROLLO VISIVO**

**POSITIVO**
                         
  **NEGATIVO**
                         
  \_\_\_\_\_

**Commissione**

Data: 04.08.23

Nome Cognome: BERARDI KATIA

Nome Cognome: \_\_\_\_\_

Nome Cognome: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Firma: [Firma]  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

---

**Rappresentante del Fornitore**

Nome Cognome: C. MOSCA      Data: 04.08.23      Firma: \_\_\_\_\_

Durata della garanzia (mesi): 12      Data inizio garanzia: 04.08.23      Data fine garanzia: 03.08.24

Attività e materiali compresi durante il periodo di garanzia: [ ] Vizi occulti; [ ] Manutenzione Preventiva; [ ] Manutenzione su guasto

[ ] Contratto full risk

[ ] Kit Manutenzione  
 [ ] Materiale di consumo

Note: \_\_\_\_\_

**ESITO VERIFICHE TECNICHE – VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA**

**POSITIVO**
                         
  **NEGATIVO**
                         
  \_\_\_\_\_

Tecnico HC – Nome Cognome: C. MOSCA      Data: 04.08.23      Firma: [Firma]

**ESITO VERIFICHE TECNICHE – ALTRE VERIFICHE TECNICHE**

**POSITIVO**
                         
  **NEGATIVO**
                         
  \_\_\_\_\_

Esperto Qualificato (EQ) – Nome Cognome: \_\_\_\_\_      Data: \_\_\_\_\_      Firma: \_\_\_\_\_      [NA]  
 Esperto responsabile (ER) – Nome Cognome: \_\_\_\_\_      Data: \_\_\_\_\_      Firma: \_\_\_\_\_      [NA]  
 Addetto sicurezza laser (ASL) – Nome Cognome: \_\_\_\_\_      Data: \_\_\_\_\_      Firma: \_\_\_\_\_      [NA]

Eseguite Verifiche e Valutazioni Tecniche: [OK] [KO] [ ] si allega

Note: \_\_\_\_\_

**ESITO VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE**

**POSITIVO**
                         
  **NEGATIVO**
                         
  \_\_\_\_\_

**FORMAZIONE ALL'USO**

Si dichiara di aver ricevuto il manuale d'uso e che il personale utilizzatore:

[ ] E' stato formato all'uso corretto e sicuro del/dei dispositivi oggetto del presente collaudo

[ ] La formazione è stata programata, in accordo fra fornitore e unità operativa, in data: \_\_\_\_\_

Nella UO esistono apparecchi analoghi e quindi non necessita formazione specifica sull'apparecchio oggetto del collaudo

**VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE**

L'UO dichiara che le prestazioni dell'apparecchio rispondono alle specifiche di utilizzo richieste.

Responsabile UO – Nome Cognome: \_\_\_\_\_      Data: 04.08.23      Timbro e Firma: [Firma]

**NB: l'apparecchiatura è da considerarsi sicura soltanto se utilizzata secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nel manuale d'uso.**

**ESITO GENERALE PROCEDURA DI COLLAUDO DI ACCETTAZIONE\***

**POSITIVO**
                         
  **NEGATIVO**
                         
  \_\_\_\_\_

Responsabile IC – Nome Cognome: ANTONIO VERNA      Data: 05/08/23      Timbro e Firma: [Firma]

- REGIONE ABRUZZO  
 ASL PESCARA  
 Dr. Antonio VERNA

\*L'esito assegnato è stato elaborato sulla base dei soli controlli e/o verifiche che è stato possibile effettuare

**A.T.I.**

SIGAMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM  
C/O A.U.S.L. PESCARA  
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA  
Tel. 085 4252933 - Fax 085 4252964

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 1017 del 06-04-2023

a mezzo:  cedente  cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

P.O. di PESCARA

GRUPPO OPERATIVO

SACA DI

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

10 SM

CAUSALE DEL TRASPORTO

FORNITURA OTTICA WOLF

VS. ORDINE N. DEL  in conto  a saldo

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO (1)

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	OTTICA RIGIDA LAPANS OPDICA WOLF, 8654422 PANOVISION 1/110098019, NS COD. E643779	

**VS DETERMINA HTA  
N° 2972 DEL 25/06/23**

**NS RDL 2023/01263**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTA</u>	N. COLLI <u>1</u>	PESO KG. <u>1</u>	PORTO <u>F</u>	TOTALE €
--	----------------------	----------------------	-------------------	----------

Consegna o inizio trasporto a mezzo  cedente  cessionario

ORA E DATA DEL RITIRO  
09:30 06/04/23

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOVAZIONI - VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

[Signature]



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### *AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA*

---

#### UOC INGEGNERIA CLINICA

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1972

DEL 15/06/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MAGGIO 2023 - AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG ZCF3B88377

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MAGGIO 2023 - AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016-CIG ZCF3B88377;

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele Direttore UOC Ingegneria Clinica- HTA dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazioni del Direttore Generale n. 850 del 02.08.2018 e n. 858 del 06.08.2018, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

**PREMESSO** che il servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali è di competenza dell'U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA;

**DATO ATTO** che tale Servizio in uso nelle Strutture Sanitarie e nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda USL di Pescara è affidato al RTI Siemens Healthcare / Marifarma Fm / H.C. Hospital Consulting - Contratto Rep. n. 566 del 20/06/2019;

**VISTO** che al par. 3.3 del Capitolato Tecnico è previsto che “qualora vengano riscontrati danni alle apparecchiature per furti, incendi, atti vandalici o accidentali non dipendenti dalle attività di manutenzione della Ditta aggiudicataria o per uso improprio, la ditta stessa dovrà segnalarli tempestivamente al Referente Tecnico dell'Azienda Sanitaria contraente e in questo caso l'onere relativo alla riparazione sarà a carico di quest'ultima”;

**RITENUTO** necessario ed urgente intervenire alle diverse richieste di intervento rientranti nelle fattispecie di cui al par. 3.3 e dunque non ricomprese nel canone del contratto, il Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica-HTA Ing. Vincenzo Lo Mele, vista l'istruttoria attestata dal D.E.C. ha autorizzato le attività straordinarie di riparazione alla RTI Siemens Healthcare / Marifarma Fm / H.C. Hospital Consulting;

**RITENUTO** di non procedere all'affidamento dell'attività di cui al punto n. 6 in quanto si provvederà con affidamento separato, e n.n. 11 e 13 dell'allegato consuntivo, convenendo economicamente vantaggioso procedere con la dismissione delle relative apparecchiature elettromedicali;

**VISTO** il consuntivo del 09/06/2023 presentato dal Responsabile di Commessa del Contratto di cui sopra, Ing. Giovanni Sarnicola, per gli interventi eseguiti nel mese di maggio 2023 e approvato dal Direttore dell'Ingegneria Clinica HTA Ing. Vincenzo Lo Mele per un importo di €45.560,00 +IVA22%, con un primo sconto per un importo pari ad € 31.060,00 e successivamente con un secondo sconto pari ad €30.000,00+IVA22%;

**CONSIDERATO** che le attività n.n. 1, 3 e 9 dell'elenco consuntivo, riguardano le riparazioni di strumenti elettromedicali con formula repair exchange per un importo di € 11.800,00+ IVA22%, l'attività di cui ai punti n. 4, 5, 8, 12 e 14 trattasi di nuove forniture per un importo di € 8.060,00+IVA 22% ed infine le attività n.n. 2, 7, e 10 riguardano le riparazioni di strumenti elettromedicali per un importo pari ad € 10.140,00+ IVA 22%;

**PRESO ATTO** che la RTI affidataria provvederà ad emettere quanto previsto dalla L.136/2010 circa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, contemporaneamente all'accettazione dell'affidamento trasmesso;

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA H.T.A

**VISTO** il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la delibera n. 705 del 28.06.2012 avente per oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive;

**VISTO** l'Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;

**VISTO** il Regolamento interno per l'esecuzione dei lavori in economia approvato con Delibera n. 1366 del 22.12.2010;

**VISTO** il Contratto Rep. n. 566 del 20/06/2019 (RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING);

**VISTO** il D.L. n. 76/2020;

**PRESO ATTO** dell'attività istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, dott. ssa Chiara Di Paolo, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della necessità di eseguire la manutenzione straordinaria sulle apparecchiature elettromedicali della ASL di Pescara relativa al mese di maggio 2023;
- 3) **DI AFFIDARE** le attività di cui all'oggetto, al RTI Siemens Healthcare / Marifarma Fm / H.C. Hospital Consulting - ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020;
- 4) **DI APPROVARE** il consuntivo del 09/05/2023 presentato dal RTI Siemens Healthcare / Marifarma Fm / H.C. Hospital Consulting per gli interventi richiesti per il mese di maggio 2023 per un importo scontato di € 30.000,00 +IVA22%;
- 5) **DI CONSIDERARE** che la somma di €10.140,00+ IVA22% riguarda le attività di riparazione degli strumenti elettromedicali, l'importo di €11.800,00+ IVA22% trattasi di repair exchange ed infine la somma di € 8.060,00+ IVA22% riconducibile alle nuove forniture;
- 6) **DI DARE ATTO** che l'importo di €12.370,80 IVA inclusa per le attività di riparazione degli strumenti elettromedicali è imputabile alla voce di conto 07.03.03.01.01.01, l'importo di €14.396,00 IVA inclusa per l'attività di Repair Exchange ed infine l'importo di € 9.833,20IVA inclusa per le nuove forniture sono imputabili alla voce di conto 01.01.02.05.02 relativa al servizio in argomento, va registrata in contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio 2023;

- 7) **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it) link “Amministrazione trasparente” - settore 11 - bandi di gara e contratti- ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) **DI DARE ATTO** che la documentazione completa relativa all'affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita agli atti degli Uffici dell'Ingegneria Clinica – HTA dell'Azienda ASL di Pescara;
- 9) **DI CONFERIRE** al presente atto la clausola dell'immediata esecutività.

## UOC INGEGNERIA CLINICA

L'Istruttore Chiara Di Paolo	Il Direttore Vincenzo Lo Mele  firmato digitalmente
---------------------------------	--

Voce di conto: 07.03.03.01.01.01 01.01.02.05.02 Anno : 2023

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 15/06/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---

**Elenco Attività Straordinarie - Contratto Repertorio n° 566 del 20/06/2019  
 Delibere n. 382 del 22/03/2019 e n. 719 del 08/06/2019  
 Consumativo Mese di Maggio 2023**

N°	Richiesta	Data Richiesta	Preventivo	Tipologia Apparecchiatura	Marca	Modello	N° Inventario	Tipologia di Danno	Importo Iva esclusa	Note/Sconto
1	2023/02825	03/04/2023	2023-15150815	Ultrasonografia	Stort	V.FEEXC	E010014	Riparazione exchange	9.500,00	810000 DIFER
2	2023/00812	30/03/2023	2023-15051012	Sonda ecografica	Toshiba	PSU25BT	E002591	Involucro sonda lesionato	1.800,00	750000 INTERNU
3	2023/01163	08/05/2023	2023-16050835	Optica rigida	Wolf	8554422 Panoview	E012631	Riparazione exchange	2.500,00	810000 DIFER
4	2023/01253	16/05/2023	2023-16050949	Misuratore Ossido Nitrico	Medisoft	Feno-	E004688	Fornitura pc portatile e stampante	1.260,00	FEDINTRA-MEDISO
5	2023/01193	10/05/2023	2023-16051025	Hoile-pressorio	Spaceclibs	ABP 9021ZA-1	E010304	Fornitura pc, monitor, stampante e cavo connessione	1.790,00	GERATINA
6	2023/01173	08/05/2023	2023-16051235	Ecometrografo	Samsung	HSS0	E004642	App. proprietà università - riparazione	1.900,00	AFFID. Riparac
7	2023/01071	27/04/2023	2023-16051426	Ventilatore polmonare	Reimad	ASTRA 150	E011123	Fondri screen rotto per caduta	2.560,00	GERATINA
8	mail	02/05/2023	2023-16051445	stampante per vetriai	Leica	IP C	E010782	Fornitura n. 2 pc e n. 2 monitor	2.260,00	ANAL. PHOL
9	2023/01202	11/05/2023	2023-17051059	ottica rigida	Wolf	8554422 Panoview	E011472	Riparazione exchange	2.500,00	810000 DIFER
10	2023/00844	04/04/2023	2023-19051118	Sonda endocavitaria	GE	RIC6-12 D	E001468	Riparazione sonda proiezione lente acustica	5.000,00	OLIVETTI - GERATINA
11	2023/00935	08/02/2023	2023-26051450	monitor biomagneti	Stort	9519N8	E001524	Riparazione exchange	4.600,00	DI TORINOVOL (GERATINA)
12	2023/01294-01295-01296	22/05/2023	2023-26051549	letto elettrificato	Malyvato	346850H	E002100-E002101-E002079	n. 3 Asta porta fibro rotta - fornitura nuove	450,00	GERATINA - UTIC
13	2023/00681	17/03/2023	2023-09061025	Monitor Multiparametrico	Draeger	Infinity Delta	E002694	Rettura display e chassis per caduta	3.000,00	DI TORINOVOL (GERATINA)
14	2023/01403	06/06/2023	2023-09061058	Portatile digitale per radioscopia	Eurocolumbus	Cardio2020	E002306	Kit wireless Infrarosso	2.300,00	GERATINA - UTIC
<b>Totale Iva Esclusa</b>									<b>44.050,00</b>	

Emesso il: 09/06/2023

Il Resp. di Commessa Ing. G. Santicola:

Verificato il:  
Il DEC Ing. D. Rinaldi:

Autorizzato il:  
Il RUP Ing. V. Lo Mele:



Ing. Dario Rinaldi  
 IL D.E.C.

N. 6 AFFIDAMENTO SERVIZIO  
 N. 11, N. 13 O.S.TETTERE - RAPPANZANE ANTICONGIUNTA

31.060,00  
 € 30.000,00



**MOVI® spa**  
 attrezzature biomediche  
 Via Dione Cassio, 15  
 I - 20138 MILANO

Tel. +39 02 50 90 51  
 Fax +39 02 50 61 048  
 PEC direzione@pec.movigroup.com  
 www.movigroup.com

R.E.A.: MI 1477333  
 Capitale € 7.072.000 i.v.  
 C.F./P. IVA - VAT No: IT 11575580151  
 Certified Quality System ISO 13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della LEMAR spa - Milano

50064

Pag.1

<b>DOCUMENTO DI TRASPORTO</b> (DPR 14/8/96 n° 472)	
Consegna	
NR SAT / 235001805	DATA 02/08/2023

<b>CAUSALE DEL TRASPORTO</b>
Vendita

<b>RIFERIMENTO ORDINE CLIENTE</b>	<b>PORTO</b>
4520223026/404S del 16/06/2023	Franco

<b>COMPLAINT</b>
A SALDO VOSTRO ORDINE

<b>SPETTABILE</b>	C08508
SIEMENS HEALTHCARE SRL VIA VIPITENO N. 4 20128 MILANO MI	

<b>RECAPITARE PRESSO:</b>	PE-PESCARA-AUSL PESCARA
SIEMENS HEALTHCARE SRL C/O AUSL PESCARA - OSPEDALE SANTO SPIRITO Via Paolini 45 65124 PESCARA PE	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'		
		ORDINATA	SPEDITA	DA SPEDIRE
	DDT Cliente: 983 Del: 09-05-2023			
8654422	OTTICA DISTORSION FREE 30ø4MM CND:Z12029080 RDM:24748/R	1	1	0
<u>Lotto - S/N</u>	1100980899 Qta: 1			
	CIG: ZCF3B88377			
TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO <input type="checkbox"/> VETTORE <input type="checkbox"/> POSTA	<b>Bartolini</b> ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Cartoni	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 02/08/2023 NUMERO COLLI 1 PESO Kg. 1,00	FIRMA DEL CONDUCENTE <b>A.T.I.</b> FIRMA DEL DESTINATARIO FIRMA DEL VETTORE	
P.N.A. IT04507990150 INSCRIZIONE ALL'ALBO	DATA RITIRO Tracking:	SIEMENS HEALTHCARE SRL C/O AUSL PESCARA Via Paolini 45 65124 PESCARA Tel. 085 4252000 - Fax 085 4252084		

# Rapporto di intervento di manutenzione

AUSL Pescara - Servizio di Ingegneria Clinica

Attività amministrativa - 2023/01163/07

Manutenzione - Straordinaria

Data inizio 04/08/2023 13:03

Data fine 04/08/2023 13:04

Guasto riscontrato

**Descrizione intervento** Nuova ottica, stessa marca e modello, s/n 1100980899 arrivata con ns ddt Movi SAT/235001805 del 02.08.2023. Le imponiamo ns cod. E013799, la consegniamo tramite regolare modulo di collaudo e chiudiamo questo rdl con automatica dismissione dell'ottica E012631.

Esito: RI - Proposta di dismissione

## Anagrafica apparecchio

<b>Apparecchio</b> E012631	<b>Inventario ente</b>	<b>Matricola</b> 1100737270
<b>Struttura</b> PO Pescara		<b>Padiglione</b> PE
<b>Reparto</b> UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO	<b>Stanza</b> SALA 11	<b>Piano</b> TERRA
<b>Descrizione</b> LAPAROSCOPIO		
<b>Costruttore</b> WOLF RICHARD GMBH	<b>Modello</b> 8654 422 PANOVIEW	

## Tecnico/i

Nome	Ore lavoro	Ore viaggio	Km
Alfonso Balsamo	00:00:59		