

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

ENTE: ASL DI PESCARA

SEZIONE 1 - ESTREMI DELLA FORNITURA

DITTA FORNITRICE ATI SIEMENS/ HOSPITAL CONSULTING/ARIFARMA [] Non disponibile

OFFERTA/RDO N° : _____ DEL: _____ [] Non disponibile

ORDINE N° : _____ DEL: _____ [] Non disponibile

DELIBERA/DETERMINA N° : DETERMINAZIONE HTA 896 DEL: 16.03.2023 [] Non disponibile

DDT N° : ATI 976 DEL: 03/05/2023 [] Non disponibile

DDT N° : _____ DEL: _____ [] Non disponibile

IMPORTO DELLA FORNITURA: € 1.500,00 +IVA

TIT. PROPRIETA': Acquisto; Visione; Comodato service; Noleggio; RIPARAZ. CAMBIO

STRUTTURA: PO DI PESCARA REPARTO: UOC CHIRURGIA VASCOLARE

PADIGLIONE: SUD PIANO: 3° STANZA: AMBULATORIO VASCOLARE

CDC: A05C06C00 DESCRIZIONE CDC: UOC CHIRURGIA VASCOLARE- PO PESCARA

SEZIONE 2 - ELENCO APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO

ID	Codice Apparecchio	Descrizione	Costruttore	Modello	S/N	Inventario Ente	Prezzo	
	E013495	SONDA ECOGRAFICA	ESAOTE	CA 421	0560		2809,00	
			COLLEGATA AD					
			ECOGRAFO PORTATILE					
			ESAOTE, MY LAB 5,					
			NS COD. E001652,					
			INV. ENTE 64634					

SEZIONE 3 - CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Verifica integrità dell'imballaggio, se KO indicare quali ID : _____ [OK] [KO] [NA] [NV]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e ordinato ([] allegata Check list riscontro) [OK] [KO] [NA]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e indicato su DDT ([] allegato DDT riscontro) [OK] [KO] [NA]

Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio; se KO indicare quali ID : _____ [OK] [KO]

Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data 04.05.23 [OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*]

Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08 [OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*]

* Il personale dell'azienda sanitaria riferisce che tale documentazione è già in loro possesso

Note

~~09000~~ SOSTITUISCE TRAMITE FORMOLA EXCHANGE, ANALOGA PROBE S/N 2547, NS COD. E01653, INV. ENTE 5260.


	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

SEZIONE 6 – ESITO COLLAUDO DI ACCETTAZIONE

ESITO CONTROLLO VISIVO

POSITIVO NEGATIVO _____

Commissione
 Data: 04-05-23
 Nome Cognome: DR. DI MATTEO GIULIO
 Nome Cognome: _____
 Nome Cognome: _____
 Note: _____

Firma: 
 Firma: _____
 Firma: A.T.I.

SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
 C/o A.U.S.L. PESCARA
 Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
 Tel. 085 4252933 - Fax 085 4252964

Rappresentante del Fornitore
 Nome Cognome: F. GIULIANI Data: 04-05-23
 Durata della garanzia (mesi): 6 Data inizio garanzia: 06-05-23 Data fine garanzia: 01-11-23
 Attività e materiali compresi durante il periodo di garanzia: [] Vizi occulti; [] Manutenzione Preventiva; [] Manutenzione su guasto
 [] Contratto full risk
 [] Kit Manutenzione _____
 [] Materiale di consumo _____; [NA]
 Note: _____

A.T.I.

ESITO VERIFICHE TECNICHE – VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA

POSITIVO NEGATIVO _____

Tecnico HC – Nome Cognome: F. GIULIANI Data: 06-05-23 Firma: 

SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
 C/o A.U.S.L. PESCARA
 Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
 Tel. 085 4252933 - Fax 085 4252964

ESITO VERIFICHE TECNICHE – ALTRE VERIFICHE TECNICHE


POSITIVO NEGATIVO _____

Esperto Qualificato (EQ) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]
 Esperto responsabile (ER) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]
 Addetto sicurezza laser (ASL) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]
 Eseguite Verifiche e Valutazioni Tecniche: _____ [OK] [KO] [] si allega
 Note: _____

ESITO VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE


POSITIVO NEGATIVO _____

FORMAZIONE ALL'USO
 Si dichiara di aver ricevuto il manuale d'uso e che il personale utilizzatore:
 [] E' stato formato all'uso corretto e sicuro del/dei dispositivi oggetto del presente collaudo
 [] La formazione è stata programata, in accordo fra fornitore e unità operativa, in data: _____
 Nella UO esistono apparecchi analoghi e quindi non necessita formazione specifica sull'apparecchio oggetto del collaudo

VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE
 L'UO dichiara che le prestazioni dell'apparecchio rispondono alla specifiche di utilizzo richieste.
 Responsabile UO – Nome Cognome: DR. DI MATTEO GIULIO Data: 04-05-23 Timbro e Firma: 
NB: l'apparecchiatura è da considerarsi sicura soltanto se utilizzata secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nel manuale d'uso.

ESITO GENERALE PROCEDURA DI COLLAUDO DI ACCETTAZIONE*

POSITIVO NEGATIVO _____

Responsabile IC – Nome Cognome: ROCCO ABBINZESE Data: 05/05/2023 Timbro e Firma: 

*L'esito assegnato è stato elaborato sulla base dei soli controlli e/o verifiche che è stato possibile effettuare

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

A.T.I.

SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
C/O A.U.S.L. PESCARA
Via Pacini, 47 - 66100 PESCARA
Tel. 085 4252603 - Fax 085 4252964

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. **976** del **03/05/2023**

a mezzo: cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASL DI PESCARA
VOL CHIMURGIA VASCULARE
3° PIANO, ALA SUD

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDEA

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRA CONSEGNA NUOVA SONDA

VS. ORDINE N. DEL in conto a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
01	SONDA ECO GRAFICA ESAOTE CA 422, S/P 0560, NS COD. E013495 RISULTATO DI TRIPANAZIONE CAMBIO AUTORIZZATA DALL'VOL HTA CON DETERMINAZIONE 996 DEL 16.03.23. NS ROL D. RIF: 2023/00493	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLLI 1	PESO KG. 1	PORTO F	TOTALE €
Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario			ORA E DATA DEL RITIRO 04/05/23	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			N. PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD2 (g)

(1) Solo nel caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

DR.
DI MATTEO GIULIO



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 896

DEL 16/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI FEBBRAIO 2023 - AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG ZBE3A5549E;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI FEBBRAIO 2023 - AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG ZBE3A5549E;

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele Direttore UOC Ingegneria Clinica- HTA dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazioni del Direttore Generale n. 850 del 02.08.2018 e n. 858 del 06.08.2018, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che il servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali è di competenza dell'U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA;

DATO ATTO che tale Servizio in uso nelle Strutture Sanitarie e nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda USL di Pescara è affidato al RTI Siemens Healthcare / Marifarma Fm / H.C. Hospital Consulting - Contratto Rep. n. 566 del 20/06/2019;

VISTO che al par. 3.3 del Capitolato Tecnico è previsto che “qualora vengano riscontrati danni alle apparecchiature per furti, incendi, atti vandalici o accidentali non dipendenti dalle attività di manutenzione della Ditta aggiudicataria o per uso improprio, la Ditta stessa dovrà segnalarli tempestivamente al Referente Tecnico dell'Azienda Sanitaria contraente e in questo caso l'onere relativo alla riparazione sarà a carico di quest'ultima”;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire alle diverse richieste di intervento rientranti nelle fattispecie di cui al par. 3.3 e dunque non ricomprese nel canone del contratto, il Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica- HTA Ing. Vincenzo Lo Mele, vista l'istruttoria attestata dal D.E.C. ha autorizzato le attività straordinarie di riparazione alla RTI Siemens Healthcare / Marifarma Fm / H.C. Hospital Consulting;

RITENUTO di non procedere all'affidamento delle attività di cui ai punti n.n. 1 e 4 dell'allegato consuntivo;

VISTO il consuntivo del 13/03/2023 presentato dal Responsabile di Commessa del Contratto di cui sopra, Ing. Giovanni Sarnicola, per gli interventi eseguiti nel mese di febbraio 2023 e approvato dal Direttore dell'Ingegneria Clinica HTA Ing. Vincenzo Lo Mele per un importo di €15.500,00+IVA22%;

RITENUTO che le attività n.n. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'elenco consuntivo, riguardano riparazioni di strumenti elettromedicali per un importo di € 12.700,00+ IVA22% e che l'attività di cui al punto n. 13 trattasi di repair exchange per un importo pari ad € 2.800,00 + IVA 22%;

PRESO ATTO che la RTI affidataria provvederà ad emettere quanto previsto dalla L.136/2010 circa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, contemporaneamente all'accettazione dell'affidamento trasmesso;

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA H.T.A

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 705 del 28.06.2012 avente per oggetto “Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive;

VISTO l'Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;

VISTO il Regolamento interno per l'esecuzione dei lavori in economia approvato con Delibera n. 1366 del 22.12.2010;

VISTO il Contratto Rep. n. 566 del 20/06/2019 (RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING);

VISTO il D.L. n. 76/2020;

PRESO ATTO dell'attività istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, dott. ssa Chiara Di Paolo, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della necessità di eseguire la manutenzione straordinaria sulle apparecchiature elettromedicali della ASL di Pescara;
- 3) **DI AFFIDARE** le attività di cui all'oggetto, al RTI Siemens Healthcare / Marifarma Fm / H.C. Hospital Consulting - ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020;
- 4) **DI APPROVARE** il consuntivo del 13/03/2023 presentato dal RTI Siemens Healthcare / Marifarma Fm / H.C. Hospital Consulting per gli interventi richiesti per il mese di febbraio 2023 per un importo totale di € 15.500,00 +IVA22%;
- 5) **DI CONSIDERARE** che la somma di €12.700,00+ IVA22% riguarda le attività di riparazione degli strumenti elettromedicali e che la somma di €2.800,00+ IVA22% trattasi di repair exchange;
- 6) **DI DARE ATTO** che l'importo di €15.494,00 IVA inclusa, per le attività di riparazione degli strumenti elettromedicali è imputabile alla voce di conto 07.03.03.01.01.01 e che l'importo di €3.416,00 IVA inclusa, per l'attività di repair exchange è imputabile alla voce di conto 01.01.02.05.02 relativa al servizio in argomento, va registrata in contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio 2023;
- 7) **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito www.ausl.pe.it link "Amministrazione trasparente" - settore 11 - bandi di gara e contratti- ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) **DI DARE ATTO** che la documentazione completa relativa all'affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita agli atti degli Uffici dell'Ingegneria Clinica – HTA dell'Azienda ASL di Pescara;
- 9) **DI CONFERIRE** al presente atto la clausola dell'immediata esecutività.

UOC INGEGNERIA CLINICA

L'Istruttore	Il Direttore
Chiara Di Paolo	Vincenzo Lo Mele
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.03.03.01.01.01 01.01.02.05.02 Anno : 2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 16/03/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Elenco Attività Straordinarie - Contratto Repertorio n° 566 del 20/06/2019
 Delibere n. 382 del 22/03/2019 e n. 719 del 08/06/2019
 Consulivo Mese di Febbraio 2023

N°	Richiesta	Data richiesta	Preventivo	Tipologia Apparecchiatura	Marca	Modello	N° inventario	Tipologia di Danno	Importo Iva esclusa	Note/Sconto
1	2022/02862	29/11/2022	2023-09-021238	Apparecchio per radiologia endorale	Sirona	Heliodent Plus	EC03519	Fornitura sensori radiologico completo di hub e cavo usb - smarrito	4.000,00	REPOLI - R174012 → R174012
2	2023/00347	07/02/2023	2023-09-021232	Tavolo paziente	Euroclimbus	CT707	EC02214	Manterassino buco	700,00	UTIC CARP/12 R174012
3	2023/00317	19/01/2023	2023-13-021215	Monitor Multiparametrico	Dreger	C700	EC02646	Chassis rotto	2.950,00	ICP/12 - INS/24 R174012
4	2022/02825	26/11/2022	2023-14-021502	Uteronefroscopio	Storz	Flex XC	EC010014	Riparazione exchange	11.400,00	BUCO O/24/12 R174012
5	2023/00337	07/02/2023	2023-17-020925	Defibrillatore	Nihon Kohden	Cardiofile T4-5531	EC020931	Danno da urto - secca rotta	1.450,00	UTIC CARP/12 R174012
6	2023/00317	06/02/2023	2023-21-020947	Monitor Multiparametrico	Spacelabs	UltraView	EC000660	Danno da urto - secca rotta	780,00	NEOMAT/DL/06 R174012
7	2023/00282	01/02/2023	2023-21-021552	Solifenamil	Ajio	Max Move	EC002203	Cartilagine spaccato	591,00	UTIC CARP/12 R174012
8	2022/02916	03/01/2023	2023-24-020902	Sonda Ecografica	Esote	AC2541	EC000825	Sonda buca	4.000,00	UTIC CARP/12 R174012
9	2023/00368	30/02/2023	2023-24-021516	Ventilatore polmonare	Refined	Astral 150	EC01089	Touch screen rotto e smarrimento alimentatore	1.623,00	PAEUT/20/01/12 R174012
10	2023/00271	02/02/2023	2023-28-020952	Capra chimica	Strota	G31200M1	EC005400	Touch screen rotto	500,00	TEP TRAF/12/01 R174012
11	2023/00471	21/01/2023	2023-02-031039	Aspiratore per odontoiatria	Durr	V33005	EC009112	Raccoglitore almagama exchange	450,00	RENNE R174012
12	2023/00582	02/03/2023	2023-06-031541	Biennto ortico	Zeiss	ICL Master 700	EC01494	Archeggio, poggia fronte rotto	440,00	0 CCL/12/01 R174012
13	2023/00393	22/02/2023	2023-06-031559	Computerizzato Sonda Ecografica	Esate	CA 421	EC001653	Riparazione exchange	2.800,00	0 C/12 - VIO/01/12 R174012
Totale Iva Esclusa									€ 31.684,00	

Emesso il: 07/03/2023
 Il Resp. di Commessa Ing. G. Sarnicola:
 Verificato il:
 Il DEC Ing. D. Rinaldi:
 Autorizzato:
 Il RUP Ing. V. Jo Mele:

Handwritten signatures and dates:
 13/3/23
 13/3/23
 13/3/23



Handwritten note:
 Al prezzo di € 15.000 (A) e (B) non verranno
 di nuovo offerte; altro da non viene accettato
 Lo sento a € 15.000,00 prelievo, di quattordici e 15.500,00
 13/3/23

Rapporto di intervento di manutenzione

AUSL Pescara - Servizio di Ingegneria Clinica

Attività amministrativa - 2023/00493/09

Manutenzione - Straordinaria

Data inizio 03/05/2023 16:16

Data fine 03/05/2023 16:17

Guasto riscontrato

Descrizione intervento Sonda ecografica ricondizionata, s/n 0560, arrivata con ddt 1462 del 02.05.2023. Ad essa assegniamo cod. ~~E013473~~ ^{E013695} e, contestualmente, registriamo l'automatico fuori uso in Biogets della E001653.

Esito: RI - Proposta di dismissione

*OVVERO
/ AUTOMATICO FUORI USO*

Anagrafica apparecchio

Apparecchio	E001653	Inventario ente	00650051608	Matricola	2547
Struttura	PO Pescara			Padiglione	PE SUD
Reparto	UOC CHIRURGIA VASCOLARE	Stanza	AMBULATORIO VASCOLARE	Piano	3
Descrizione	SONDA ECOGRAFICA				
Costruttore	ESAOTE SPA	Modello	CA 421		

Tecnico/i

Nome	Ore lavoro	Ore viaggio	Km
Alfonso Balsamo	00:00:59		