

CONTENITORI PER LA GESTIONE DI PICCOLI CAMPIONI ISTOLOGICI E BIOPSIE IN SICUREZZA da circa 20 ml

Ditte offerenti:

BIOPTIKA: idonea

CHEMICALS : NON IDONEA in quanto ha inviato solo un breve opuscolo tutto in inglese

DIAPATH: idonea

GS MEDICAL; idonea

KALTEK: idonea

LABOINDUSTRIA : idonea

MECCANICA GM : idonea

QURE : idonea

VIGEO : idonea

Valutazione

Descrizione	Tip o	Punt max	Qure	Vigeo	Bioptika	Diapath	Gs Medical	Kaltek	Labo industria	Meccanica GM
Sicurezza del sistema antireflusso	d	20	20	20	16	16	12	20	16	16
Facilità della manovra di corretta chiusura	d	20	20	20	12	12	12	14	12	12
Maneggevolezza e praticità di uso	d	20	20	20	12	12	12	12	12	12
Qualità e resistenza del materiale	d	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Completezza e chiarezza delle istruzioni per l'uso	d	5	5	5	5	5	5	5	3	5
TOTALE		80	80	80	60	60	56	66	58	60

La Commissione

Presidente:

F. Rossi

Componente:

Antonio Felice

Componente:

A. R. Nicolini

Pescara, 3 aprile 2025