

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
	Caratteristiche funzionali correlate all'utilizzo	
1	Possibilità di registrazione nella stessa sessione potenziali evocati motori, sensoriali, acustici ed EEG	5
2	Display dei trend di latenza e ampiezza dei PE	5
3	Analisi spettrale Eeg sia differenziale che referenziale	5
4	Monitoraggio inpedenza elettrodi	5
	Caratteristiche tecniche e qualitative del sistema	
1	2 testine di registrazione ognuna con 32 ingressi,16 canali registrazione	5
2	Stimolatore acustico e visivo con trasduttori ear tips e led goggles	5
3	Almeno 8 uscite in stimolazione elettrica indipendenti	5
4	Almeno una uscita dedicata alla stimolazione a basso voltaggio	5
5	Possibilità di revisione dati acquisiti contemporaneamente all'acquisizione	5
6	Parametri di registrazione regolabili indipendentemente per ogni singolo canale	5
7	Parametri di stimolazione regolabili indipendentemente	5
8	Memorizzazione del parametro di stimolazione e possibilità di posizionamento di elettrodi di referenza aggiuntivi	5
9	Software dedicata alla chirurgia vertebrale con possibilità di utilizzo di modalità controllo viti automatica	5
	assistenza tecnica	5
	TOTALE	70