



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via Paolini, 45 - 65124 PESCARA

Cod.Fiscale-Partita IVA n.01397530682

www.ausl.pe.it

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA,
PER LA DURATA DI UN ANNO, DI N°1 UNITA' MOBILE
PER EROGAZIONE DI ESAMI PET/CT
PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA

Delibera di indizione n.219 del 02.03.2018

Responsabile del Procedimento: Dott. Alberto Cianci

CIG (AUTORITA' DI VIGILANZA) 7415312D08

CPV: 33000000 - 0

PUBBLICAZIONE G.U.R.I.: N.32 DEL 16.03.2018

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 27.04.2018 ore 13.00

SCADENZA RICHIESTA CHIARIMENTI: 17.04.2018

SCADENZA PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI: 20.04.2018

DISPOSIZIONE TECNICHE

Art. 1 – OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato speciale è la fornitura annuale, a noleggio, di n° 1 unità mobile di PET-CT per erogazione di esami PET/CT per n. 5 sedute settimanali in giornate consecutive (dal lunedì al venerdì compreso), occorrente all'Azienda USL di Pescara (di seguito denominata Azienda USL).

La fornitura è in unico lotto intero non divisibile.

Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi, naturali consecutivi e continui, a decorrere dalla data di effettivo inizio della fornitura, salvo il caso di risoluzione, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando e dalle norme vigenti.

In ogni caso l'Impresa aggiudicataria al termine della scadenza contrattuale sarà tenuta, qualora richiesto da questa Azienda USL, a prorogare il contratto o fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei), al fine di garantire l'indizione di una nuova procedura di gara.

Al termine del contratto tutti i sistemi in uso ed eventualmente in giacenza presso l'Azienda USL, saranno riconsegnati all'Impresa, con modalità da concordare e comunque in maniera tale da non pregiudicare la regolare attività di questa Azienda USL.

La base d'asta, Iva esclusa, riferita al periodo di durata contrattuale è quella sotto riportata:

Base d'asta	Proroga tecnica	Sesto quinto	Valore di gara
€1.213.000,00	€606.500,00	€242.600,00	€2.062.100,00
Oneri per la sicurezza da interferenza			
€1.455,00			

I costi relativi agli oneri della sicurezza da interferenza ammontano ad €1.455,00.

Ai fini del presente capitolato si intende per:

- **Appalto:** affidamento della fornitura oggetto del presente capitolato;
- **Fornitura:** fornitura a noleggio di n° 1 unità mobile di PET/ CT e prestazioni e servizi accessorialmente indicati nell'art.4 del presente capitolato;
- **Seduta:** giornata nel corso del quale verranno effettuate le singole prestazioni programmate;
- **Azienda USL:** l'Azienda USL di Pescara;
- **Impresa:** l'Impresa concorrente o aggiudicataria dell'appalto;
- **DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Art. 2 - TERMINI

I termini indicati nel presente capitolato decorrono, sia per l'Azienda USL che per l'Impresa aggiudicataria, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

Art. 3 - FABBISOGNO PRESUNTO

Questa Azienda USL intende effettuare indicativamente n.5 sedute settimanali in giornate consecutive, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà rendere operativo il centro mobile dalle prime ore del mattino dei giorni stabiliti (dalle ore 7.00 circa) per un periodo di circa 8/10 ore e comunque sino all'espletamento della totalità delle indagini concordate.

Resta ferma la facoltà di questa Azienda USL di richiedere all'Impresa aggiudicataria la disponibilità ad effettuare n.6 sedute settimanali, in tale ipotesi la ditta aggiudicataria si impegna ad applicare gli stessi prezzi di aggiudicazione.

Tali variazioni non daranno diritto all'Impresa aggiudicataria di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi unitari offerti.

Art. 4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'impresa aggiudicataria deve garantire la corretta effettuazione di esami diagnostici PET/CT. La fornitura comprende:

- Fornitura annuale per n. 5 sedute settimanali in giornate consecutive di n° 1 Tomografo PET-CT, su mezzo mobile.
- Attrezzature e strumentazioni complementari, necessarie all'esecuzione degli esami PET-CT.
- Sistema di stampa di elevata qualità delle immagini sia PET che CT e delle relative immagini di fusione sia B\W sia a colori, su carta di qualità fotografica, su carta normale e su supporto trasparente dal formato A4 fino al formato 35x43, comprensivo del materiale di consumo necessario. Fornitura del materiale per la stampa sia su carta fotografica sia su film trasparente sia in B\W sia a colori nel formato A4; e di films trasparenti per la documentazione degli esami nel formato 35x43. Fornitura di CD o DVD per il trasferimento e l'archiviazione degli esami eseguiti, per poterli successivamente rielaborare.
- Fornitura per ciascuna seduta di radiofarmaco F18-FDG, con relative certificazioni di legge per la somministrazione, con una prearatura rispetto all'ora richiesta di arrivo di 30 minuti,
- Tali forniture dovranno essere:
 - a. Per la seduta singola, il mattino entro le ore 8,00 di 300 mCi di radiofarmaco F18-FDG .
 - b. Per le eventuali sedute doppie della prima giornata, il mattino entro le ore 8,00 di 200 mCi di radiofarmaco F18-FDG e entro le ore 12,00 di 250 mCi di radiofarmaco F18-FDG .

L'Azienda USL si riserva la facoltà di richiedere e l'Impresa aggiudicataria si impegna a fornire, differenti quantità o tipologie di Radiofarmaci dei quali è stata autorizzata la produzione (quali 18F-Fluorocolina, 18F-Fluoride, Cu-64 o altri) che potranno essere richiesti successivamente dall'U.O. di Medicina Nucleare, a secondo dell'evolversi delle necessità del servizio stesso. Pertanto le ditte partecipanti dovranno fornire la quotazioni per mCi dei radiofarmaci proposti (comprese le spese di trasporto) qualora, nel corso della fornitura, si presentasse la necessità di procedere all'acquisto di ulteriori radiofarmaci.

- Tutti i materiali di consumo necessari per il buon funzionamento del sistema.
- Fornitura di n.1 Tecnico di Medicina Nucleare, per tutta la durata della fornitura.
- Messa a disposizione per tutto il periodo della validità contrattuale di un Medico Nucleare esperto, che possa provvedere a quanto necessario per l'esecuzione e la refertazione degli esami Pet. Tale disponibilità, si dovrà concretizzare per un turno di lavoro giornaliero, per i giorni della settimana in cui si effettuano gli esami e per tutta la durata della validità contrattuale. Il personale Medico Nucleare messo a disposizione dalla Ditta aggiudicataria, dovrà avere il benessere del Responsabile dell'U.O. di Medicina Nucleare di questa Azienda USL.

La descrizione analitica del lotto nonché le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura sono dettagliatamente indicati al successivo art.5 del presente capitolato.

L'apparecchiatura deve essere fornita in service, rimanendo a carico della Impresa aggiudicataria ogni responsabilità, spese ed oneri per:

- trasporto, installazione e disinstallazione,
- manutenzione programmata, preventiva, ordinaria, straordinaria e di emergenza,

- eventuali aggiornamenti tecnici,
 - nuove variazioni di software (aggiornamento),
 - addestramento del personale all'uso dell'apparecchiatura, anche per eventuali aggiornamenti.
- Ogni onere di cui sopra e di quant'altro precisato in seguito deve essere ricompreso nel prezzo contrattuale

Art. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Il **SISTEMA** offerto deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche di minima, pena l'esclusione dalla procedura:

Apparecchiature:

- di ultima generazione, con possibilità di acquisizioni PET, almeno in modalità 3D.
- certificato ISO 9000 (in corso di validità) e/o successivi ed IMQ nonché marchio CE, ed attestazioni di conformità alle norme di sicurezza CEI od altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica in ambiente medico;
- dotazione degli impianti e dispositivi di sicurezza che ottemperano alle norme legislative attualmente in vigore;
- dotazione di un impianto di climatizzazione, per garantire le condizioni di temperatura ed umidità adeguate;
- dotazione di un dispositivo per consentire un agevole ingresso ai pazienti barellati.

Caratteristiche sistema:

Diametro utile del vano paziente non inferiore a 70 cm.

Ridotta profondità ed uniformità del tunnel d'esame

Range di scansione orizzontale non inferiore a 150 cm

Dotazione completa di accessori per il posizionamento del paziente

Sottosistema PET:

Elevata sensibilità di conteggio/strato

Possibilità di posizionamenti preselezionati per regione anatomica.

FOV assiale non inferiore a 15 cm

FOV transassiale non inferiore a 55 cm

Ampio diametro degli anelli detettori, almeno 82 cm

Elevata risoluzione assiale, e risoluzione transassiale quanto più omogenea possibile lungo il raggio 0-20 cm dal centro del FOV

Elevata velocità di ricostruzioni immagini PET con correzione dell'attenuazione e con qualsiasi algoritmo di ricostruzione.

Sottosistema TC:

Sistema di acquisizione multistrato (non inferiore a 6strati/rotazione)

Spessore minimo di strato in acquisizione, inferiore ad 1,0 mm

Tempo minimo di rotazione su 360° inferiore ad 1,0 sec

FOV transassiale per TC diagnostica di almeno 50 cm

Generatore alta tensione ed elevata frequenza con potenza massima non inferiore a 50 KW

Corrente del tubo max non inferiore a 240 mA

Capacità termica di accumulo dell'anodo non inferiore a 5,0 MHU

Dissipazione termica dell'anodo non inferiore a 800 KHU/min

Consolle Acquisizione:

La consolle operatore deve permettere l'acquisizione e l'elaborazione dei dati anche in contemporaneità e deve comprendere in modo integra o tutte le operatività PET-CT

Interfaccia utente semplice ed intuitiva in ambiente Multi-tasking

Consolle di elaborazione:

Stazione di lavoro con piena potenzialità di elaborazione, visualizzazione, fusione e trasferimento delle immagini

Software clinico completo per la valutazione qualitativa e semi-quantitativa (SUV) delle immagini; (dettagliare tutte le possibilità operati ve ed elaborative possibili con il software in dotazione)

Visualizzazione delle immagini PET, CT e di fusione PET-CT

Interfaccia DICOM per potersi connettere alla rete ospedaliera; e sistemi per l'export in formato DICOM delle immagini e connessioni alle workstation della UOC di Medicina Nucleare.

Stampante:

Dotazione di stampante a colori ad elevata risoluzione con almeno 3 formati in linea (preferibilmente con tecnologia a sublimazione) per la stampa di elevata qualità delle immagini sia PET che CT e delle relative immagini di fusione sia B/W sia a colori, su carta di qualità fotografica, su carta normale e su supporto trasparente dal formato A4 fino al formato 35x43;

Fornitura del materiale per la stampa sia su carta fotografica sia su film trasparente sia in B\W sia a colori nel formato A4; e di films trasparenti per la documentazione degli esami nel formato 35x43.

Fornitura di CD o DVD per il trasferimento e l'archiviazione degli esami eseguiti, per poter poi successivamente poterli rielaborare.

Servizio:

L'unità mobile dovrà essere disponibile almeno alle ore 7,00 del mattino.

Servizi aggiuntivi:

Durante la vigenza del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la formazione e l'aggiornamento del personale USL sia in sede che altrove per favorire il suo sviluppo e per garantire la formazione continuativa del personale. A tale scopo dovrà presentare in offerta un piano di formazione.

L'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell'Azienda USL una figura professionale competente, come responsabile per l'esecuzione della fornitura, che dovrà svolgere tutte quelle attività di interfaccia tra la U.O. di Medicina Nucleare e l'impresa stessa, quali, ad esempio:

- gestione degli approvvigionamenti
- segnalazione e risoluzione guasti alle apparecchiature.

La figura professionale individuata dovrà essere sempre raggiungibile e in caso di assenza dovrà essere segnalato il suo sostituto.

Prestazioni collaterali:

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere all'espletamento delle seguenti prestazioni collaterali:

- 1) Addestramento di personale qualificato dell'Unità Operativa utilizzatrice, all'uso delle strumentazioni.
- 2) Disponibilità sull'unità mobile dei manuali contenenti le modalità di applicazione (ivi compresi software) redatti in lingua italiana;
- 3) Fornitura delle suddette apparecchiature, perfettamente funzionanti e tarate inserite in un programma di garanzia della qualità ai sensi del D. Lgs. 187/00.
- 4) Idonea copertura assicurativa contro i rischi di perimento della strumentazione fornita e contro i rischi di R.C. verso gli utilizzatori e gli utenti.

Le caratteristiche sopra citate dovranno evincersi dalla documentazione tecnica presentata in sede di gara. Il sistema fornito dall'impresa aggiudicataria dovrà essere perfettamente identico a quello offerto in sede di gara; qualora le attrezzature/materiale fornite non siano perfettamente conformi a quanto offerto ed aggiudicato, questa Azienda USL procederà ai sensi di quanto previsto successivamente nel presente capitolato (applicazioni penali).

Art. 6 - AMMISSIONE ALLA GARA E SOPRALLUOGO

Le imprese partecipanti alla gara dovranno produrre la documentazione amministrativa e tecnica specificata nel disciplinare di gara (parte integrante del bando di gara).

Le imprese concorrenti dovranno rendersi edotte di tutte le circostanze, luoghi e caratteristiche impiantistiche a tal fine dovranno effettuare un sopralluogo presso il Presidio Ospedaliero di Pescara, onde valutare l'area dove dovrà essere installata l'unità mobile. (per l'effettuazione del sopralluogo si dovrà contattare il n.085/4252620 ore 10.30 – 13.30 dal lunedì al venerdì - Dott. Valerio De Francesco). Di tale sopralluogo dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte del personale incaricato dell'ASL di Pescara da inserire tra i documenti amministrativi da produrre in gara.

Art. 7 - REQUISITI DELL'OFFERTA, VALIDITÀ

L'Impresa è tenuta a redigere l'offerta economica su apposito modulo fornito da questa Azienda USL (allegato al presente capitolato speciale di gara).

I prezzi indicati nell'offerta devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente capitolato, con esclusione dell'IVA e si intendono per merce franco magazzino dell'Azienda USL. Il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di gg. 270 a partire dalla ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

Art. 8- AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.83 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., ossia in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai parametri sottoelencati:

Prezzo massimo punti	30/100;
Qualità massima punti	70/100.

Il punteggio relativo alla qualità (70 puntimax) verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice, appositamente nominata dalla ASL di Pescara, con i criteri indicati nel disciplinare di gara ripartendoli nei seguenti parametri:

A	Aspetti organizzativi/gestionali dell'attività oggetto di gara (Modalità di erogazione, elementi migliorativi delle caratteristiche dell'attività oggetto di gara)	Punti 25
B	Sistema diagnostico apparecchiaturePET/CT (Caratteristiche prestazionali, caratteristiche funzionali)	Punti 20
C	Soluzione proposta per la fornitura PET/CT (Grado di rispondenza della soluzione proposta agli obiettivi dell'ASL, cronoprogramma delle fasi di predisposizione della fornitura PET/CT)	Punti 15
D	Programma di addestramento del personale	Punti 10

Si precisa che per prezzo complessivo s'intende il prezzo complessivo della fornitura IVA esclusa).

La mancata presentazione dell'offerta anche di una sola voce facente parte del sistema, comporterà l'esclusione dell'offerta per inidoneità.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione l'art.97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i...

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nell'ipotesi di offerte uguali verrà osservata la procedura di cui all'art.77 del R.D. 827/24 (miglioramento delle offerte, ovvero, qualora i soggetti candidati non siano presenti o, se presenti, non vogliano migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio). Possono migliorare l'offerta il Legale Rappresentante o chi è munito di idonea procura e/o delega.

L'ASL di Pescara, esaminate le offerte presentate dalle ditte partecipanti, si riserva la facoltà della non aggiudicazione della fornitura nei seguenti casi:

- qualora venga ravvisata la non congruità dei prezzi rispetto a quelli riscontrabili da indagini di mercato;
- qualora l'ASL di Pescara reperisca fondi sufficienti all'acquisizione di una PET/CT; a tale proposito si dichiara fin da ora che anche in presenza di aggiudicazione, l'Azienda USL si riserva la facoltà di rescindere il contratto nel momento che avrà la disponibilità operativa di una PET-CT fissa presso la sua struttura.

Art. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Prima dell'inizio di esecuzione dell'appalto, l'Impresa dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

- trasmettere copia delle polizze assicurative contro i danni e di responsabilità civile verso terzi;
- individuare un responsabile per l'esecuzione della fornitura che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente.

L'Impresa deve comunicare alla U.O. di Medicina Nucleare (fax. 085/4252309) ed all'Ufficio Approvvigionamento Beni e Servizi (fax. 085/4253025), non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della avvenuta aggiudicazione della gara, il nome e il recapito telefonico del suddetto responsabile (e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo) per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria.

A tale scopo il responsabile per l'esecuzione della fornitura e il suo eventuale delegato devono essere dotati di telefonia mobile ed essere sempre reperibili – festivi inclusi.

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire con capacità, proprietà e correttezza, attenendosi al presente capitolato e alle particolari indicazioni eventualmente impartite dall'Azienda USL tutte le operazioni descritte nel presente capitolato.

L'Impresa è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento della fornitura in appalto, concordando con il Direttore dell'Esecuzione della fornitura eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Art. 10 - PERSONALE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA ADDETTO ALLA FORNITURA

L'Impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura e dei servizi inclusi nella stessa, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda USL da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda USL si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda USL o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto.

Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti all'Azienda USL ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

I dipendenti dell'Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti sia del personale dell'Azienda USL sia dell'utenza, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale.

Il personale dell'Impresa dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento della fornitura in merito alla organizzazione, alle attività svolte dall'Azienda USL ed a ognialtra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della fornitura. L'Impresa dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte da parte dell'Azienda USL riferite agli stessi.

Art. 11 - SICUREZZA

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'Impresa è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, l'Impresa deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione all'attività svolta, inoltre deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Gli operatori dell'Impresa che incorrano in infortunio sul lavoro presso l'Azienda USL, dopo aver ricevuto le prime cure necessarie e aver avviato la pratica INAIL presso il Pronto Soccorso, dovranno poi rivolgersi al Medico Competente della Medicina del Lavoro dell'Impresa medesima per la gestione dell'infortunio, gli eventuali trattamenti profilattici, i controlli sierologici o quanto altro sia necessario.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. viene allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Art. 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'Esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità a quanto previsto nel presente capitolato di gara.

A tal fine il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

In particolare il Direttore dell'Esecuzione dovrà:

- redigere, in contraddittorio con l'appaltatore, specifico verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
- concordare con l'impresa aggiudicataria il calendario delle sedute mensili;
- attestare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della liquidazione delle fatture;
- riferire al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull'applicazione delle penali.

Art. 13 – AVVIO DELLA FORNITURA

A seguito della sottoscrizione del contratto verrà redatto dal Direttore dell'Esecuzione specifico verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore, nel quale sarà concordato il calendario delle sedute mensili.

La fornitura dovrà essere attivata entro 30 (trenta) giorni naturali, continuativi e continui decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 14 – CONSEGNA, COLLAUDO TECNICO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'installazione degli apparecchi a cura del fornitore dovrà avvenire sotto la supervisione del personale della U.O. di Medicina Nucleare, del Fisico Medico e dell'Ufficio Tecnico, nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Nel corso della fornitura l'impresa dovrà consegnare l'unità mobile a proprio rischio e spesa di qualunque natura nel luogo indicato nell'ordine entro e non oltre le ore 7,00 dei giorni previsti e concordati con l'U.O. di Medicina Nucleare.

Nel caso di inadempienza o impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini sopra indicati, l'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione all'U.O.C. ABS ed alla U.O. Medicina Nucleare di Pescara.

Le apparecchiature oggetto del contratto sono collaudate dall'Azienda USL di Pescara. L'operazione di collaudo è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità di quanto fornito al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati.

Il collaudo di funzionamento nell'uso clinico delle Apparecchiature verrà effettuato in contraddittorio tra gli incaricati dell'ASL di Pescara e l'Impresa aggiudicataria non oltre quindici giorni dal completamento dell'installazione.

Il protocollo di collaudo verrà stabilito in maniera autonoma dall'ASL di Pescara; l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta dell'ASL di Pescara, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di collaudo. Tale documentazione conterrà, tra l'altro, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste dal collaudo, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di collaudo.

L'Impresa aggiudicataria dovrà dare copia all'ASL di Pescara, preliminarmente al collaudo e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Qualora, al collaudo, le apparecchiature non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, queste non verranno accettate l'ASL di Pescara ne richiederà la sollecita sostituzione.

Le apparecchiature non accettate dovranno essere immediatamente ritirate dall'Impresa aggiudicataria.

Sarà obbligo dell'impresa aggiudicataria adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed evitaredanni a beni pubblici e privati.

Restano a carico della ASL di Pescara l'allacciamento elettrico; idraulico e la connessione di rete. All'istallazione dovranno essere consegnati i manuali per operatore.

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'impresa aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nell'Offerta Tecnica dell'Impresa aggiudicataria.

In ogni caso, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda USL.

L'impresa aggiudicataria si impegna espressamente a malleverare e tenere indenne l'Azienda USL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Art. 15 – MANUTENZIONE

L'impresa aggiudicataria provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto quanto offerto senza nulla chiedere all'Azienda USL provvedendo affinché l'attività contrattuale non venga interrotta durante gli stazionamenti (fatti salvi guasti non immediatamente riparabili).

Allo scopo si richiede che nell'offerta tecnica vengano dettagliatamente espresse le varie fasidi organizzazione e procedurali della normale attività diagnostica, compresi i processi di preparazione dei radiofarmaci alla luce della normativa vigente in materia e le procedere eventualmente messe in essere nel caso di possibili guasti atte a mantenere operativo il sistema ed eseguibili le prestazioni programmate.

Art. 16 - RADIOFARMACO

La fornitura del radiofarmaco, registrato, deve essere parte integrante dell'offerta e sufficiente a garantire il numero di prestazioni programmate e concordate con il Responsabile Medico Nucleare dell'Azienda USL.

Art. 17 – PRIVACY

Tutta l'attività svolta dovrà essere coerente con la vigente normativa in materia di privacy.

Art. 18 – AUTORIZZAZIONI

Ogni e qualsiasi autorizzazione (in materia fisico protezionistica, igienico sanitaria, tecnologica, impiantistica di sicurezza, detenzione di Radiofarmaco ed altro) dovrà essere già posseduta dalle Ditte partecipanti alla data di scadenza di presentazione delle offerte e dovrà rimanere valida per tutta la durata contrattuale..

Art. 19 - SCIOPERI O SOSPENSIONI DELLA FORNITURA

Trattandosi di fornitura/servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L.146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Impresa deve presentare nella relazione tecnica il piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali che devono essere valutati e validati dall'Azienda.

L'Impresa deve provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato.

L'Impresa deve garantire, anche in tali periodi, la rintracciabilità del suo responsabile o delegato. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'Azienda USL, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all'Impresa inadempiente il maggior onere sostenuto.

Art. 20 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

L'Impresa aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche mensili posticipate che dovranno riportare le date delle sedute effettuate nei mesi di riferimento ed essere trasmesse all'indirizzo indicato nell'ordine.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I pagamenti verranno effettuati entro i termini previsti dalla normativa di legge in materia.

L'Azienda USL provvederà in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni ad operare una trattenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 21 - INADEMPIENZE E PENALI

L'Azienda USL, su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto, si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

1. in caso di ritardo nell'avvio dell'appalto rispetto ai termini indicati nel contratto:

€2.000,00 per ogni settimana di ritardo;

2. in caso di mancata effettuazione di una o più sedute programmate, per mancata disponibilità del mezzo e/o per mancato arrivo del radiofarmaco e/o per mancata disponibilità del TSRM e/o per mancata rispondenza della tipologia di attrezzature fornite rispetto a quanto aggiudicato, oltre all'obbligo di dover fornire entro un massimo di 10 gg dalla data di rinvio, sedute alternative per il recupero di quelle non effettuate:

€2.000,00 per seduta mancata (La fatturazione delle sedute di recupero, sarà al prezzo di aggiudicazione, e le sedute non effettuate, ovviamente non dovranno essere fatturate);

3. in caso di effettuazione parziale degli esami programmati nella seduta a causa di ritardo nell'arrivo dell'unità mobile e/o ritardo nell'arrivo del radiofarmaco:

€1.300,00 per ogni singola prestazione non eseguita nella seduta, fino ad un massimo di €4.000,00 (In alternativa, in caso di ritardo nell'arrivo del radiofarmaco l'Azienda USL potrà procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto necessario, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla impresa aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subiti, nulla è dovuto alla impresa aggiudicataria in caso di risparmio);

4. per mancata rispondenza della tipologia di attrezzature fornite rispetto a quanto aggiudicato, qualora la difformità non sia tale da giustificare l'annullamento delle sedute:

da un minimo di €100,00 ad un massimo di €1.000,00 in funzione della tipologia e dell'importanza delle difformità (In tale ipotesi l'impresa dovrà sostituire dalla seduta

successiva l'attrezzatura difforme con una conforme a quanto offerto in sede di gara ed aggiudicato);

5. in tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati:

una penale da € 100,00 a € 2.000,00 a discrezione dell'Azienda USL, commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze;

6. Nell'ipotesi di cui al numero 3), qualora a causa del ritardo, non vengano eseguite più del 50% delle prestazioni programmate, la prestazione verrà considerata non effettuata e pertanto ricadrà su quanto previsto al punto 2.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione. È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda USL. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda USL su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Azienda USL.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della fusione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda USL.

L'impresa è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte dell'Azienda USL.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'Impresa a mezzo PEC o mezzo equivalente. Le suddette penali non esimono la Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda USL.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda USL si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione della fornitura, restando a carico della Impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda USL a causa dell'inadempienza. L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo di quanto così acquistato.

Art. 22 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pescara.