

**FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA
PREPARAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI
PESCARA**

CHIARIMENTI N. 2

1) **LOTTO 1 - VOCE 1.3** : Viene richiesto un dispositivo munito di sistema antidisconnessione. Vorremmo capire meglio di che tipo di sistema si tratta.

RISPOSTA: TRATTASI DI UN SISTEMA CHE COME SCRITTO NELLA DESCRIZIONE IMPEDISCA IL DISTACCO ACCIDENTALE DAL DISPOSITIVO SUL QUALE È CONNESSO.

2) **LOTTO 5 - VOCE 5.1** : Viene richiesto un dispositivo di connessione compatibile con antiblastici compreso il paclitaxel, ma non viene richiesto il filtro in linea per il taxolo., Cosa dobbiamo offrire? il set con il filtro in linea per il taxolo o quello senza filtro? Ovviamente quello senza filtro non potrà essere compatibile con il taxolo. Sempre per lo stesso riferimento, viene richiesto un dispositivo di connessione con valvola unidirezionale, visto che nel set per somministrazione (rif. 5.2) si richiede un set con valvole unidirezionali, potreste anche richiedere un dispositivo di connessione senza valvola unidirezionale. Confermate che volete un dispositivo di connessione con valvola unidirezionale o uno senza?

RISPOSTA: L'INTERESSE È LA COMPATIBILITÀ DEL MATERIALE CON I FARMACI CHEMIOTERAPICI E QUINDI IL TUBATISMO DEVE ESSERE PVC FREE. A PARTIRE DA RACCORDO LUER LOCK CON VALVOLASI TRATTA DI UN REFUSO DI STAMPA,PERTANTO A PARTIRE DA SCORREVOLE" È DA RITENERSI ELIMINATO. LA DESCRIZIONE VALIDA È QUELLA DI UN ATTACCO LUER LOCK CON VALVOLA BIDIREZIONALE. TALE CHIARIMENTO SI INTENDE ANCHE PER LA VOCE 5.2.1-5.2.2-5.2.3.

3) **Lotto 6: ViEne richiesto un dispositivo per la somministrazione a caduta con filtro per Paclitaxel e altri con le caratteristiche del Lotto 5. Intendete il punto 5.1? Quindi un dispositivo di connessione tra sacca e set di somministrazione?**

RISPOSTA: IL SET DI CONNESSIONE PER I TAXANI, RIPORTATO NEL CAPITOLATO PUBBLICATO COME DISPOSITIVO PER LA SOMMINISTRAZIONE A CADUTA, È UN FILTRO IN LINEA 0.22 MICRON.

PERTANTO DEVONO ESSERE OFFERTI DUE SET : UNO CON FILTRO ED UNO SENZA.

4) **Lotto 5.1 – DISPOSITIVO DI CONNESSIONE TRA SACCA E SET DI SOMMINISTRASZIOE, COMPATIBILE CON FARMACI FOTOSENSIBILI” Il dispositivo deve garantire la sicurezza dell’operatore”. Potreste essere più precisi?**

RISPOSTA: IL PROVVEDIMENTO DEL '99 E IL QUALITY STANDARD QUAPOS 4 PRECISANO COSA SIA NECESSARIO PER LA SICUREZZA DELL'OPERATORE.