

**PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA QUINQUENNALE, FINALIZZATO ALL'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI PIPETTE E PUNTALI PER I LABORATORI DEI PP.OO DELLA ASL DI PESCARA.**

**CHIARIMENTI N. 1**

1. Nei file excell "scheda fabbisogno" e "scheda offerta economica" i dati relativi al fabbisogno annuale sono sostanzialmente diversi. Quale è quello corretto?

**RISPOSTA: IL FABBISOGNO ESPOSTO NELLASCHEDA è QUINQUENNALE. QUINQUENNALE E', INFATTI, LA DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.**

2. Il punto 9 della tabella 1 chiede per le pipette multicanale l'adattabilità al lavoro con piastre a pozzetti a diversa distanza. L'adattabilità a piastre a diversa distanza potrebbe anche essere ottenuta mediante la rimozione di alcuni canali, ma sempre mantenendo lo stesso interesse. Si chiede conferma.

**RISPOSTA. SONO AMMESSE EQUIVALENZE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA ADATTABILITA' PERSEGUITA.**

3. Microdosatore a spostamento positivo: Si chiede che abbia "Riconoscimento automatico della siringa mediante sensore integrato con visualizzazione automatica su display del volume di dispensazione selezionato". Potendo offrire la scrivente un prodotto senza tale caratteristica, si chiede conferma che la richiesta vada soddisfatta pena esclusione.

**RISPOSTA. TRATTASI DI REQUISITO MINIMO**

4. Tabella 2, punto 6: nei requisiti per i puntali per microdosatore si richiede che abbiano "Almeno 20 volumi selezionabili". Si chiede se con il termine volumi si intenda Step di dispensazione (e quindi le pipettate fattibili con un determinato puntale ad un determinato volume) o proprio i volumi selezionabili con un determinato puntale.

**RISPOSTA. SI INTENDE "I VOLUMI SELEZIONABILI CON UN DETERMINATO PUNTALE".**