

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI DURATA QUADRIENNALE, PER LA FORNITURA DI “LENTINE INTRAOCULARI ED ALTRO MATERIALE PER OCULISTICA” DELLA ASL DI PESCARA

CIG:6314688DA0

Scadenza: 16 settembre 2015

Termine per la ricezione delle richieste di chiarimenti 3 settembre 2015

G.U.R.I. n. 77 del giorno 03/07/2015.

CHIARIMENTI

1. LOTTO 19 : nel telo oftalmico segnalate una banda adesiva: di cosa si tratta?

RISPOSTA: IL KIT DEVE CONTENERE UN TELINO OFTALMICO CON FINESTRA ADESIVA (COME QUELLO PER CATARATTA) SENZA TASCA: IN QUESTO TIPO D'INTERVENTO NON SERVE LA SACCA RACCOLTA LIQUIDI.

2. LOTTO 20:CUSTOM PACK INIEZIONI INTRAVITREALI:- in questo pacco si trovano strumenti che non trovano indicazione per questo tipo di intervento e sono:

2.1- Microbisturi 15°

RISPOSTA: - SI CONFERMA IL MICROBISTURI DA 15°.

2.2 -1 ago cannula per idrodissezione da 27G(sarebbe meglio indicata una cannula da camera anteriore)

RISPOSTA: SI CONFERMA AGO CANNULA DA 27 G, E SI ELIMINA “PER IDRODISSEZIONE”

2.3 - La sacca nel telo (sarebbe indicato un telo senza sacca, perché non esiste un volume di liquidi tale da essere raccolto)

RISPOSTA: A RETTIFICA, SI COMUNICA CHE IL TELINO OFTALMICO CON FINESTRA ADESIVA (COME QUELLO PER CATARATTA) POVRA' ESSERE SENZA TASCA .

2.4 - Telo avvolgente steriltex o telo mayo , uno dei due è di troppo:

RISPOSTA: IL KIT DEVE CONTENERE UN TELO MAYO O IN ALTERNATIVA UN TELO DA METTERE SUL SERVITORE

2.5 -Ago da 19Gx1 1/2 : a cosa serve?

RISPOSTA: SERVE PER SOLLEVARE LA PALPEBRA STERILMENTE CON IL CAPPUCCIO. IN ALTERNATIVA ALL'AGO PUÒ ESSERE PROPOSTO UN BASTONCINO A SIGARETTA.

3 - Inoltre indicate negli allegati durata quadriennale della procedura, ma nella descrizione indicate un quantitativo triennale; qual'è la durata temporale giusta?

RISPOSTA: SI CONFERMA LA DURATA QUADRIENNALE.

4. Sia nel disciplinare che nel capitolato tecnico non è previsto uno scostamento delle misure dei teli ai lotti 19 e 20. Le misure possono intendersi approssimative?

RISPOSTA: SI CONSIDERI UNA TOLLERANZA DEL PERIMETRO COMPLESSIVO ESTERNO DEL TELO DI +/- 5 CM.

5. Al lotto 20 è corretto inserire una siringa con attacco Luer Lock?

RISPOSTA: E' CORRETTO.

6. Entro quando si possono consegnare i campioni sterili?

RISPOSTA: COME PRECISATO NEL DISCIPLINARE DI GARA: " Il plico contenente la campionatura dovrà pervenire, pena esclusione dalla gara, entro lo stesso termine di presentazione dell'offerta, indicato in intestazione, presso l'Ufficio Protocollo Generale del AUSL di Pescara – Via Paolini 45 – 65124 Pescara."

7. Sono pena esclusione le 6 etichette nel lotto 5 e 6?

RISPOSTA: sono necessarie IN numero 6 etichette sia nel set cataratta che nel set vitrectomia.

8. Lotto 3 –progressivo 1-3-4 indicato copri telecamera il numero dei pezzi (2 pz) è da considerare esatto?

RISPOSTA: Si conferma la necessità di avere nel lotto 3, progressivi 1-3-4, numero due copritelecamera.

9. Lotto 3 –progressivo 4 (set artroscopia spalla posizione laterale) cosa si intende per telo artroscopia con adesivo lato maggiore- misura 80x100? E' un semplice telo con adesivo sul lato maggiore? Potrebbe andar bene telo adesivo 150x180? Non è prevista sacca raccogli liquidi? Può essere considerata una dimenticanza?

RISPOSTA: SI RINVIA AI CHIARIMENTI GIÀ PUBBLICATI E SI RIBADISCE CHE LE MISURE SONO PURAMENTE INDICATIVE E VERRANNO VALUTATE IN SEDE DI GARA.

10. Dove ritenuto opportuno sono stati inseriti teli con rinforzo attorno all'aria incisione, facendo riferimento alle caratteristiche del disciplinare tecnico (capo 1 pagina 39), anche se non specificati all'interno della descrizione dei vari lotti, corretto?

RISPOSTA: SI CONFERMA QUANTO RIPORTATO SUL DISCIPLINARE TECNICO.

11. Si conferma come indicato nell'allegato A nelle CARATTERISTICHE TECNICHE dei vari lotti, che i kit devono avere doppio confezionamento? E' esatto intenderlo come busta peel open e telo madre che avvolge tutti i componenti del set?

RISPOSTA: I KIT DEVONO AVERE DOPPIO CONFEZIONAMENTO DOVE PER DOPPIO CONFEZIONAMENTO SI INTENDE TELO TAVOLO MADRE AD AVVOLGERE TUTTI I COMPONENTI DEL SET ED ESTERNAMENTE AVVOLGIMENTO IN CARTA MEDICALE

12. Per il lotto 36 si richiedono:

lenti chirurgiche dirette per vitrectomia, monouso sterili : BICONCAVE, PRISMATICHE, PIATTE. Quantità presunta quadriennale 1.200; prezzo a base d'asta: € 1 00,00.

Si chiede di specificare se il prezzo si riferisce ad una singola lente (biconcava, prismatica o piatta) oppure alla somma delle 3 lenti (1 prismatica, 1 biconcava e 1 piatta).

RISPOSTA: LA DESCRIZIONE DEL LOTTO N. 36 VIENE RETTIFICATO COME SEGUE:

LOTTO 36

DESCRIZIONE: lenti chirurgiche dirette per vitrectomia, monouso sterili : BICONCAVE, PRIMATICHE, PIATTE

UNITA' DI MISURA : pz

QUANTITA' QUADRIENNALI: N. 1.200

PREZZO UNITARIO:

€ 20,00

IMPORTO QUADRIENNALE (soggetto a ribasso): € 24.000,00

13) RETTIFICHE

SI COMUNICA CHE SONO STATI APPORTATE ALCUNE RETTIFICHE ALLE QUANTITA' E AI PREZZI A BASE D'ASTA. VENGONO, QUINDI, RIPUBBLICATI : L'ALLEGATO A E LO SCHEMA DELL'OFFERTA ECONOMICA

CHIARIMENTI

14. Lotto 20 – Pacco iniezione intravitreale – pinza disposable tipo Bonne. La pinza deve essere in plastica o in acciaio?

RISPOSTA: LA PINZA DOVRA' ESSERE IN PLASTICA

15. SI PRECISA CHE LA DENOMINAZIONE CORRETTA DELLA PRESENTE GARA E' LA SEGUENTE:

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI DURATA QUADRIENNALE, PER LA FORNITURA DI "LENTINE INTRAOCULARI ED ALTRO MATERIALE PER OCULISTICA" DELLA ASL DI PESCARA.

16) CORREZIONE ERRORE MATERIALE

SI SEGNALE CHE E' STATA APPORTATA UNA CORREZIONE MATERIALE AL PREZZO UNITARIO DEL LOTTO N. 4, PER IL QUALE E' STATO RIPRISTINATO IL PREZZO UNITARIO PARI AD € 150,00.

VENGONO, QUINDI RIPUBBLICATI : L'ALLEGATO A E LO SCHEMA DELL'OFFERTA ECONOMICA

CHIARIMENTI

17. in merito al vs chiarimento n.14, chiediamo di lasciare la possibilità degli accessori in acciaio; in quanto in oftalmologia si usano tutti (a parte il marcatore)accessori(pinze, forbici, blefarostati, ecc..) in acciaio monouso.

RISPOSTA: LA RISPOSTA AL QUESITO N. 14 VIENE RETTIFICATA COME SEGUE:

LA PINZA POTRA' ESSERE IN PLASTICA, IN ACCIAIO, E COMUNQUE IN MATERIALE IDONEO E COMPATIBILE CON GLI USI CUI E' DESTINATO

*18. Segnaliamo alcune incongruenze nello schema dell'offerta economica: chiedete le confezioni del quantitativo biennale, e la gara è quadriennale, inoltre nell'ultima colonna fate riferimento a colonne che non riportano i dati richiesti (R*S). Nel disciplinare, inoltre chiedete il totale quadriennale.*

RISPOSTA. SI CONFERMA LA DURATA QUADRIENNALE E CHE I QUANTITATIVI RIPORTATI NELLO SCHEMA DELL'OFFERTA ECONOMICA SONBO "QUADRIENNALI". SI RIPUBBLICA LO SCHEMA PER ELIMINARE I REFUSI SEGNALATI