

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

ENTE: ASL DI PESCARA

SEZIONE 1 - ESTREMI DELLA FORNITURA

DITTA FORNITRICE	MICROPORT CRM SRL					[] Non disponibile
OFFERTA/RDO	N°	: 1363/2023/CC/fg	DEL:	19.10.2023		[] Non disponibile
ORDINE	N°	: 20-2023-222	DEL:	21.12.2023		[] Non disponibile
DELIBERA/DETERMINA	N°	: DETERM. DIRIGENZIALE HTA 4261	DEL:	21.12.2023		[] Non disponibile
DDT	N°	: 4100709590	DEL:	22.12.2023		[] Non disponibile
	N°	:	DEL:			[] Non disponibile
IMPORTO DELLA FORNITURA: € 18.500,00 +IVA						
TIT. PROPRIETA': <input checked="" type="checkbox"/> Acquisto; <input type="checkbox"/> Visione; <input type="checkbox"/> Comodato service; <input type="checkbox"/> Noleggio; <input type="checkbox"/>						
STRUTTURA: <u>DSB SCARPA</u> REPARTO: <u>CARDIOLOGIA</u>						
PADIGLIONE: <u>DSB SCARPA</u> PIANO: <u>1</u> STANZA:						
CDC: _____ DESCRIZIONE CDC: _____						

SEZIONE 2 - ELENCO APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO

ID	Codice Apparecchio	Descrizione	Costruttore	Modello	S/N	Inventario Ente	Prezzo
	E014149	HOLTER ECG	MICROPORT	SPIDERVIEW	SJ2310328A		
	E014150	HOLTER ECG	MICROPORT	SPIDERVIEW	SJ2310327A		
	E014151	HOLTER ECG	MICROPORT	SPIDERVIEW	SJ2310326A		
	E014152	COMPUTER BIOZONKO	HP	PROTOWER 290G9	4E331C1R2		
	E014153	MONITOR PER PC	PHILIPS	243V7Q	UHB232300154		
	E014154	STAMPANTE	HP	LJPRO402dw	PHKJ500941		
	E014155	HOLTER PRESSIONE	SUNTECH MEDICAL	AGILIS MINI 250D	00160537		
	E014156	HOLTER PRESSIONE	SUNTECH MEDICAL	AGILIS MINI 250D	00160612		
	E014157	HOLTER PRESSIONE	SUNTECH MEDICAL	AGILIS MINI 250D	00157309		

SEZIONE 3 - CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Verifica integrità dell'imballaggio, se KO indicare quali ID : _____	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> KO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e ordinato ([] allegata Check list riscontro)	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> KO <input type="checkbox"/> NA
Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e indicato su DDT ([] allegato DDT riscontro)	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> KO <input type="checkbox"/> NA
Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio; se KO indicare quali ID : _____	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> KO
Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data <u>26.01.24</u>	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> KO <input type="checkbox"/> NA [] si allega [GP*]
Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> KO <input checked="" type="checkbox"/> NA [] si allega [GP*]

* Il personale dell'azienda sanitaria riferisce che tale documentazione è già in loro possesso

Note

FORNITURA COMPLETA DI N.3 MEMORY CARD 2GB, N.2 MICROUSB READER
Modello TRASCEND RDP8, N.2 SYNESCOPE V.3.30 CARD UPLOADER USB.

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

ENTE: ASL DI PESCARA

SEZIONE 1 – ESTREMI DELLA FORNITURA

DITTA FORNITRICE	MICROPORT CRM SRL		[] Non disponibile
OFFERTA/RDO	N° : 1363/2023/CC/fg	DEL: 19.10.2023	[] Non disponibile
ORDINE	N° : 20-2023-222	DEL: 21.12.2023	[] Non disponibile
DELIBERA/DETERMINA	N° : DETERM. DIRIGENZIALE HTA 4261	DEL: 21.12.2023	[] Non disponibile
DDT	N° : 4100709590	DEL: 22.12.2023	[] Non disponibile
	N° :	DEL:	[] Non disponibile
IMPORTO DELLA FORNITURA: € 18.500,00 +IVA			
TIT. PROPRIETA': <input checked="" type="checkbox"/> Acquisto; <input type="checkbox"/> Visione; <input type="checkbox"/> Comodato service; <input type="checkbox"/> Noleggio; <input type="checkbox"/>			
STRUTTURA:		REPARTO:	
PADIGLIONE:		PIANO:	STANZA:
CDC:		DESCRIZIONE CDC:	

SEZIONE 2 - ELENCO APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO

ID	Codice Apparecchio	Descrizione	Costruttore	Modello	S/N	Inventario Ente	Prezzo
	E014158	COMPUTER BIONETICO	HP	PROTOWER 290G3	4CE331CHR3		
	E014159	MONITOR PER PC	PHILIPS	243V7Q	V4B2323000117		
	E014160	STAMPANTE	HP	LJ1160 6002 dw	PH17FP05404		

SEZIONE 3 – CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Verifica integrità dell'imballaggio, se KO indicare quali ID :	[OK] [KO] [NA] [NV]
Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e ordinato ([] allegata Check list riscontro)	[OK] [KO] [NA]
Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e indicato su DDT ([] allegato DDT riscontro)	[OK] [KO] [NA]
Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio; se KO indicare quali ID :	[OK] [KO]
Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data <u>26.01.24</u>	[OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*]
Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08	[OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*]

* Il personale dell'azienda sanitaria riferisce che tale documentazione è già in loro possesso

Note

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

SEZIONE 6 – ESITO COLLAUDO DI ACCETTAZIONE

ESITO CONTROLLO VISIVO

POSITIVO NEGATIVO _____

AUSL PESCARA
U.O.C. MAIELLA - MORRONE
Ambulatorio di Cardiologia Scafa
Dot. Franco DE SANCTIS

Commissione
 Data: 26.02.24
 Nome Cognome: Dot. Franco DE SANCTIS
 Nome Cognome: _____
 Nome Cognome: _____
 Note: _____

Firma: _____
 Firma: _____
 Firma: _____

Rappresentante del Fornitore
 Nome Cognome: Luca Di Federico Data: 26.02.24 Firma: [Signature]
 Durata della garanzia (mesi): 24 Data inizio garanzia: 25/11/2024 Data fine garanzia: 25/11/2025
 Attività e materiali compresi durante il periodo di garanzia: [] Vizi occulti; [] Manutenzione Preventiva; [] Manutenzione su guasto
 [] Contratto full risk
 [] Kit Manutenzione _____
 [] Materiale di consumo _____; [NA]
 Note: _____

ESITO VERIFICHE TECNICHE – VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA

POSITIVO NEGATIVO _____

Tecnico HC – Nome Cognome: Giovanni Saracino Data: 26.02.24 Firma: [Signature]

ESITO VERIFICHE TECNICHE – ALTRE VERIFICHE TECNICHE

POSITIVO NEGATIVO _____

Esperto Qualificato (EQ) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]
 Esperto responsabile (ER) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]
 Addetto sicurezza laser (ASL) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]
 Eseguite Verifiche e Valutazioni Tecniche: _____ [OK] [KO] [] si allega
 Note: _____

ESITO VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE

POSITIVO NEGATIVO _____

FORMAZIONE ALL'USO
 Si dichiara di aver ricevuto il manuale d'uso e che il personale utilizzatore:
 [] E' stato formato all'uso corretto e sicuro del/dei dispositivi oggetto del presente collaudo
 [] La formazione è stata programata, in accordo fra fornitore e unità operativa, in data: _____
 [] Nella UO esistono apparecchi analoghi e quindi non necessita formazione specifica sull'apparecchio oggetto del collaudo

AUSL PESCARA
U.O.C. MAIELLA - MORRONE
Ambulatorio di Cardiologia Scafa
Dot. Franco DE SANCTIS

VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE
 L'UO dichiara che le prestazioni dell'apparecchio rispondono alla specifiche di utilizzo richieste.
 Responsabile UO – Nome Cognome: Dot. F. DE SANCTIS Data: 26.02.24 Timbro e Firma: _____
 NB: l'apparecchiatura è da considerarsi sicura soltanto se utilizzata secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nel manuale d'uso.

ESITO GENERALE PROCEDURA DI COLLAUDO DI ACCETTAZIONE

POSITIVO NEGATIVO _____


U.O.C. Ing. Clinica HTA
 Il Coll. Tecnico Prof.le
 Ing. Claudia DI LANZO

Responsabile IC – Nome Cognome: ING. DI LANZO C. Data: 02/02/2024 Timbro e Firma: [Signature]

*L'esito assegnato è stato elaborato sulla base dei soli controlli e/o verifiche che è stato possibile effettuare

RAPPORTO TECNICO PER INTERVENTO/COLLAUDO PRESSO CLIENTE

Rapporto tecnico numero: /

Data: 26/01/2024

CLIENTE

Nome: ASL PESCARA - DISTRETTO DI SCAFA (PE)

Indirizzo: VIA DELLA STAZIONE, 61 (PE)

Reparto/Referente: DR. DE SANTIS (CARDIOLOGIA)

RIFERIMENTI INTERVENTO TECNICO

Vostra richiesta (numero e data): 20-2023-222 del 21/12/2023

Causale: FORNITURA VOLTER ECG + VOLTRA PA + STAZIONI LETTURA

LAVORO ESEGUITO

- VERIFICA MATEMATICA NELLE QUANTITÀ RICHIESTE
- MESSA IN FUNZIONE DI N.2 STAZIONI DI LETTURA (COMPRESIVE DI: PC / MONITOR / STAMPANTI)
- VERIFICA FUNZIONAMENTO DI N.3 VOLTER ECG
- VERIFICA FUNZIONAMENTO DI N.3 VOLTRA PA
- PROGRAMMAZIONE SISTEMI
- FORMAZIONE DEL PERSONALE


Monodopera (ore di lavoro): /

Viaggio (ore di viaggio): /

(km): /

Ricambi utilizzati: /


AUSL PESCARA
 U.O.C. MAIELLA - MORRONE
 Ambulatorio di Cardiologia Scafa
 Dott. Franco DE SANCTIS
 (timbro e firma del cliente)


 MicroPort CRM srl

MICROPORT CRM S.R.L.
SEDE LEGALE, AMMINISTRATIVA E STABILIMENTO VIA CRESCENTINO SNC 13040 SALUGGIA (VC) T.+39 0161 4871 F 39 0161 487681
SEDE COMMERCIALE VIALE MONZA 338, 20128 MILANO, ITALY
CONTACT T +39 02 35964500 F +39 02 35964590 SERVIZIO CLIENTI ITALIA T +39 02 38591400
INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE T +39 02 38591401
CAPITALE SOCIALE € 3.932.700,00 REGISTRO DELLE IMPRESE MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE N.02654900022 - R.E.A. VC-202963
COD.FISC. 02654900022 PART. IVA 02654900022 ISO CODE IT02654900022
crm.microport.com

Cap. Soc. euro 3.932.700
 Reg. Imprese N. VC - 202963
 Cod. Fisc. / Part. IVA 02654900022
 ISO CODE IT 02654900022

DELIVERY NOTE

Committente/SoldTo: 95541

AZIENDA U.S.L. PESCARA
 LOCALE PESCARA
 VIA R.PAOLINI, 45
 I-65124 PESCARA PE

Venduto A:/BillTo: 95541

AZIENDA U.S.L. PESCARA
 LOCALE PESCARA
 VIA R.PAOLINI, 45
 I-65124 PESCARA PE

Numero/Number: 4100709590	Del/Date: 22.12.2023	Pag/Page: 1 / 2
------------------------------	-------------------------	--------------------

Destinatario/ShipTo: 9000103379

AZIENDA U.S.L. PESCARA
 UTIC ARITMOLOGIA
 VIA R.PAOLINI 45-47
 I-65124 PESCARA PE

Causale/Reason	Direct Sales
D.d.T/Deliv terms	CIP CIP- AS PER INCOTERM 2020

Spediz-Vettore/Carrier-Forwarder	Firma/Signature:	Luogo partenza/Shipping Place	Del/Date:	AWB
SAL-DHLNO		MICROPORT CRM SRL VIA CRESCENTINO 13040 SALUGGIA IT	22.12.2023	

Route	Per Accettazione/For Acceptance: Timbro e Firma/Stamp And Signature	Del/Date
SAL		22.12.2023

Vostro Ord. N°/Your Order N°	Del/Date:	Nostro Ord. N°/Order N°	Del/Date:
20-2023-222	21.12.2023	2100088918	22.12.2023
Cod. prodotto/Item Code	Descrizione/Description	U.M.	Q.ta/QTY
KITCRM0002680	KIT HOLTER	NR	1
PCHOLTER	PERSONAL COMPUTER Lot/S.N.:4CE147CZKW Scadenza/Expiry: 31.12.9999 Lot/S.N.:4CE331CMQG Scadenza/Expiry: 31.12.9999 Lot/S.N.:4CE331CMR2 Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓ Lot/S.N.:4CE331MMR3 Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓	NR NR NR NR	1 1 1 1
MONLCD	MONITOR LCD 22" Lot/S.N.:2323000103 Scadenza/Expiry: 31.12.9999 Lot/S.N.:2323000117 Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓ Lot/S.N.:2323000146 Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓ Lot/S.N.:2323000151 Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓	NR NR NR NR	1 1 1 1
STLHPLJ	STAMPANTE LASER Lot/S.N.:PHFDH17941 Scadenza/Expiry: 31.12.9999 Lot/S.N.:PHMFP05393 Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓ Lot/S.N.:PHMFP05404 Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓ Lot/S.N.:PHMRJ00941 Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓	NR NR NR NR	1 1 1 1
LK601C	SYNESCOPE# V3.30C# STANDARD USB Lot/S.N.:YB2307011E Scadenza/Expiry: 31.12.9999 Lot/S.N.:YB2307012E Scadenza/Expiry: 31.12.9999	NR NR	1 1
LK604C	SYNESCOPE V3.30C#OPT. CARD UPLOADER USB Lot/S.N.:YO2311059E Scadenza/Expiry: 31.12.9999 Lot/S.N.:YO2311060E Scadenza/Expiry: 31.12.9999	NR NR	1 1
LA444	MMC/SD USB READER RPD8	NR	2
LA456T	ECG HOLTER RECORDER SPIDERVIEW Lot/S.N.:SJ2310326A Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓ Lot/S.N.:SJ2310327A Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓ Lot/S.N.:SJ2310328A Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓	NR NR NR	1 1 1
LA459B	Spiderview SD Mem. Card 2 GB Lot/S.N.:IW2309083E Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓	NR	1

Cap. Soc. euro 3.932.700
 Reg. Imprese N. VC - 202963
 Cod. Fisc. / Part. IVA 02654900022
 ISO CODE IT 02654900022

DELIVERY NOTE

Numero/Number: 4100709590 	Del/Date: 22.12.2023	Page/Page: 2 / 2
---	-------------------------	---------------------

Vostro Ord. N°/Your Order N°		Del/Date:		Nostro Ord. N°/Order N°		Del/Date:	
20-2023-222		21.12.2023		2100088918		22.12.2023	
Cod. prodotto/Item Code	Descrizione/Description	U.M.	Q.ta/QTY				
NJ124	Lot/S.N.:IW2309084E Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓	NR	1				
	Lot/S.N.:IW2309085E Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓	NR	1				
	Agilis Mini ABPM (full system)						
	Lot/S.N.:00157309 Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓	NR	1				
	Lot/S.N.:00160537 Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓	NR	1				
	Lot/S.N.:00160612 Scadenza/Expiry: 31.12.9999 ✓	NR	1				

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo MicroPort Scientific Corp.
 #DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. N. 472 DEL 14/8/96) #

Per ricevuta

AUSL PESCARA
 U.O.C. MAIELLA - MORRONE
 Ambulatorio di Cardiologia Scafa
 Dott. Franco DE SANCTIS
 Matr. 4140

N° Colli/Packs	Volume M3	Aspetto esteriore dei beni/Packaging Nature	Peso netto/Net WT	Peso Lordo/Gross WT



ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : 20-2023-222
 DEL : 21/12/2023
 DATA CONSEGNA :
 DATA FINE CONSEGNA :

FORNITORE

Spett.le
 (18731) MICROPORT CRM SRL
 P.I.: 02654900022
 VIA CRESCENTINO SNC
 13040 ALICE CASTELLO, VC
 Telefono : +39 0161 4871
 FAX : +39 01610487681

Budget di Spesa : UAUT-2023-13/2

Conto : 0101020502 - Attrezzature generiche

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA
35353	REGISTRATORE HOLTER	N	3,00	1 730,00	0,00	5 190,00	22,00
					0,00		

CIG: ZCE3DE2061 - APPROVAZIONE
 PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA
 FORNITURA IN EXCHANGE DI
 REGISTRATORI HOLTER ECG E PA INCLUSO
 DI STAZIONI DI LETTURA IN USO PRESSO
 CERS TOCCO DA CASAURIA, CERS SCAFA
 E P.O. POPOLI DELLA ASL DI PESCARA

Cdc: C10C05S01F DSB SCAFA
 01

Q.tà 3,00

80490	REGISTRATORI PER HOLTER PRESSORIO	N	3,00	1 700,00	0,00	5 100,00	22,00
					0,00		

CIG: ZCE3DE2061 - APPROVAZIONE
 PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA
 FORNITURA IN EXCHANGE DI
 REGISTRATORI HOLTER ECG E PA INCLUSO
 DI STAZIONI DI LETTURA IN USO PRESSO
 CERS TOCCO DA CASAURIA, CERS SCAFA
 E P.O. POPOLI DELLA ASL DI PESCARA

Cdc: C10C05S01F DSB SCAFA
 01

Q.tà 3,00

23791	COMPUTER	N	2,00	2 400,00	0,00	4 800,00	22,00
					0,00		

CIG: ZCE3DE2061 - APPROVAZIONE
 PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA
 FORNITURA IN EXCHANGE DI
 REGISTRATORI HOLTER ECG E PA INCLUSO
 DI STAZIONI DI LETTURA IN USO PRESSO
 CERS TOCCO DA CASAURIA, CERS SCAFA
 E P.O. POPOLI DELLA ASL DI PESCARA

Cdc: C10C05S01F DSB SCAFA
 01

Q.tà 2,00

ORDINE : 20 - 2023 - 222

Budget di Spesa : UAUT-2023-13/2

Conto : 0101020502 - Attrezzature generiche

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA
22878		N	2,00	400,00	0,00	800,00	22,00
MONITOR					0,00		

CIG: ZCE3DE2061 - APPROVAZIONE
PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA
FORNITURA IN EXCHANGE DI
REGISTRATORI HOLTER ECG E PA INCLUSO
DI STAZIONI DI LETTURA IN USO PRESSO
CERS TOCCO DA CASOURIA, CERS SCAFA
E P.O. POPOLI DELLA ASL DI PESCARA

Cdc: C10C05S01F DSB SCAFA
01

Q.tà 2,00

25500		N	2,00	200,00	0,00	400,00	22,00
STAMPANTE					0,00		

CIG: ZCE3DE2061 - APPROVAZIONE
PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA
FORNITURA IN EXCHANGE DI
REGISTRATORI HOLTER ECG E PA INCLUSO
DI STAZIONI DI LETTURA IN USO PRESSO
CERS TOCCO DA CASOURIA, CERS SCAFA
E P.O. POPOLI DELLA ASL DI PESCARA

Cdc: C10C05S01F DSB SCAFA
01

Q.tà 2,00

42008		N	1,00	505,00	0,00	505,00	22,00
COMPUTER					0,00		

CIG: ZCE3DE2061 - APPROVAZIONE
PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA
FORNITURA IN EXCHANGE DI
REGISTRATORI HOLTER ECG E PA INCLUSO
DI STAZIONI DI LETTURA IN USO PRESSO
CERS TOCCO DA CASOURIA, CERS SCAFA
E P.O. POPOLI DELLA ASL DI PESCARA

Cdc: C03C06S01 UOS NEFROLOGIA D'URGENZA E INTERVENTISTICA

Q.tà 1,00

42008		N	1,00	505,00	0,00	505,00	22,00
COMPUTER					0,00		

CIG: ZCE3DE2061 - APPROVAZIONE
PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA
FORNITURA IN EXCHANGE DI
REGISTRATORI HOLTER ECG E PA INCLUSO
DI STAZIONI DI LETTURA IN USO PRESSO
CERS TOCCO DA CASOURIA, CERS SCAFA
E P.O. POPOLI DELLA ASL DI PESCARA

Cdc: C10C05S01F RSA TOCCO DA CASOURIA
06

Q.tà 1,00

22878		N	1,00	400,00	0,00	400,00	22,00
MONITOR					0,00		

CIG: ZCE3DE2061 - APPROVAZIONE
PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA
FORNITURA IN EXCHANGE DI

ORDINE : 20 - 2023 - 222

Budget di Spesa : UAUT-2023-13/2

Conto : 0101020502 - Attrezzature generiche

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA
--------	-------------	----	----------	--------------	-----	------------	------

PA INCLUSO DI STAZIONI DI LETTURA IN
USO PRESSO CERS TOCCO DA CASOURIA,
CERS SCAFA E P.O. POPOLI DELLA ASL DI
PESCARA ALLA DITTA MICROPORT CRM

Cdc: C10C05S01F RSA TOCCO DA CASOURIA
06

Q.tà 1,00

40106		N	1,00	200,00	0,00	200,00	22,00
STAMPANTE					0,00		

CIG: ZCE3DE2061 - APPROVAZIONE
PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA
FORNITURA IN EXCHANGE DI
REGISTRATORI HOLTER ECG E PA INCLUSO
DI STAZIONI DI LETTURA IN USO PRESSO
CERS TOCCO DA CASOURIA, CERS SCAFA
E P.O. POPOLI DELLA ASL DI PESCARA

Cdc: C10C05S01F RSA TOCCO DA CASOURIA
06

Q.tà 1,00

25500		N	1,00	200,00	0,00	200,00	22,00
STAMPANTE					0,00		

CIG: ZCE3DE2061 - APPROVAZIONE
PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA
FORNITURA IN EXCHANGE DI
REGISTRATORI HOLTER ECG E PA INCLUSO
DI STAZIONI DI LETTURA IN USO PRESSO
CERS TOCCO DA CASOURIA, CERS SCAFA
E P.O. POPOLI DELLA ASL DI PESCARA

Cdc: C03C06S01 UOS NEFROLOGIA D'URGENZA E INTERVENTISTICA

Q.tà 1,00

22878		N	1,00	400,00	0,00	400,00	22,00
MONITOR					0,00		

CIG: ZCE3DE2061 - APPROVAZIONE
PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA
FORNITURA IN EXCHANGE DI
REGISTRATORI HOLTER ECG E PA INCLUSO
DI STAZIONI DI LETTURA IN USO PRESSO
CERS TOCCO DA CASOURIA, CERS SCAFA
E P.O. POPOLI DELLA ASL DI PESCARA

Cdc: C03C06S01 UOS NEFROLOGIA D'URGENZA E INTERVENTISTICA

Q.tà 1,00

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
122	22,00	18 500,00	4 070,00

TOTALE IMPONIBILE

18 500,00

TOTALE IVA

4 070,00

TOTALE ORDINE

22 570,00

Luogo consegna

LTCPE - MAGAZZINO TECNOLOGICO PESCARA
VIA R. PAOLINI, 47
PESCARA,65100



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4261

DEL 21/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA IN EXCHANGE DI REGISTRATORI HOLTER ECG E PA INCLUSO DI STAZIONI DI LETTURA IN USO PRESSO CERS TOCCO DA CASAURIA, CERS SCAFA E P.O. POPOLI DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA MICROPORT CRM SRL AI SENSI DELL'ART.50, COMMA B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG ZCE3DE2061



AZIENDA SANITARIA DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA IN EXCHANGE DI REGISTRATORI HOLTER ECG E PA INCLUSO DI STAZIONI DI LETTURA IN USO PRESSO CERS TOCCO DA CASAURIA, CERS SCAFA E P.O. POPOLI DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA MICROPORT CRM SRL AI SENSI DELL'ART.50, COMMA B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG ZCE3DE2061.

PREMESSO che il Servizio di gestione, assistenza e manutenzione Full-Risk delle apparecchiature medicali in uso nelle Strutture Sanitarie e nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda ASL di Pescara è di competenza dell'U.O.C. Ingegneria Clinica-HTA;

VISTE le richieste della Dott.ssa L.T. Resp. della UOC Distrettuale Montana della Asl di Pescara con la quale si esprimeva la necessità di riparare/sostituire i Registratori Holter ECG e PA, Software e Pc ad essi connessi, per obsolescenza tecnologica;

CONSIDERATO che la UOC Ingegneria Clinica a seguito di ricognizione dei dispositivi Holter PA e ECG presenti nell'Area Distrettuale Aziendale, ha rilevato situazioni di obsolescenza e vetustà tali da richiedere una valutazione di riparazione/sostituzione, che ha confermato la necessità di aggiornamento con modelli di nuova tecnologia e relativi sistemi di lettura completi di Pc e Software in quanto non interfacciabili con gli attuali in dotazione;

DATO ATTO che si è reso necessario dover acquisire offerte in merito alla riparazione/sostituzione che hanno confermato la necessità di aggiornamento con fornitura di dispositivi di nuova tecnologia;

RICEVUTO il preventivo da parte della ditta MICROPORT CRM SRL, la quale ha presentato l'offerta N.1363/2023/CC/fg del 19/10/2023 per un importo pari ad euro € 20.000,00+IVA;

RITENUTA l'opportunità da parte dello scrivente ufficio di valutare altri preventivi nello specifico con la ditta FIMAS SRL, pervenuto in data 19 Dicembre 2023 con N. 548/2003 – MF/fdg per un valore pari ad 27.947,00+IVA;

CONSIDERATA l'opportunità di valutare l'offerta presentata della Ditta Microport CRM, nr. N.1363/2023/CC/fg del 19/10/2023 economicamente più vantaggiosa per le esigenze dei Servizi sotto specificati della Asl di Pescara, in quanto va a sostituire numero 7 holter e 3 stazioni di lettura complete come nel dettaglio riportato:

➤ CERS TOCCO DA CASAURIA:

- Nr. 1 Registratore Holter PA – mod. "Agilis mini";
- Nr. 1 PC (Stazione di Lettura) per Sistema Holter PA;

➤ CERS SCAFA:

- Nr. 3 Registratore Holter PA - mod. "Agilis mini";
- Nr. 3 Registratore Holter ECG – mod. "Spiderview";
- Nr. 2 Software di Lettura Holter ECG - mod. "Synescope standard 3.30C";

- Nr. 2 PC (Stazioni di Lettura) per Sistemi Holter ECG e PA;

CONSIDERATO che in data 29 Novembre 2023, presso gli Uffici dell'UOC Ingegneria Clinica si è avviata la trattativa, come da atti conservati presso gli uffici, con la quale si è confermato il preventivo del 19/10/2023 N.1363/2023/CC/fg della ditta Microport CRM, definendo meglio la fornitura come sotto riepilogata, incluso di ulteriore Stazione di Lettura per il Servizio Dialisi del P.O. di Popoli:

- CERS TOCCO DA CASAURIA:
 - Nr. 1 Registratore Holter PA – mod. “*Agilis mini*”;
 - Nr. 1 PC (Stazione di Lettura) per Sistema Holter PA;
- CERS SCAFA:
 - Nr. 3 Registratore Holter PA - mod. “*Agilis mini*”;
 - Nr. 3 Registratore Holter ECG – mod. “*Spiderview*”;
 - Nr. 2 Software di Lettura Holter ECG - mod. “*Synescop standard 3.30C*”;
 - Nr. 2 PC (Stazioni di Lettura) per Sistemi Holter ECG e PA;
- P.O. POPOLI
 - Nr. 1 PC (Stazione di Lettura) per Sistema Holter PA “*Agilis mini*”;

VALUTATA la necessità dunque di procedere alla fornitura per un importo scontato €18.500,00+IVA, approvata dal Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica - HTA Ing. Vincenzo LO MELE e affidando l'intervento in argomento alla Ditta MICROPORT CRM SRL ai sensi dell'art.50, comma b) del D.Lgs. 36/2023

PRESO ATTO che la Ditta affidataria provvederà ad emettere quanto previsto dalla L.136/2010 circa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, contemporaneamente all'accettazione dell'affidamento trasmesso;

IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA CLINICA H.T.A

VISTO l'art. 50, comma b) del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la delibera n. 705 del 28.06.2012 avente per oggetto “Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive;

VISTO l'Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;

PRESO ATTO dell'attività istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Chiara Di Paolo, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

D E T E R M I N A

- 1) **DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della necessità di eseguire l'intervento in oggetto presso il Cers di Scafa e Tocco da Casauria e il P.O. di Popoli della Asl di Pescara;
- 3) **DI AFFIDARE** l'intervento di che trattasi alla Ditta Microport CRM SRL - ai sensi dell'art.50, comma b) del D.Lgs. 36/2023 al prezzo scontato di € 18.500,00+IVA, riguardante la fornitura in formula repair/exchange come di seguito:

- CERS TOCCO DA CASAURIA:
 - Nr. 1 Registratore Holter PA – mod. “*Agilis mini*”;
 - Nr. 1 PC (Stazione di Lettura) per Sistema Holter PA;
 - CERS SCAFA:
 - Nr. 3 Registratore Holter PA - mod. “*Agilis mini*”;
 - Nr. 3 Registratore Holter ECG – mod. “*Spiderview*”;
 - Nr. 2 Software di Lettura Holter ECG - mod. “*Synescope standard 3.30C*”;
 - Nr. 2 PC (Stazioni di Lettura) per Sistemi Holter ECG e PA;
 - P.O. POPOLI
 - Nr. 1 PC (Stazione di Lettura) per Sistema Holter PA “*Agilis mini*”;
- 4) **DI APPROVARE** il preventivo rif. n. 1363/2023/CC/fg del 19/10/2023 presentato dalla Ditta Microport CRM SRL pari ad € 20.000,00+IVA, approvato dal Direttore dell’Ingegneria Clinica HTA Ing. Vincenzo LO MELE al prezzo scontato di € 18.500,00+IVA;
- 5) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 22.570,00 IVA compresa relativa al Servizio in argomento va registrata in contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio 2023 come segue alla voce di conto 01.01.02.05.02;
- 6) **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito www.asl.pe.it - link “Amministrazione trasparente” - settore 11 - bandi di gara e contratti-, ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;
- 7) **DI DARE ATTO** che la documentazione completa relativa all’affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita agli atti degli Uffici dell’Ingegneria Clinica – HTA dell’Azienda USL di Pescara;
- 8) **DI CONFERIRE** al presente atto la clausola dell’immediata esecutività.

UOC INGEGNERIA CLINICA

L'Istruttore Chiara Di Paolo	Il Direttore Vincenzo Lo Mele firmato digitalmente
---------------------------------	--

Voce di conto: 01.01.02.05.02 Anno : 2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 21/12/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Buyer party

A. S. L. PESCARA
 Org no A1
 VAT IT01397530682
 Codice Comessa UFEAZS

ORDER: 20-2023-222

1/1

Order date 2023-12-21 Valid from Valid to 2024-12-31 Channel

Seller party

MICROPORT CRM SRL
 VIA CRESCENTINO SNC
 IT 13040 ALICE CASTELLO
 Org no 02654900022
 VAT IT02654900022

Delivery party

MAGAZZINO TECNOLOGICO PESCARA
 VIA R. PAOLINI,47
 PESCARA
 IT 65100 PESCARA
 ID 01397530682-LTCPE
 Org no 01397530682-LTCPE

Bill to

A. S. L. PESCARA
 VIA R. PAOLINI N.45
 IT 65124 PESCARA
 Org no A1
 VAT IT01397530682
 Codice Destinatario Fattura UFEAZS

Type
Cost center
Buyers Reference
Requisition no

Order
 0101020502#AAA420
 ZCE3DE2061
 Referente MARIASSUNTA
 RASTELLI Ufficio 20-
 INGEGNERIA CLINICA

No	Article no	Description	Quantity	Unit price	Net amount
1	Cod.Int. 35353	REGISTRATORE HOLTER REGISTRATORE HOLTER CARDIACO ELA MEDICAL MOD. SPIDerview COD. LA456T	3,00 one	1 730,00	5 190,00 EUR
2	Cod.Int. 80490	REGISTRATORI PER HOLTER PRESSORIO	3,00 one	1 700,00	5 100,00 EUR
3	Cod.Int. 23791	COMPUTER SW PER HOLTER ECG COD. LK601C	2,00 one	2 400,00	4 800,00 EUR
4	Cod.Int. 22878	MONITOR	2,00 one	400,00	800,00 EUR
5	Cod.Int. 25500	STAMPANTE	2,00 one	200,00	400,00 EUR
7	Cod.Int. 42008	COMPUTER	1,00 one	505,00	505,00 EUR
8	Cod.Int. 22878	MONITOR	1,00 one	400,00	400,00 EUR
9	Cod.Int. 40106	STAMPANTE	1,00 one	200,00	200,00 EUR
10	Cod.Int. 42008	COMPUTER	1,00 one	505,00	505,00 EUR
11	Cod.Int. 22878	MONITOR	1,00 one	400,00	400,00 EUR
12	Cod.Int. 25500	STAMPANTE	1,00 one	200,00	200,00 EUR

Net amount EUR 18 500,00
 Total amount EUR 22 570,00

Address

A. S. L. PESCARA
 VIA R. PAOLINI N.45
 IT 65124 PESCARA

Org no
 A1
 VAT
 IT01397530682

SUNTECH



5827 South Miami Blvd, Ste 100
Morrisville, NC 27560-8394 USA

Subject: Extension to MDD certificates

Ref: Regulation (EU) 2023/607 amending Regulations (EU) 2017/745 and (EU) 2017/746

22 March 2023

To whom it may concern,

Intertek Semko AB ("**Intertek**") is the notified body for SunTech Medical, Inc. ("**SunTech**") with respect to the medical devices listed in the Annex to this letter (the "**SunTech Devices**").

SunTech hereby confirms that certificates Intertek issued with respect to the SunTech devices under Directive 93/42/EEC ("**MDD**"), through the operation of Regulation 2023/607 amending Regulation (EU) 2017/745 and (EU) 2017/746, have been extended until the date stated in the attached Annex. Therefore, the SunTech devices may continue to be lawfully placed on the market in the EU, the EEA and Turkey until the end of the extension if the following conditions are/continue to be met:

- before the MDD certificate expired, SunTech and Intertek signed a written agreement for the conformity assessment in accordance with Section 4.3. second subparagraph of Annex VII, this is demonstrated by the signed agreement between Intertek and SunTech dated 18JUL2022 (see attached);
- the MDD certificate for the SunTech devices has not been withdrawn;
- the SunTech devices continue to comply with the MDD, this is demonstrated by Intertek MDD surveillance audit report of SunTech dated 31DEC2021 (see attached audit report excerpt);
- there are no significant changes in design or intended purpose (Intertek has not been notified of any such significant changes);
- the SunTech devices do not present an unacceptable risk to the health or safety of patients, users or other persons, or to other aspects of the protection of public health;
- By 26 May 2024 the manufacturer must have:
 - a QMS compliant with the MDR (we confirm Stage 1 and Stage 2 of the QMS conformity assessment was completed in 2022); and
 - applied to a notified body for a conformity assessment (see attached conformity assessment agreement between Intertek and SunTech).

If you have any questions, please do not hesitate to contact SunTech Medical, Inc. at regulatoryrequests@suntechmed.com.

Yours faithfully,

Michael Williams
Vice President, OPS/QA/RA

SUNTECH



5827 South Miami Blvd, Ste 100
Morrisville, NC 27560-8394 USA

SunTech Medical, Inc.



5827 South Miami Blvd, Ste 100
Morrisville, NC 27560-8394 USA

Annex

Manufacturer Name	Names of devices benefitting from an extension to their certificates issued under Directive 93/42/EEC to	Class	MDD Certificate Number	GMDN/ Device Category	Extension Date
SunTech Medical, Inc.	Tango / Tango+ / 2120	Ila	41311047-01	-	31 December 2028
	Tango M2	Ila		16173	
	Accutacker II / 104	Ila		-	
	Accutacker DX / 105	Ila		-	
	CT40, Model 260	Ila		57960	
	Oscar 2 / 222	Ila		-	
	Oscar 2, Model 250	Ila		-	
	Oscar 2, Model 250D	Ila		36888	
	Oscar 2B / 222B	Ila		-	
	Oscar Express / 222E	Ila		-	
	Cycle	Ila		-	
	247	Ila		-	
	CT50 (Model 270)	Ilb		57960	

EC Certificate

FULL QUALITY ASSURANCE SYSTEM

Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II excluding (4)

Certificate Number
41311047-01

Initial Certification Date
September 24, 2002

Certificate Valid from
October 19, 2017

Certificate Expiry Date
September 24, 2022

We hereby declare that an examination of the under mentioned full quality assurance system has been carried out following the requirements of the Swedish national legislation LVFS 2003:11 to which the undersigned is subjected, transposing Annex II (with the exemption of section 4) of the Directive 93/42/EEC on medical devices. We certify that the full quality assurance system conforms with the relevant provisions of the aforementioned directive, and the result entitles the organization to use the CE 0413 marking on those products listed below.

The certification is subject to the organization maintaining their system in compliance with the regulations stated in this certificate, allowing regular assessments and following the contracted requirements of the Notified Body.

Intertek Semko AB is a Notified Body according to Directive 93/42/EEC on medical devices, with identification number 0413.

*Intertek Semko AB
Box 1103, SE-164 22 Kista,
Sweden
Telephone +46 8 750 00 00
medtechsweden@intertek.com*

Organization:

SunTech Medical, Inc

507 Airport Boulevard, Suite 117, Morrisville, NC 27560-8200, USA

Product Category:

Blood pressure and patient monitoring products

For further identification of the products covered, see the MDD product list/product schedule.



Ackred. nr 1003
ISO/IEC 17021

October 19, 2017

Signed date



Bob Andersson, Certification Authority MDD
Intertek Semko AB, Kista, Sweden

Products included in the Certificate No: 41311047-01

Issued to:


SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200
USA

Product category	Type/Model designation	Class	Sterile	GMDN code (not mandatory)	Date added
Blood Pressure Monitor	Tango / Tango + / 2120	Ila	No	-	*
	Tango M2	Ila	No	16173	April 16, 2013
	Accutracker II / 104	Ila	No	-	*
	Accutracker DX / 105	Ila	No	-	*
	CT40, Model 260	Ila	No	57960	April 1, 2016
	Oscar 2 / 222	Ila	No	-	*
	Oscar 2, Model 250	Ila	No	-	June 11, 2015
	Oscar 2, Model 250D	Ila	No	36888	Aug 15, 2019
	Oscar 2B / 222B	Ila	No	-	*
	Oscar Express / 222E	Ila	No	-	*
	Cycle	Ila	No	-	*
	247	Ila	No	-	*
	CT50 (Model 270)	Ilb	No	57960	Nov 27, 2017

* Product added before 2010.

Date of Issue: August 15, 2019

Intertek Semko AB
Notified Body MDD



Pontus Gedda
Certification Authority MDD

This product list is only valid together with the referenced, valid EC certificate.

The GMDN codes are assigned by the manufacturer and are only provided for convenience.

Intertek Semko AB is a Notified Body according to the Directive 93/42/EEC on medical devices, with identification number 0413.

Product List for Certificate No: 41311047-01

Date: August 15, 2019

Page 1 of 1

Intertek Semko AB

Torshamnsgatan 43, Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden
Telephone +46 8 750 00 00, Fax +46 8 750 60 30, www.intertek.se
Registered in Sweden: No SE556024059901, Registered office: As address