	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

ENTE: ASL DI PESCARA

SEZIONE 1 - ESTREMI DELLA FORNITURA

DITTA FORNITRICE: ATL MILANO SRL [] Non disponibile

OFFERTA/RDO N° : _____ DEL: _____ [] Non disponibile

ORDINE N° : 20-2024-18 DEL: 13/02/2024 [] Non disponibile

DELIBERA/DETERMINA N° : 540 HTA DEL: 15/02/2024 [] Non disponibile

DDT N° : 28 DEL: 19/02/2024 [] Non disponibile

DDT N° : _____ DEL: _____ [] Non disponibile

IMPORTO DELLA FORNITURA: € 1.809,52 +IVA

TIT. PROPRIETA': Acquisto; Visione; Comodato service; Noleggio; RIPARAZIONE CAMBIO

STRUTTURA: PO DI PESCARA REPARTO: UOC HOSPICE E CURE PALLIATIVE

PADIGLIONE: PALAZZINA D PIANO: TERRA STANZA: STUDIO MEDICO 1

CDC: A11C07 DESCRIZIONE CDC: UOC HOSPICE E CURE PALLIATIVE

SEZIONE 2 - ELENCO APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO

ID	Codice Apparecchio	Descrizione	Costruttore	Modello	S/N	Inventario Ente	Prezzo
	E014287	SONDA ECOGRAFICA WI-FI/PORTATILE	SONOSTAR TECHNOLOGIES CO	CERBERO	UXCCDMK187		€ 1.809,52
			COLL. AD ELABORATORE PER ECOGRAF PORTAT. COD E011213				

SEZIONE 3 - CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Verifica integrità dell'imballaggio, se KO indicare quali ID : _____ [OK] [KO] [NA] [NV]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e ordinato ([] allegata Check list riscontro) [OK] [KO] [NA]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e indicato su DDT ([] allegato DDT riscontro) [OK] [KO] [NA]

Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio; se KO indicare quali ID : _____ [OK] [KO]


Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data NESSUNO [OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*]

Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08 [OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*]

* Il personale dell'azienda sanitaria riferisce che tale documentazione è già in loro possesso

Note

HA SOSTITUITO TRAMITE REPAIR EXCHANGE ANALOGA SONDA COD E011213, INVENTARIATO 9/6518, IN FUORI USO AUTOGRAFICO DAL 20-02-2024

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7


SEZIONE 6 – ESITO COLLAUDO DI ACCETTAZIONE

ESITO CONTROLLO VISIVO

POSITIVO NEGATIVO _____

Commissione

Data: 21.02.2024

Nome Cognome: FRAGOLINI DEBORA Firma: 

Nome Cognome: _____ Firma: _____

Nome Cognome: _____ Firma: _____

Note: _____

Rappresentante del Fornitore

Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: NESSUNA

Durata della garanzia (mesi): 24 Data inizio garanzia: 27.02.24 Data fine garanzia: 20.02.2026

Attività e materiali compresi durante il periodo di garanzia: [] Vizi occulti; [] Manutenzione Preventiva; [] Manutenzione su guasto

[] Contratto full risk

[] Kit Manutenzione _____

[] Materiale di consumo _____; [NA]

Note: _____

ESITO VERIFICHE TECNICHE – VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA

POSITIVO NEGATIVO _____

Tecnico HC – Nome Cognome: M. CIPRIANI Data: 21.02.2024 Firma: 

ESITO VERIFICHE TECNICHE – ALTRE VERIFICHE TECNICHE

POSITIVO NEGATIVO _____

Esperto Qualificato (EQ) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]
 Esperto responsabile (ER) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]
 Addetto sicurezza laser (ASL) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]

Eseguite Verifiche e Valutazioni Tecniche: _____ [OK] [KO] [] si allega

Note: _____

ESITO VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE

POSITIVO NEGATIVO _____

FORMAZIONE ALL'USO

Si dichiara di aver ricevuto il manuale d'uso e che il personale utilizzatore:


[] E' stato formato all'uso corretto e sicuro del/dei dispositivi oggetto del presente collaudo

[] La formazione è stata programata, in accordo fra fornitore e unità operativa, in data: _____

[] Nella UO esistono apparecchi analoghi e quindi non necessita formazione specifica sull'apparecchio oggetto del collaudo

VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE

L'UO dichiara che le prestazioni dell'apparecchio rispondono alle specifiche di utilizzo richieste.

Responsabile UO – Nome Cognome: FRAGOLINI DEBORA Data: 21.02.2024 Timbro e Firma: 

NB: l'apparecchiatura è da considerarsi sicura soltanto se utilizzata secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nel manuale d'uso.

AZIENDA ASL PESCARA
U.O.S. HOSPICE - CURE PALIATIVE T.A.M.A.
 Tel. 085 4252343 - 085 4252736
 C.d.C. ASL S09

ESITO GENERALE PROCEDURA DI COLLAUDO DI ACCETTAZIONE*

POSITIVO NEGATIVO _____

Responsabile IC – Nome Cognome: ANTONIO VERNA Data: 22/02/2024 Timbro e Firma: 

*L'esito assegnato è stato elaborato sulla base dei soli controlli ed verifiche che è stato possibile effettuare

ASL PESCARA
UOC INGEGNERIA CLINICA-ITA
IL COLLAUDATORE
Dr. Antonio VERNA



ATL S.r.l.

Via Morazzone, 21 - 22100 Como (CO) - Italy

Tel. 0296847499

e-mail: info@atlmilano.com Pec: atlmilano@pec.it Internet: https://atlmilano.com/

C.F./P.Iva 10774630965 Reg. imprese CO-407282

Sede Operativa: Via Cascina Venina, 7 - 20057 Assago (MI)

Capitale Sociale: € 100.000,00 i. v.



Doc. di trasporto nr. **28** del **19/02/2024**

Destinatario

A.S.L. PESCARA
Via Renato Paolini, 47
65124 Pescara (PE)
Italy

C.F./P.Iva 01397530682

Destinazione

MAGAZZINO TECNOLOGICO PESCARA
Via Renato Paolini, 47
65124 Pescara (PE)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità
	Rif. Conferma d'ordine 18 del 16/02/2024:	
CERBERO4.	Sonda Ecografica Wireless CERBERO4.0 B-MatrixSound Color Doppler Cardio+ Convex+ Lineare RDM: 2348605/R - CND: Z11040106 - UDI: 697387564C10SU Seriale: UXCCDMK187 Campagna promozionale sostituzione CERBERO3.0 S/N WXPCBBK092 NS. Offerta n°20231122-05	1 NR

(Rif. Ordine d'acquisto n. 20-2024-18_2 del 13/02/2021 CIG B04892783A)

Per ricevuta

AZIENDA ASL PESCARA

U.O.S. HOSPICE - CURE PALIATIVE T.A.M.A.

Tel. 085 4252343 - 085 4252736

C.d.C. A14S09

X Diliberto

Incaricato del trasporto DHL				Causale del trasporto C/Vendita		Firma incaricato del trasporto A.T.I.	
Nr. colli 1	Peso 1	Aspetto esteriore dei beni SCATOLA	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 19/02/2024 15:55	Firma destinatario MARIFARMA FM		

A.S.L. PESCARA
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682



Tel : (+39) 085
Fax :4521

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : 20-2024-18
DEL : 13/02/2024
DATA CONSEGNA :
DATA FINE CONSEGNA :

FORNITORE

Spett.le
(55949) ATL SRL
P.I.: 10774630965
VIA CASCINA VENINA N. 7
20057 ASSAGO, MI
Telefono : 02.96847499

Budget di Spesa : UAUT-2024-18/3

Conto : 0101020502 - Attrezzature generiche

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA
322133	NUM	1,00	1	1 809,52	0,00	1 809,52	5,00
SONDA ECOGRAFICA SONOSTAR TECH CERBERO 4.0							

CIG: B04892783A - APPROVAZIONE PREVENTIVO
ED AFFIDAMENTO PER LUPGRADE CON
FORMULA REPAIR EXCHANGE DELLA
SONDA ECOGRAFICA SONOSTAR TECH
CERBERO 4.0- IN USO PRESSO LA UOC
HOSPICE E CURE PALLIATIVE DEL P.O. DI

Cdc: C10C04C00 UOC HOSPICE E CURE PALLIATIVE

Q.tà 1,00

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
105	5,00	1 809,52	90,48

TOTALE IMPONIBILE

1 809,52

TOTALE IVA

90,48

TOTALE ORDINE

1 900,00

Luogo consegna

LTCPE - MAGAZZINO TECNOLOGICO PESCARA
VIA R. PAOLINI, 47
PESCARA,65100



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 540

DEL 15/02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER L'UPGRADE CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DELLA SONDA ECOGRAFICA SONOSTAR TECH CERBERO 4.0- IN USO PRESSO LA UOC HOSPICE E CURE PALLIATIVE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA ATL SRL AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B04892783A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER L'UPGRADE CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DELLA SONDA ECOGRAFICA SONOSTAR TECH CERBERO 4.0- IN USO PRESSO LA UOC HOSPICE E CURE PALLIATIVE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA ATL SRL ai sensi dell'art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023 – CIG B04892783A;

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele Direttore UOC Ingegneria Clinica- HTA dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n.1660 del 14 novembre 2023, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che il servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali è di competenza dell'U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA (DDG n°602/2019);

VISTA la richiesta di reparto nr. 2023/02861 del 15/11/2023 da parte della UOC Hospice e Cure Palliative, con la quale si esprime la necessità di riparare la sonda ecografica Sonostar Tech Cerbero 3.0- Inv. Asl 96518 – Cod. E011212;

RITENUTA l'opportunità da parte del DEC Ing. Dario Rinaldi di contattare direttamente la ditta fornitrice ATL s.r.l. la quale ha presentato il preventivo nr. 20231205-07 per la riparazione in formula repair exchange della sonda ecografica modello Cerbero 4.0 al costo di €1.850,00 + iva 22%, scontato ad €1.557,38+iva 22% anziché la sola riparazione della sonda ecografica mod. Cerbero 3.0 al costo di € 1.450,00 come da verbale di riparazione;

RITENUTO economicamente vantaggioso procedere con la riparazione in formula repair exchange, anziché la sola riparazione, la quale prevede la sostituzione della sonda Cerbero mod. 3.0 con il mod. Cerbero 4.0 più performante al costo scontato pari ad € 1.557,38+iva22%;

RICEVUTO il parere favorevole a mezzo mail in data 18/01/2024 da parte della d.ssa D.B.- Direttore della UOC Hospice e Cure Palliative del P.O. di Pescara, a procedere con l'upgrade migliorativo;

VALUTATA la necessità dunque di procedere all'affidamento per l'upgrade con formula Repair Exchange, alla ditta ATL srl, relativo al preventivo nr. 20231122-05 del 05/12/2023, approvato dal Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA Ing. Vincenzo Lo Mele, per l'importo scontato pari ad €1.557,38,00+iva 22%, ai sensi dell'art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che la ditta affidataria provvederà ad emettere quanto previsto dalla L.136/2010 circa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, contemporaneamente all'accettazione dell'affidamento.

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA H.T.A

VISTO il D.lgs. 502/92;

VISTO il D.lgs. n. 165/01;

VISTA la delibera n. 705 del 28.06.2012 avente per oggetto “Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive;

VISTO l’Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;

VISTO L’art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO dell’attività istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, dott. ssa Chiara Di Paolo ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** della necessità di procedere con l’upgrade con formula Repair Exchange della Sonda Ecografica Sonostar Tech Con modello Cerbero 4.0 migliorativo, per l’importo di € 1.850,00 + iva 22%, scontato ad €1.557,38+iva 22%; ;
3. **DI APPROVARE** il preventivo nr. 20231122-05 del 05/12/2023 presentato dalla ditta ATL srl, per un importo scontato pari ad €1.557,38 +iva22% approvato dal Direttore dell’Ingegneria Clinica HTA Ing. Vincenzo Lo Mele;
4. **DI AFFIDARE** l’intervento alla ditta ATL srl - ai sensi dell’art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023 per l’importo scontato di €1.557,38+iva22%;
5. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di €1.900,00 IVA compresa relativa al Servizio in argomento va registrata in contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio 2024 come segue alla voce di conto 01.01.02.05.02 – AUT.18/3;
6. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito www.asl.pe.it link “Amministrazione trasparente” - settore 11 - bandi di gara e contratti- ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;
7. **DI DARE ATTO** che la documentazione completa relativa all’affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita agli atti degli Uffici dell’Ingegneria Clinica – HTA dell’Azienda ASL di Pescara;
8. **DI CONFERIRE** al presente atto la clausola dell’immediata esecutività.

UOC INGEGNERIA CLINICA




L'Istruttore	Il Direttore
Chiara Di Paolo	Vincenzo Lo Mele
	firmato digitalmente

Voce di conto: 01.01.02.05.02 AUT.18/3 Anno : 2024


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 15/02/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

DECLARATION OF CONFORMITY TO COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC CONCERNING MEDICAL DEVICES

	MANUFACTURER:	Beijing Konted Medical Technology Co., Ltd, Room 111, Building 3, No. 27 , Yongwang Road, Daxing Biological Pharmaceutical Industry Base, Daxing District, 102629 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
	MEDICAL DEVICE:	Pocket Ultrasound System C10 (C10TX-ATL, C10HL-ATL, C10RC-ATL)
	CLASSIFICATION - ANNEX IX:	Ila
	CONFORMITY ASSESSMENT ROUTE:	MDD Annex II, without chapter 4
<p>WE, <u>Beijing Konted Medical Technology Co., Ltd.</u>, HEREWITH DECLARE THAT THE STATED MEDICAL DEVICES. MEET THE TRANSPOSITION INTO NATIONAL LAW, THE PROVISIONS OF COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC OF 14 JUNE 1993 CONCERNING MEDICAL DEVICES; INCLUDING, AT 21 MARCH 2010, THE AMENDMENTS BY COUNCIL DIRECTIVE 2007/47/EEC ALL SUPPORTING DOCUMENTATION IS RETAINED AT THE PREMISES OF THE MANUFACTURE.</p>		
<p>STANDARDS APPLIED: (HARMONISED - EN, IEC 60601-1, IEC 60601-1-11, IEC 60601-1-2: 2014/EN 60601-1-2:2015) STANDARDS FOR WHICH DOCUMENTED EVIDENCE OF COMPLIANCE CAN BE PROVIDED.</p>		
	NOTIFIED BODY:	TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH RIDLERSTR 65, D-80339 MÜNCHEN, GERMANY
	IDENTIFICATION NUMBER:	 0123
	BASIC UDI CODE	697387564C10SU
	(EC) CERTIFICATE(S):	<u>NO. G2 003973 0002 Rev.01</u>
		SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE) EIFFESTRAßE 80 20537 HAMBURG GERMANY
	EUROPEAN REPRESENTATIVE:	

START OF CE-MARKING: 2019.04.29
 UNTIL OF CE-MARKING: 2023.08.05

PLACE, DATE OF DECLARATION:	BEIJING, APRIL 29, 2019
SIGNATURE:	 Sam Liu, President



TÜV SÜD
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten
www.zlg.de
ZLG BS-244.10.08



Product Service

EC Certificate

Production Quality Assurance System
Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex V
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G2 003973 0002 Rev. 01

Manufacturer: **Beijing Konted Medical
Technology Co., Ltd**
Room 111, Building 3
No. 27 Yongwang Road
Daxing Biological Pharmaceutical Industry Base
Daxing District
102629 Beijing
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC-Representative: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, GERMANY

Product Category(ies): **Pocket Ultrasound System.**

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex V. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class IIb and III devices an additional Annex III certificate is mandatory. See also notes overleaf.

Report No.: BJ18108021

Valid from: 2019-04-29

Valid until: 2023-08-05

Date, 2019-04-29

Stefan Preiß

Page 1 of 2

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TUV®

TÜV SÜD
ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認證書 ♦ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT



Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten
www.zlg.de
ZLG-BS-244.10.08



Product Service

EC Certificate

Production Quality Assurance System
Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex V
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G2 003973 0002 Rev. 01

Facility(ies):

Beijing Konted Medical Technology Co., Ltd
Room 111, Building 3, No. 27 Yongwang Road, Daxing Biological
Pharmaceutical Industry Base, Daxing District, 102629 Beijing,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



AZIENDA U.S.L. DI PESCARA
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE
Inviare via mail a assistenzamedicali.pescara@ism-sms.it
via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 25.11.2023 **Numero:**

Richiedente: ANTONIO POTENE **Telefono:** 2598

Presidio/Distretto: PESCARA

Reparto: UOC HOSPICE E CURA P.

Inventario N.PE/: F.1222 (Obbligatorio se presente) INV. ENTE 96528

Barrare se applicabile Comodato/Leasing/Service

Apparecchiatura: Sonda ecografica Wi-Fi

Ditta Costruttrice: ATK SONOSTAR TECH

Modello: CEMPERO 3.0 **Matricola/Seriale:** WXPCCBK092

SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE

Apparecchio completamente fermo Apparecchio parzialmente funzionante

Descrizione guasto/inconveniente CRISTALLI DANNEGGIATI

FIRMA RICHIEDENTE: *[Signature]*

NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI N° ODL: 2023/02862

Garanzia: **Ditta:** **Telefono:**

Comodato/Leasing/Service: **Contatto:** **Intervento previsto il:**

Convenz. non di Proprietà: **Preventivo N°** **Data Preventivo:**

Non competenza ATI: **Inoltrato a:** **Data Inoltrato:**

Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI).....

Attività amministrativa - 2023/02861/03

Manutenzione - Correttiva

Data inizio 20/02/2024 16:05

Data fine 20/02/2024 16:06

Guasto riscontrato

Descrizione intervento Nuova sonda medesima marca e modello, s/n UXCCDMK187 arrivata con ddt 28 del 19.02.2024- determina HTA 540 del 15.02.2024/ordine 20-2024-18 del 13.02.2024. Ad essa assegniamo ns codice E014287 ed automaticamente mettiamo in fuori uso questa con codice E011212.

Esito: RI - Proposta di dismissione

Anagrafica apparecchio

Apparecchio E011212	Inventario ente 96518	Matricola WXPCBBK092
Struttura PO Pescara		Padiglione PALAZZINA D
Reparto UOC HOSPICE E CURE PALLIATIVE	Stanza STUDIO MEDICO 1	Piano TERRA
Descrizione SONDA ECOGRAFICA WI-FI/PORTATILE		
Costruttore SONOSTAR TECHNOLOGIES CO	Modello CERBERO	

Tecnico/i

Nome	Ore lavoro	Ore viaggio	Km
Alfonso Balsamo	00:00:59		