


| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------|------|
|  | Titolo documento | Codice | Tipologia Attività | Dettaglio attività | Data | Rev. |
| | Scheda di collaudo | SCH_13_COLLAUDO_01 | Programmata | Profilo per tutte le descrizioni | 01/04/2019 | 7 |

ENTE: ASL PESCARA

SEZIONE 1 - ESTREMI DELLA FORNITURA

DITTA FORNITRICE: SIEMENS HEALTHINEERS

OFFERTA/RDO N°: 2023-16051445 DEL: 16/05/2023 Non disponibile

ORDINE N°: _____ DEL: _____ Non disponibile

DELIBERA/DETERMINA N°: 1972 DEL: 15/06/2023 Non disponibile

DDT N°: 1096 DEL: 25/08/2023 Non disponibile

DDT N°: _____ DEL: _____ Non disponibile

IMPORTO DELLA FORNITURA: 2.260,00 +IVA

TIT. PROPRIETA': Acquisto; Visione; Comodato service; Noleggio; _____

STRUTTURA: PO PESCARA REPARTO: ANATOMIA PATOLOGICA

PADIGLIONE: _____ PIANO: -1 STANZA: PRESILIO ORGANI

CDC: _____ DESCRIZIONE CDC: _____

SEZIONE 2 - ELENCO APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO

| ID | Codice Apparecchio | Descrizione | Costruttore | Modello | S/N | Inventario Ente | Prezzo |
|----|--------------------|-------------------|-------------|---------------|---------|-----------------|--------|
| | E013625 | PERSONAL COMPUTER | DELL | OPTIPLEX 3080 | FJBCRM3 | | |
| | E013626 | MONITOR | DELL | P2319H | JS9LFM3 | | |
| | E013728 | PERSONAL COMPUTER | DELL | OPTIPLEX 3000 | F1W15W3 | | |
| | E013A29 | MONITOR | DELL | P2422H | G6JFDQ3 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

SEZIONE 3 - CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Verifica integrità dell'imballaggio, se KO indicare quali ID: _____

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e ordinato (allegata Check list riscontro) [OK] [KO] [NA] [NV]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e indicato su DDT (allegato DDT riscontro) [OK] [KO] [NA]

Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio; se KO indicare quali ID: _____ [OK] [KO]


Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data 25/08/2023 [OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*]

Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08 [OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*]

* Il personale dell'azienda sanitaria riferisce che tale documentazione è già in loro possesso

Note

DA RISPETTARE SISTEMI OBSOLETI E005633 e E005635

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------|------|
|  | Titolo documento | Codice | Tipologia Attività | Dettaglio attività | Data | Rev. |
| | Scheda di collaudo | SCH_13_COLLAUDO_01 | Programmata | Profilo per tutte le descrizioni | 01/04/2019 | 7 |

SEZIONE 6 – ESITO COLLAUDO DI ACCETTAZIONE

ESITO CONTROLLO VISIVO

POSITIVO NEGATIVO _____

Commissione

Data: 25-08-2023

Nome Cognome: ANNA RITA DI CARLO

Nome Cognome: _____

Nome Cognome: _____

Note: _____

Firma: 

Firma: _____

Firma: _____

Rappresentante del Fornitore

Nome Cognome: GIOVANNI SARVICOLA

Data: 25/08/2023

Firma: 

Durata della garanzia (mesi): 12

Data inizio garanzia: 25/08/2023

Data fine garanzia: 24/08/2024

Attività e materiali compresi durante il periodo di garanzia: Vizi occulti; Manutenzione Preventiva; Manutenzione su guasto

Contratto full risk

Kit Manutenzione

Materiale di consumo

Note: _____

;[NA]

ESITO VERIFICHE TECNICHE – VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA

POSITIVO NEGATIVO _____

Tecnico HC – Nome Cognome: ING. G. SARVICOLA Data: 25/08/2023

Firma: 

ESITO VERIFICHE TECNICHE – ALTRE VERIFICHE TECNICHE

POSITIVO NEGATIVO _____

Esperto Qualificato (EQ) – Nome Cognome: _____

Data: _____

Firma: _____

[NA]

Esperto responsabile (ER) – Nome Cognome: _____

Data: _____

Firma: _____

[NA]

Addetto sicurezza laser (ASL) – Nome Cognome: _____

Data: _____

Firma: _____

[NA]

Eseguite Verifiche e Valutazioni Tecniche: _____

Note: _____

[OK] [KO] [] si allega

ESITO VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE

POSITIVO NEGATIVO _____

FORMAZIONE ALL'USO

Si dichiara di aver ricevuto il manuale d'uso e che il personale utilizzatore:

E' stato formato all'uso corretto e sicuro del/dei dispositivi oggetto del presente collaudo

La formazione è stata programata, in accordo fra fornitore e unità operativa, in data: _____

Nella UO esistono apparecchi analoghi e quindi non necessita formazione specifica sull'apparecchio oggetto del collaudo

VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE ANNA RITA DI CARLO

A.S.L. DI PESCARA

L'UO dichiara che le prestazioni dell'apparecchio rispondono alla specifiche di utilizzo richieste.

Presidio Ospedale Civile dello Spirito Santo

Responsabile UO – Nome Cognome: ANNA RITA DI CARLO Data: 25-08-2023

Timbro e Firma: 

NB: l'apparecchiatura è da considerarsi sicura soltanto se utilizzata secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nel manuale d'uso.

ESITO GENERALE PROCEDURA DI COLLAUDO DI ACCETTAZIONE*

POSITIVO NEGATIVO _____

Responsabile IC – Nome Cognome: ANTONIO VERVA

Data: 29/08/2023

Timbro e Firma: 

*L'esito assegnato è stato elaborato sulla base dei soli controlli o/o verifiche che è stato possibile effettuare

CEDEnte: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

A.T.I.
 SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
 C/o A.U.S.L. PESCARA
 Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
 Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 1096 del 25/08/2023

a mezzo: cedente cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDEN

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Po Pescara

C/O ANATOMIA PATOLOGICA

Piano - 1

CAUSALE DEL TRASPORTO

FORNITURA

VS. ORDINE N. DEL in conto a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) | IMPORTO (1) |
|------------------------------------|--|-------------|
| 02 | PERSONAL COMPUTER, DELL OPTIPLEX 3080, S/N F3BCR73, NS COD. E013625 | |
| 02 | PERSONAL COMPUTER, DELL OPTIPLEX 3010, S/N F1W15W3, NS COD. E013728 | |
| 01 | MONITOR DELL P2319H, S/N JS9LFH3, NS COD. E013626 | |
| 01 | MONITOR DELL P2422H, S/N CN-PPNKKI-QDCPP-25V-8ESL-A04, NS COD. E013729 | |
| → DETENTORE M° 1972 DEL 15/06/2023 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA | N. COLLI 4 | PESO KG. 4 | PORTO F | TOTALE € |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------|

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario

ORA E DATA DEL RITIRO

11/3/025108/23

FIRMA DEL CONDUCENTE
A.S.L. DI PESCARA
 Presidio Ospedale Civile dello Spirito Santo

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD2 (g)

(1) Solo nel caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1972

DEL 15/06/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MAGGIO 2023 - AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG

ZCF3B88377

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MAGGIO 2023 - AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016-CIG ZCF3B88377;

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele Direttore UOC Ingegneria Clinica- HTA dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazioni del Direttore Generale n. 850 del 02.08.2018 e n. 858 del 06.08.2018, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che il servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali è di competenza dell'U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA;

DATO ATTO che tale Servizio in uso nelle Strutture Sanitarie e nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda USL di Pescara è affidato al RTI Siemens Healthcare / Marifarma Fm / H.C. Hospital Consulting - Contratto Rep. n. 566 del 20/06/2019;

VISTO che al par. 3.3 del Capitolato Tecnico è previsto che “qualora vengano riscontrati danni alle apparecchiature per furti, incendi, atti vandalici o accidentali non dipendenti dalle attività di manutenzione della Ditta aggiudicataria o per uso improprio, la ditta stessa dovrà segnalarli tempestivamente al Referente Tecnico dell'Azienda Sanitaria contraente e in questo caso l'onere relativo alla riparazione sarà a carico di quest'ultima”;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire alle diverse richieste di intervento rientranti nelle fattispecie di cui al par. 3.3 e dunque non ricomprese nel canone del contratto, il Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica-HTA Ing. Vincenzo Lo Mele, vista l'istruttoria attestata dal D.E.C. ha autorizzato le attività straordinarie di riparazione alla RTI Siemens Healthcare / Marifarma Fm / H.C. Hospital Consulting;

RITENUTO di non procedere all'affidamento dell'attività di cui al punto n. 6 in quanto si provvederà con affidamento separato, e n.n. 11 e 13 dell'allegato consuntivo, convenendo economicamente vantaggioso procedere con la dismissione delle relative apparecchiature elettromedicali;

VISTO il consuntivo del 09/06/2023 presentato dal Responsabile di Commessa del Contratto di cui sopra, Ing. Giovanni Sarnicola, per gli interventi eseguiti nel mese di maggio 2023 e approvato dal Direttore dell'Ingegneria Clinica HTA Ing. Vincenzo Lo Mele per un importo di €45.560,00 +IVA22%, con un primo sconto per un importo pari ad € 31.060,00 e successivamente con un secondo sconto pari ad €30.000,00+IVA22%;

CONSIDERATO che le attività n.n. 1, 3 e 9 dell'elenco consuntivo, riguardano le riparazioni di strumenti elettromedicali con formula repair exchange per un importo di € 11.800,00+ IVA22%, l'attività di cui ai punti n. 4, 5, 8, 12 e 14 trattasi di nuove forniture per un importo di € 8.060,00+IVA 22% ed infine le attività n.n. 2, 7, e 10 riguardano le riparazioni di strumenti elettromedicali per un importo pari ad € 10.140,00+ IVA 22%;

PRESO ATTO che la RTI affidataria provvederà ad emettere quanto previsto dalla L.136/2010 circa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, contemporaneamente all'accettazione dell'affidamento trasmesso;

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA H.T.A

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 705 del 28.06.2012 avente per oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive;

VISTO l'Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;

VISTO il Regolamento interno per l'esecuzione dei lavori in economia approvato con Delibera n. 1366 del 22.12.2010;

VISTO il Contratto Rep. n. 566 del 20/06/2019 (RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING);

VISTO il D.L. n. 76/2020;

PRESO ATTO dell'attività istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, dott. ssa Chiara Di Paolo, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della necessità di eseguire la manutenzione straordinaria sulle apparecchiature elettromedicali della ASL di Pescara relativa al mese di maggio 2023;
- 3) **DI AFFIDARE** le attività di cui all'oggetto, al RTI Siemens Healthcare / Marifarma Fm / H.C. Hospital Consulting - ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020;
- 4) **DI APPROVARE** il consuntivo del 09/05/2023 presentato dal RTI Siemens Healthcare / Marifarma Fm / H.C. Hospital Consulting per gli interventi richiesti per il mese di maggio 2023 per un importo scontato di € 30.000,00 +IVA22%;
- 5) **DI CONSIDERARE** che la somma di €10.140,00+ IVA22% riguarda le attività di riparazione degli strumenti elettromedicali, l'importo di €11.800,00+ IVA22% trattasi di repair exchange ed infine la somma di € 8.060,00+ IVA22% riconducibile alle nuove forniture;
- 6) **DI DARE ATTO** che l'importo di €12.370,80 IVA inclusa per le attività di riparazione degli strumenti elettromedicali è imputabile alla voce di conto 07.03.03.01.01.01, l'importo di €14.396,00 IVA inclusa per l'attività di Repair Exchange ed infine l'importo di € 9.833,20IVA inclusa per le nuove forniture sono imputabili alla voce di conto 01.01.02.05.02 relativa al servizio in argomento, va registrata in contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio 2023;

- 7) **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito www.asl.pe.it link "Amministrazione trasparente" - settore 11 - bandi di gara e contratti- ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) **DI DARE ATTO** che la documentazione completa relativa all'affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita agli atti degli Uffici dell'Ingegneria Clinica – HTA dell'Azienda ASL di Pescara;
- 9) **DI CONFERIRE** al presente atto la clausola dell'immediata esecutività.

UOC INGEGNERIA CLINICA

| | |
|---------------------------------|--|
| L'Istruttore Chiara Di Paolo | Il Direttore Vincenzo Lo Mele firmato digitalmente |
|---------------------------------|--|

Voce di conto: 07.03.03.01.01.01 01.01.02.05.02 Anno : 2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 15/06/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Vs. riferimento
Ns. riferimento Vs Mail 02/05/2023
Ns. sigle 2023-16051445
Data 16/05/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: 2023-16051015 Preventivo per fornitura di n. 2 PC Medicali completi di Monitor, a sostituzione dei due presenti ed obsoleti, inv. E005633 e inv. E005635 per la stampante per vetrini Leica, inv. E010582, in service, c/o presso UOC Anatomia Patologica del PO di Pescara, a seguito della vostra richiesta a mezzo mail del 02/05/2023.

U

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della necessità riscontrata c/o il reparto di Anatomia Patologica del PO di Pescara circa la fornitura di n. 2 pc medicali in sostituzione di quelli presenti, forniti dalla ditta Leica col vecchio contratto di service, ormai obsoleti di cui uno non più funzionante, siamo a sottoporVi la nostra migliore offerta, per 2 PC di ultima generazione, con installato SO Windows 11 pro, completo di Monitor LCD 23".

| Quantità | Descrizione | Prezzo Unitario | Prezzo a voi riservato |
|------------|--|-----------------|------------------------|
| 2 | PC DELL Optiplex 3000 Small Form Factor e Sistema Operativo Windows 11 pro | 900,00 € | 1.800,00 € |
| 2 | Monitor DELL P2422H 23,8" | 230,00 € | 460,00 € |
| PREZZO TOT | | 2.260 € + IVA | |

Distinti saluti
La Direzione Tecnica
A.T.I.
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
C/O A.U.S.L. PESCARA
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1

SIEMENS
Healthineers

**Hospital Consulting**
SANITA' E AMBIENTE

MARIFARMA FM
Health Facility Management

Sarnicola, Giovanni (ext)

Da: Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>
Inviato: martedì 23 maggio 2023 13:40
A: Sarnicola, Giovanni (ext); Di Luzio, Gianni; Mariassunta Rastelli; Chiara Di Paolo
Cc: Dario Rinaldi; Claudia Di Lanzo
Oggetto: R: PC Anatomia Patologica

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

Si autorizza in attesa di riepilogo consuntivo mese di maggio.



D'ordine
La Segreteria
Dott.ssa Arianna Iacone
U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA
Tel. 3109

Da: Sarnicola, Giovanni <giovanni.sarnicola.ext@siemens-healthineers.com>
Inviato: martedì 16 maggio 2023 14:53
A: Dario Rinaldi <dario.rinaldi@asl.pe.it>
Cc: Di Luzio, Gianni <gianni.diluzio@siemens-healthineers.com>; Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>
Oggetto: R: PC Anatomia Patologica

Buon pomeriggio Ing,

in allegato preventivo 2023-16051015 per fornitura di n. 2 PC Medicali completi di Monitor.

Restiamo a disposizione

Saluti

Ing. Giovanni Sarnicola
Siemens Healthcare S.r.l.
Servizio Gestione Manutenzione Apparecchiature Medicali
c/o AUSL Pescara – Ospedale Santo Spirito
Via Paolini 45, 65124 Pescara
Tel: 085-4219875
Interno: 2963
Fax: 085-4252964
Mobile: +39 3476251649
<mailto:giovanni.sarnicola.ext@siemens-healthineers.com>



Da: Sarnicola, Giovanni (ext)
Inviato: martedì 16 maggio 2023 10:56
A: Dario Rinaldi <dario.rinaldi@asl.pe.it>
Cc: Di Luzio, Gianni <gianni.diluzio@siemens-healthineers.com>
Oggetto: R: PC Anatomia Patologica

Buongiorno Ing,

ne occorrono 2 in realtà in quanto uno non più funzionante e l'altro analogo obsoleto, inventari E005633 e E005635.

A breve invieremo offerta per entrambi i pc.

Saluti

Ing. Giovanni Sarnicola
Siemens Healthcare S.r.l.
Servizio Gestione Manutenzione Apparecchiature Medicali
c/o AUSL Pescara – Ospedale Santo Spirito
Via Paolini 45, 65124 Pescara
Tel: 085-4219875
Interno: 2963
Fax: 085-4252964
Mobile: +39 3476251649
<mailto:giovanni.sarnicola.ext@siemens-healthineers.com>



Da: Dario Rinaldi <dario.rinaldi@asl.pe.it>
Inviato: lunedì 15 maggio 2023 09:40
A: Di Luzio, Gianni <gianni.diluzio@siemens-healthineers.com>
Cc: Sarnicola, Giovanni (ext) <giovanni.sarnicola.ext@siemens-healthineers.com>
Oggetto: R: PC Anatomia Patologica

Serve un nuovo PC?
Nella delibera di affidamento (riportata nel verbale di collaudo) si parla di

**Fornitura in
service di n° 3
stazioni di
lavoro + n° 2
stampigliatrici
per
biocassette,**

ING. DARIO RINALDI
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
UOC INGEGNERIA CLINICA HTA
VIA R. PAOLINI, 47 - PESCARA
TEL 085.4253113

La presente e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente: il testo e gli eventuali documenti allegati contengono informazioni riservate esclusivamente ai destinatari. L'accesso e l'uso delle presenti informazioni da parte di qualsiasi soggetto non autorizzato sono vietati. Qualora abbia ricevuto la presente e-mail per errore è cortesemente pregato di provvedere alla sua immediata distruzione.

Da: Di Luzio, Gianni [<mailto:gianni.diluzio@siemens-healthineers.com>]

Inviato: martedì 2 maggio 2023 13:04

A: Vincenzo Lo Mele

Cc: Dario Rinaldi; Sarnicola, Giovanni; Claudia Di Lanzo

Oggetto: I: PC Anatomia Patologica

Buongiorno Ing. Lo Mele,
i PC citati dalla capo sala dell'anatomia patologica, sono i computer cod. E005633 e E005635 che furono lasciati dalla LEICA, in quanto oggetto vecchio contratto di Service, ma riutilizzati sempre dalla LEICA in occasione del collaudo del nuovo sistema in service Cod. E010583.

In pratica, senza questi computer la fornitura Leica in Service Aggiudicazione Lotto 3 Delibera 366 del 26/03/2020, non può essere utilizzata.

Non avendo i dettagli dell'offerta aggiudicata in gara, non abbiamo gli elementi per comprendere se la fornitura delle due postazioni sarebbe dovuta avvenire in occasione del collaudo, invece di usare le vecchie postazioni.

Cordiali saluti,

Sig. Gianni Di Luzio

Siemens Healthcare S.r.l.

Customer Service – Site Manager

Servizio Gestione Manutenzione Apparecchiature Medicali

c/o AUSL Pescara – Ospedale Santo Spirito

Via Paolini 45, 65124 Pescara

Tel: 085-4219875

Interno: 2963

Fax: 085-4252964

Mobile: +39 3356416218

<mailto:gianni.diluzio@siemens-healthineers.com>

SIEMENS
Healthineers 

Da: Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

Inviato: martedì 2 maggio 2023 12:02

A: Di Luzio, Gianni <gianni.diluzio@siemens-healthineers.com>; Sarnicola, Giovanni (ext) <giovanni.sarnicola.ext@siemens-healthineers.com>; Dario Rinaldi <dario.rinaldi@asl.pe.it>

Cc: Claudia Di Lanzo <claudia.dilanzo@asl.pe.it>

Oggetto: I: PC Anatomia Patologica

Prego riscontrarmi.



D'ordine

La Segreteria

Dott.ssa Arianna Iacone

U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA

Tel. 3109

Da: Maria Grazia Argentieri <mariagrazia.argentieri@asl.pe.it>

Inviato: venerdì 28 aprile 2023 11:02

A: Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

Cc: Claudia Di Lanzo <claudia.dilanzo@asl.pe.it>

Oggetto: PC Anatomia Patologica

Gentilissimi,

nella sala di riduzione della UOC dell'Anatomia Patologica, sono presenti n. 2 PC entrambi intensamente utilizzati negli orari di lavoro.

Uno di essi non è più utilizzabile creando notevole difficoltà ed allungamento dei tempi lavorativi.

Si allegano precedenti mail da cui si evince la non possibilità della Ditta Leica di intervento e la comunicazione della UOC dei sistemi informativi.

Pertanto, chiedo con cortese sollecitudine un suo intervento affinché l'attività della UOC di Anatomia Patologica non subisca rallentamenti, a scapito dell'utenza.

Cordiali saluti.

Dr.ssa Maria Grazia Argentieri