



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI

TEL 085/4253018 - FAX 085/4253024

Via Paolini, 45 - 65100 PESCARA

Codice Fiscale-Partita IVA n. 01397530682

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO n° 01-22 DEL 07/04/2022

SCADENZA: Venerdì 22 APRILE 2022

La Asl Pescara intende procedere all'acquisizione del seguente Sistema occorrente alla UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. di Pescara:

**SISTEMA DI TRACCIABILITA' INFORMATICO DELLE FASI DI
RIPROCESSAMENTO ED UTILIZZO DEGLI ENDOSCOPI FLESSIBILI IN
ENDOSCOPIA DIGESTIVA CON INTEGRATO IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE
SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE DEGLI ENDOSCOPI MEZZO MISURAZIONE
ATP (TAMPONI E BIOLUMINOMETRO) CON ARCHIVIAZIONE DEI RISULTATI
COME FASE PROCEDURALE DEL SISTEMA**

Avente le seguenti caratteristiche funzionali:

- Possibilità di interconnessione con software delle lavaendoscopi, delle colonne endoscopiche di qualsiasi marca dotate di sistema di trasferimento dati;
- Identificazione dell'operatore con codice a barre (gestione dei ruoli e delle relative fasi gestibili dallo specifico operatore) e visualizzazione dei contenuti sullo schermo;
- Registrazione delle informazioni in un database;
- Collegamento diretto fra procedure di lavoro, endoscopia, paziente e relativa Cartella Clinica, tramite lettura di codici a barre;
- Stampa di etichette con le informazioni sul reprocessing da attaccare alla cartella del paziente;
- Impossibilità di errore in fase di inserimento dei dati (il codice a barre evita l'errore umano);
- Fasi operative predefinite (il sistema è bloccante, non è possibile variare i percorsi) con segnalazione in tempo reale della presenza di anomalie nel processo e impossibilità di errori;
- Il sistema deve essere di estrema semplicità d'uso, l'operatività è limitata alla digitazione su touch screen o alla semplice lettura di codici a barre (non devono essere richieste conoscenze informatiche);
- Ricerca dei cicli di reprocessing mezzo lettura codice a barre o codice alfanumerico (che possono essere selezionati per data, endoscopia, apparecchiatura, operatore);
- Al termine dell'attività del lavaggio manuale e scovolinatura deve essere possibile verificare il grado di pulizia fino a quel momento ottenuto mezzo:
 - a) apposite unità di prelievo dedicate sia per verifica canali operativi che guaine esterni degli strumenti;
 - b) lettura da parte dell'unità di controllo dedicata ed archiviazione dati nel sistema di tracciabilità mezzo proprio canale informatico.
- Rilascio dell'attestato di avvenuto riprocessamento di ogni singolo endoscopia secondo UNI riportante gli esiti di tutte le fasi operative.
- Certificazione del produttore di conformità del sistema alle direttive UNI/TR 11662 completo di sistema di controllo superfici.

Al fine di poter allineare le procedure a quelle che sono le direttive della UNI/TR 11662:2016 (UNI sul riprocessamento degli endoscopi termolabile), l'acquisizione del Sistema si intende in formula service full-risk comprendente:

- sistema hardware, software, stampanti di esercizio, materiale di consumo dedicato (etichette di processo, ribbon stampanti) bioluminometro dedicato e materiale di consumo ad esso legato (unità di prelievo dedicate, etichette di processo, etichette permanenti).
- assistenza tecnica 24h da remoto, intervento tecnico in loco entro 2 giorni lavorativi, apparati muletto in caso di guasto, formazione al personale utilizzatore



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI

TEL 085/4253018 - FAX 085/4253024

Via Paolini, 45 - 65100 PESCARA

Codice Fiscale-Partita IVA n. 01397530682

Gli operatori economici interessati che ritengono di poter offrire il suddetto Sistema, **incluso di materiale di consumo**, possono inoltrare la propria manifestazione di interesse al seguente indirizzo pec:

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI.ASLPE@PEC.IT
e, p.c.: **vilma.rosa@asl.pe.it** e **antonio.verna@asl.pe.it**

indicando nell'oggetto della mail, **obbligatoriamente**, il seguente testo:

**“CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO N° 01-22
SISTEMA DI TRACCIABILITA' ENDOSCOPICO”**

entro e non oltre il 22 APRILE 2022 allegando, in un unico file PDF, la documentazione di seguito evidenziata che dovrà essere sottoscritta dalla persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente la Società, autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- *Domanda di partecipazione redatta in carta libera;*
- *Schede Tecniche ed eventuali deplianti illustrativi;*
- *Relazione Tecnica dettagliata del Sistema richiesto riportando le caratteristiche tecnico-funzionali;*
- *Eventuale dichiarazione attestante l'equivalenza tecnico-costruttiva-funzionale;*
- *Dichiarazione e/o certificazione CE*
- *Eventuale ulteriore dichiarazione/certificazione normativa vigente*

-Ove trattasi di Impresa Distributrice:

- *Dichiarazione della ditta produttrice e/o importatrice attestante l'autorizzazione alla commercializzazione del prodotto in argomento;*

-Ove trattasi di Impresa Importatrice:

- *Dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice attestante la titolarità dell'azienda all'importazione in Italia del prodotto in argomento;*

La presente indagine di mercato non necessariamente costituirà oggetto di apposita procedura di gara.

La presente consultazione è svolta ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo le Linee Guida n. 14 ANAC.


Dr. ssa Wilma Rosa



Per eventuali informazioni:

Antonio Verna

Tel. 085.4253022

antonio.verna@asl.pe.it