

## CRITERI DI VALUTAZIONE LETTI DEGENZA OSPEDALIERI (LOTTI DA 1 A 4)

Caratteristica Generale	Caratteristica particolare	pt	Criteri motivazionali	
<b>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA STRUTTURA DEL LETTO E DEL PIANO RETE, ESTETICA E FUNZIONALITA'</b>	Tipologia di struttura del letto, materiale di costruzione del telaio e del Piano Rete	8	Struttura del letto, Materiale solido, affidabile, anticorrosivo, lavabile, disinfettabile e ferma materasso regolabile su entrambi i lati - Tipologia Piano Rete	Tot. Pt. 18
	Possibilità di rimuovere le sezioni del letto	2	Rimozione che consenta la migliore sanificazione	
	Superficie lisce prive di giunzioni	2	SI NO	
	Posizionamento impianto elettrico dotato di batteria	2	Posizione dell'impianto per non ostacolare le attività sanitarie	
	design ed estetica complessiva	4	Innovatività delle linee, gradevolezza dell'estetica , fantasia di colori a disposizione	
<b>MISURE DEL LETTO</b>	Allungamento Piano Rete (fino ad un max di 30 cm).	2	Valutazione con modalità proporzionali , fino ad un max di 30 cm.	Tot. Pt. 2
<b>SPONDE LETTO</b>	Modalità di blocco e sblocco delle semisponde	2	Facilità e rapidità di blocco e sblocco	Tot. Pt. 6
	Ergonomicità delle sponde	3	Ergonomicità e sicurezza (altezza sponde/semisponde per contenimento)	
	Estraibilità delle sponde	1	Possibilità di estrarre le sponde per maggiore pulizia	
<b>TESTIERA E PEDIERA</b>	Ergonomicità e rimozione sia della Testiera che della Pediera	3	Ergonomicità e facilità di rimozione - antitrauma	Tot. Pt. 3
<b>MOVIMENTI SEZIONI LETTO</b>	Movimentazioni delle articolazioni testa/spalle, gambe, ginocchia, schienale/femorale, posizione poltrona e altri eventuali sezioni/movimentazioni/inclinazioni	6	Tipologie e modalità di azionamento delle varie sezioni/movimenti/inclinazioni del letto	Tot. Pt. 10
	Trendelemburg e anti-trendelemburg	2	Gradi di inclinazione	
	Altezza variabile elettrica	2	Max 1pt.: altezza minima da terra Max 1pt.: altezza massima da terra	
<b>SISTEMA RCP</b>	Sistema di emergenza	2	Facilità di accessibilità e di utilizzo - Tipologia di comando di azionamento	Tot. Pt. 2

<b>PULSANTIERE/COMANDI LETTO</b>	Tipologie Pulsantiera/Comandi (o Sistema equivalente)	4	Funzionalità, praticità, movimentazioni disponibili, interfaccia utente	Tot. Pt. 4
<b>RUOTE E SISTEMA DI FRENATA</b>	Tipologie di ruote	2	Dimensioni ruote e tipologie di movimento	Tot. Pt. 7
	5° ruota	2	Eventuale dotazione di 5° ruota centrale	
	Sistema di frenata	3	Posizione dei comandi o centralizzato – facile accesso	
<b>CARICO DEL LETTO</b>	Carico massimo dinamico in sicurezza SWL	2	Valore di carico (oltre 220 kg)	Tot. Pt. 4
	Facilità di spostamento con superamento forza inerziale di spinta e traino	2	Risposta allo spostamento	
<b>SISTEMI DI SICUREZZA E COMFORT PAZIENTE/OPERATORE</b>	Allarmi disponibili	3	Tipologie di Allarmi: visivo e/o sonoro – durata - reset	Tot. Pt. 14
	Batteria integrata ricaricabile	2	Tipologia di batterie ricaricabili e autonomia in caso di mancata alimentazione elettrica	
	Luce di cortesia	2	Tipologia di luce di cortesia – ubicazione – modalità di attivazione	
	Protezione di Pulsantiera – Motori ed eventuali altri sistemi	2	Grado di protezione degli involucri dei dispositivi elettrici ed elettronici contro la penetrazione di agenti esterni di natura solida e/o liquida	
	Indicatori gradi inclinazione delle sezioni del letto	2	Presenza di indicatori con facilità di lettura	
	Ripristino posizione orizzontale da qualsiasi posizione	2	Presenza unico comando e modalità di discesa	
	Spigoli e zone sporgenti arrotondati e completi di paracolpi	1	SI NO	
<b>ACCESSORI IN DOTAZIONE</b>	Accessori richiesti	5	Caratteristiche, numerosità, praticità alloggiamento, degli accessori in dotazione	Tot. Pt. 5
<b>GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA</b>	Durata garanzia full risk e fornitura di letto muletto	5	Sarà valutato l'allungamento del periodo di garanzia, con periodi minimi di mesi sei (1 punto ogni sei mesi , fino ad un massimo di punti 3); presenza di muletto: max punti 2	Tot. Pt. 5
	<b>Totale</b>	<b>80</b>		<b>80</b>

### CRITERI DI VALUTAZIONE ARREDI ( LOTTO 5)

Caratteristica Generale	Caratteristica particolare	pt	Criteri motivazionali	
<b>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE</b>	Materiale di costruzione e struttura	30	Struttura dell'arredo, materiale solido, affidabile, anticorrosivo, lavabile, disinfettabile e tipologie di movimentazione e utilizzo	Tot. Pt. 50
	Sistemi di movimentazione e di utilizzo	20		
<b>SISTEMI E DOTAZIONI DI SICUREZZA</b>	Spigoli e zone sporgenti arrotondati e/o completi di paracolpi	15	DESCRIZIONE E VISIONE	Tot. Pt. 15
<b>CARATTERISTICHE ESTETICHE</b>	design ed estetica complessiva	12		Tot. Pt. 12
<b>GARANZIA FULL-RISK</b>	Durata garanzia full risk	3	Sarà valutato l'allungamento del periodo di garanzia, con periodi minimi di mesi sei (1 punto ogni sei mesi , fino ad un massimo di punti 3);	Tot. Pt. 3
	<b>Totale</b>	<b>80</b>		<b>80</b>