



SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.
Via Galileo Galilei, 33 - 63822 Porto San Giorgio (FM)
Tel. 0734 673043 - Fax. 0734 672604
Codice fiscale e Partita Iva 02025770443- REA: FM 191721
www.scfornitureospedaliere.it - info@scfornitureospedaliere.it



DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14/8/96)

Vs. riferimento

Spett.le

ASL 3 PESCARA
VIA PAOLINI, 45
65124 PESCARA (PE) Italia

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Riferimento Telefonici	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
97	IT01397530682	IT01397530682		0087/2023	13/02/2023	1 Di 1

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	S/P
PVM-4763SETA	MONITOR MULTIPARAMETRICO VISMO PVM-4763 SERIE PVM-4700 DOTATO DI 2 MULTI CONNETTORI SMART, SCHEDE DI RETE, SW INIBP, SW S.I. RIF.CLIENTE:2022/02987 - ODL 22/1965 Lotto S/N: 3837	Pz	1,00	S

N. Colli	Peso	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto	Ora del trasporto
1		C/Riparazione	CARTONI	13/02/2023	
Trasporto a cura di MITTENTE		Incaricato del trasporto		Porto PORTO FRANCO	
Destinazione della merce					
ASL 3 PESCARA OSPEDALE SANTO SPIRITO VIA FONTE ROMANA, 8 65124 Pescara (PE) Italia					

FIRMA del conducente/vettore _____

FIRMA del destinatario _____

ROD di rif. 2022/02987

A.T.I.
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
C/O A.S.L. PESCARA
Via Paolini, 45 - 65124 PESCARA
Tel. 085.4252964 - Fax: 085.4252964



RAPPORTO TECNICO

Ordine di Lavoro
22/1965

Del
19/12/2022

Nr. RT/10769

CLIENTE ASL 3 PESCARA	STRUMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO VISMO PVM-4763 SERIE PVM-4700 DOTATO DI
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara, VIA FONTE ROMANA, 8	MATRICOLA 3837
REPARTO PRONTO SOCCORSO	INVENTARIO E012585
RIFERIMENTO CLIENTE 2022/02987	DATA RIFERIMENTO CLIENTE 19/12/2022

TECNICO ASSEGNATARIO
Vincenzo Di Giammarino

TIPO INTERVENTO

FUORI GARANZIA GARANZIA CONTRATTO FULL RISK TOTALE CONTRATTO CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI MANUTENZIONE PREVENTIVA MANUTENZIONE CORRETTIVA INSTALLAZIONE E COLLAUDO CORSI LAVORAZIONI INTERNE CONTRATTO SERVIZI

GUASTO DENUNCIATO

VETRO DEL MONITOR/SCHERMO SPACCATO+NECESSITA' DI SOSTITUIRE BRACCIALE PRESSIONE ADULTI AD 1 TUBO+CAVO PROLUNGA SPO2 E RELATIVO SENSORE A DITO-SCADENZA GARANZIA MONITOR: 19.04.2024 - VERIFICARE SE IL GUASTO RIENTRA

GUASTO RISCOSTRATO

RICERCA GUASTO

LAVORO ESEGUITO

IN DATA 21/01/2023 SI È PROVVEDUTO ALLA RICERCA GUASTO, RICERCA CODICI RICAMBI E FORMULATO PREVENTIVO DI RIPARAZIONE, IL GUASTO NON RIENTRA IN GARANZIA IN QUANTO IL DANNO È ACCIDENTALE.

VERIFICA FUNZIONALE

--	--	--

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà	ORE LAVORO IN LABORATORIO	ORE LAVORO DAL CLIENTE	ORE VIAGGIO	CAT
				1,5			

TECNICO VINCENTO DI GIAMMARINO	DATA 21/01/2023	CLIENTE A.I.I.
FIRMA 	FIRMA E TIMBRE 	STAMP SIEMENS - I.C. HOSPITAL CONSULTING - MARIFARMA FM C/o A.S.L. PESCARA Via Gaolini, 47 - 65124 PESCARA Tel. 085 4252933 - Fax 085 4252964



RAPPORTO TECNICO

Ordine di Lavoro
22/1965

Del
19/12/2022

Nr. RT/11212

CLIENTE ASL 3 PESCARA	STRUMENTO MONITOR MULTIPARAMETRICO VISMO PVM-4763 SERIE PVM-4700 DOTATO DI
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara, VIA FONTE ROMANA, 8	MATRICOLA 3837
REPARTO PRONTO SOCCORSO	INVENTARIO E012585
RIFERIMENTO CLIENTE 2022/02987	DATA RIFERIMENTO CLIENTE 19/12/2022

TECNICO ASSEGNATARIO
Vincenzo Di Giammarino

TIPO INTERVENTO

FUORI GARANZIA GARANZIA CONTRATTO FULL RISK TOTALE CONTRATTO CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI MANUTENZIONE PREVENTIVA MANUTENZIONE CORRETTIVA INSTALLAZIONE E COLLAUDO CORSI LAVORAZIONI INTERNE CONTRATTO SERVIZI

GUASTO DENUNCIATO

VETRO DEL MONITOR/SCHERMO SPACCATO+NECESSITA' DI SOSTITUIRE BRACCIALE PRESSIONE ADULTI AD 1 TUBO+CAVO PROLUNGA SPO2 E RELATIVO SENSORE A DITO-SCADENZA GARANZIA MONITOR: 19.04.2024 - VERIFICARE SE IL GUASTO RIENTRA

GUASTO RICONTRATO

RICERCA GUASTO

LAVORO ESEGUITO

IN DATA 13/02/2023 SI È PROCEDUTO ALLA RIPARAZIONE DEL MONITOR CON LE PARTI PREVENTIVE ~~DEI~~ 22/1965 DEL 19/12/2022 CON ESITO POSITIVO.

VERIFICA FUNZIONALE

OTG. PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO CON ESITO POSITIVO.

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà	ORE LAVORO IN LABORATORIO	ORE LAVORO DAL CLIENTE	ORE VIAGGIO	CAT
RPA-614190216	FRONT ENCLOSURE P/R	0001560076	1	3		/	/
S9510	BRACCIALE HI/3P	4005490001	1				
P225F	SENSORE SPO2	701907	1				
K931	CAVO COMMISSIONE COMPLETO	81026948	1				

TECNICO VINCENTO DG FIRMA	DATA 13/02/2023	CLIENTE A.T.I. SIEMENS H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA F.I. C/O A.U.S.L. PESCARA Via Polini 47 - 66124 PESCARA Tel. 085 4252933 - Fax: 085 4252964
--	---------------------------	---