

LOTTO 1 – n° 2 POLTRONE CHIRURGICHE OFTALMOLOGICHE

Caratteristiche di minima

1. Poltrona operatoria per oftalmologia a movimentazione elettrica
2. Supporto testa specifico per oftalmologia con sistema di regolazione
3. Sistemi per la movimentazione del lettino/poltrona con ausilio di motori
4. Pianale paziente a 4 sezioni
6. Rivestimento antibatterico disinfettabile
7. Avanzato sistema di controllo elettrico per la regolazione dell'altezza, dell'inclinazione dello schienale, dell'inclinazione della sezione ginocchio/gambe e del trendelemburg
8. Pulsantiera di comando multifunzione
9. Pedaliera di comando multifunzione
10. Inclinazione dello schienale con blocco rapido di emergenza a comando manuale
11. Movimentazione della poltrona tramite 4 ruote indipendenti
12. Sistemi di blocco rapido ottenuto attraverso comandi a pedale
13. Pulsante di sicurezza
14. Poggia-gambe regolabile
15. Poggia braccia
16. Batteria ricaricabile
17. Portata di almeno 150 Kg.
18. Marcatura CE, Dichiarazione di Conformità CE, Conforme alla normativa vigente EN

Base d'Asta: € 28.000,00 i.e. (inteso per n° 2 Poltrone)

CRITERI VALUTATIVI – LOTTO 1 POLTRONE CHIRURGICHE OFTALMOLOGICHE

Criterio	Descrizione Criteri Qualitativi	Tipologia Criterio	Punteggio MAX
C1	Caratteristiche Costruttive: Robustezza, Dimensioni, Ergonomia, Design	D	10
C2	Sezioni (specificare tipologie e modalità di attivazione)	D	8
C3	Numero Posizioni Poltrona e Tipologie (specificare anche la possibilità di programmazione e memorizzazione delle posizioni con relative modalità di richiamo)	D	7
C4	Supporto Testa: caratteristiche e comfort	D	5
C5	Motori di azionamento: numero e caratteristiche tecniche	D	6
C6	Rivestimento: tipologia di materiale, sanificabilità, sfoderabilità, etc...	D	6
C7	Batteria: caratteristiche tecniche, autonomia, tempi di ricarica e facilità di sostituzione	D	7
C8	Pedaliera: caratteristiche e funzioni di gestione	D	6
C9	Pulsantiera di comando: caratteristiche e funzioni di gestione	D	6
C10	Ruote: tipologie e caratteristiche	D	5
C11	Portata : 150 Kg. : 0 p.ti Oltre 150 Kg. e fino a 180 Kg. : 2 p.ti Oltre 180 Kg. e fino a 200 Kg. : 3 p.ti Oltre 200 Kg. e fino a 230 Kg. : 4 p.ti Oltre 230 Kg. : 5 p.ti	T	5
C12	Estensione Garanzia full-risk oltre 24 mesi -36 mesi : 2 p.ti -48 mesi: 5 p.ti	T	5
C13	Tipologia e modalità di Assistenza Tecnica durante il periodo di Garanzia Full-Risk e Formazione al personale utilizzatore	D	4
TOTALE PUNTEGGIO QUALITATIVO			80

LOTTO 2 – n° 2 SEDIE OPERATORIE PER CHIRURGO

Caratteristiche di minima

- 1.Sedia operatoria elettrica per chirurgo
- 2.Supporto lombare ergonomico
- 3.Regolazione altezza elettronicamente mediante pedaliera
- 4.Braccioli regolabili in altezza, in rotazione e traslazione
- 6.Rivestimento antibatterico disinfettabile
- 9.Pedaliera/e di comando
- 10.Movimentazione tramite almeno 4 ruote indipendenti
- 12.Sistema rapido di bloccaggio/sbloccaggio ruote
- 16.Batteria ricaricabile
18. Marcatura CE, Dichiarazione di Conformità CE, Conforme alla normativa vigente EN

Base d'Asta: € 10.000,00 i.e. (inteso per n° 2 Sedie Operatorie)

CRITERI VALUTATIVI – LOTTO 2 SEDIE OPERATORIE PER CHIRURGO

Criterio	Descrizione Criteri Qualitativi	Tipologia Criterio	Punteggio MAX
C1	Caratteristiche Costruttive: Robustezza, Dimensioni, Ergonomia,Design	D	8
C2	Supporto Lombare: caratteristiche, regolazioni e comfort	D	7
C3	Braccioli: caratteristiche, regolazioni (manuale e/o elettrico) e comfort	D	7
C4	Seduta: caratteristiche, regolazioni e comfort	D	7
C5	Regolazione dell'altezza: minima e massima	P	7
C5	Motore di azionamento: caratteristiche tecniche	D	7
C6	Rivestimento: tipologia di materiale, sanificabilità, sfoderabilità, etc...	D	7
C7	Batteria: caratteristiche tecniche, autonomia, tempi di ricarica e facilità di sostituzione	D	7
C8	Pedaliera/e: caratteristiche e funzioni	D	7
C9	Ruote: tipologie, caratteristiche e modalità di bloccaggio/sbloccaggio	D	7
C10	Estensione Garanzia full-risk oltre 24 mesi -36 mesi : 2 p.ti -48 mesi: 5 p.ti	T	5
C11	Tipologia e modalità di Assistenza Tecnica durante il periodo di Garanzia Full-Risk e Formazione al personale utilizzatore	D	4
TOTALE PUNTEGGIO QUALITATIVO			80