

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2023/02216
Ns. sigle 2023-13091504
Data 13/09/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: 2023-13091504 Preventivo per la riparazione della Sonda Ecografica Prod. Ge Mod. 3SC-RS, inv. E009732, sn. 871496WX6, installata su Ecotomografo Ge LOGIQ P9, inv. E009728, in dotazione c/o UOC Geriatria del PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2023/02216 del 02/09/2023.

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue:

- A seguito della richiesta di riparazione del reparto "si chiede la sostituzione della sonda in quanto non funzionante", siamo intervenuti riscontrando che la parte centrale dell'immagine non è visibile, guasto probabile dei cristalli della sonda e inviamo immediatamente la sonda alla ditta Logic per la riparazione.
- In data 11/09/2023 la ditta Logic ci comunica: *"Prove preliminari danno evidenza di cristalli danneggiati e non ripristinabili, causa il guasto indicato dal cliente. Array danneggiato. Probabili eventi accidentali esterni subiti che hanno compromesso i cristalli piezoelettrici. Necessaria procedere con la sostituzione del array di cristalli per consentire il corretto ripristino delle funzionalità sonda."* (Si allega report)

Riportiamo pertanto, di seguito, la nostra migliore offerta per la riparazione della sonda ecografica in oggetto:

Quantità	Descrizione	Prezzo Offerto
1	Riparazione sonda 3SC-RS	2.100,00 €
1	Intervento di consegna	0.00€
PREZZO TOT.		2.100,00 € + IVA

Distinti saluti
La Direzione Tecnica

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1



AZIENDA U.S.L. DI PESCARA
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE

Inviare via mail a assistenzamateriali.pescara@ism-sms.it

via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 02.09.2023
Richiedente: CINZIA AURITI
Presidio/Distretto: PO PESCARA
Reparto: GERIATRIA ALA OVEST-AMBULATORIO CARDIOGERIATRIA
Inventario N.PE/: E009732 (Obbligatorio se presente)
Barrare se applicabile ☐ Comodato/Leasing/Service
Apparecchiatura: SONDA DELL'ECOGRAFO 3Sc
Ditta Costruttrice:
Modello: LOGIQ P9 **Matricola/Seriale:**

SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE

Apparecchio completamente fermo ☒ Apparecchio parzialmente funzionante ☐

Descrizione guasto/inconveniente **SI CHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLA SONDA**
IN QUANTO NON FUNZIONANTE

U.O.C. GERIATRIA P.O. PESCARA
Coordinatore Infermieristico
Dott.ssa Cinzia AURITI

FIRMA RICHIEDENTE:

NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI ☒ N° ODL: 2023/02256 L. 04.10.2023
Garanzia: ☐ Ditta: Telefono:
Comodato/Leasing/Service: ☐ Contatto: Intervento previsto il:
Convenz. non di Proprietà: ☐ Preventivo N° Data Preventivo:
Non competenza ATI: ☐ Inoltrato a: Data Inoltrato:

Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Sono in attesa

DOCUMENTO DI TRASPORTO Numero 3233 del 20/09/23

(D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996

Ragione Sociale Siemens Healthcare S.r.l. Via Vipiteno, 4 20128 MILANO MI		Codice cliente/fornitore: 2618	Luogo di consegna Siemens Healthcare S.r.l. C/o Laboratorio ATI via Paolini, 45 65124 PESCARA		Presidio ospedaliero Santo Spirito PE
Trasporto a mezzo VETTORE	Causale del trasporto C/TO VISIONE	Inizio del trasporto 0:00	Vettore FedEx Express Italy S.r.l.		
Istruzioni di consegna	Porto DAP - FRANCO	C.I.G./ C.U.P.:	Riferimenti destinatario C.a. Tel: 0039 0854219875		

Codice	Descrizione	Quantità	Saldo
534-0684 RC	Sonda GE sector 3Sc-RS / Ricondizionato Part number: H45041DL 47237516 Serial number: 871496WX6 Strumento sostitutivo in uso temporaneo	NR 1	Si

2023/02226

Aspetto esteriore dei beni SCATOLA - APPARECCHIATURA	Numero colli 1	Peso KG 2	Firma destinatario
Firma mittente	Firma vettore	Firma destinatario	

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO			
Codice 2023/02216/06		Tipo Straordinaria	
Data Inizio 21/09/2023	Ora Inizio 14:32	Data Fine 21/09/2023	Ora Fine 14:52


DETTAGLI APPARECCHIATURA			
Codice Apparecchio E009732		Presidio PO Pescara	
Descrizione SONDA ECOGRAFICA		Reparto UOC GERIATRIA	
Costruttore GE HEALTHCARE		Stanza PE OVEST 7 INFERMIERI	
Modello 3SC-RS		Matricola 871496WX6	Inventario Ente

GUASTO RISCONTRATO			
si richiede la sostituzione della sonda			

DESCRIZIONE INTERVENTO			
si riconsegna sonda riparata			
	Ore lavoro 00:20	Ore viaggio 00:00	

ESITO INTERVENTO			
[RI] - Richiesta evasa			
Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, noll'esito è indicato anche l'eventuale dismissione			

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO		UTENTE PER PRESA VISIONE	
Cognome Nome	Firma	Cognome Nome	Firma
Campilli Stefano		Cinquepalmi Chiara	