

Vs. riferimento  
Ns. riferimento 2023/02115  
Ns. sigle 2023-13091441  
Data 13/09/2023

Spett.le  
**Azienda USL di Pescara**  
**UOC Ingegneria Clinica - HTA**  
via Paolini, 47  
65124 Pescara

**c.a. Ing. D. Rinaldi**  
**Ing. V. Lo Mele**

**OGGETTO: 2023-13091441 Preventivo per la riparazione della Sonda Endocavitaria Prod. GE Mod. RIC5-9 A RS, inv. E010025, sn. 251445KR3, installata su Ecotomografo GE Voluson S10, inv. E010029, in dotazione c/o UOC Ostetricia e Ginecologia del PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2023/02115.**

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue:

- A seguito della richiesta di riparazione del reparto "non funziona sonda transvaginale", siamo intervenuti ritirando la sonda e fornendo un muletto al reparto al fine di poter lavorare senza interruzione di servizio (Sonda muletto RIC5\_9A-RS s/n 265304KR6) e contestualmente inviata quella da visionare alla ditta Logic.
- Successivamente la stessa ci comunica che: "Errore funzionamento 3D. Perno di supporto array danneggiato, causante blocco della rotazione. Probabile evento traumatico subito che ha compromesso l'integrità e la funzionalità della sonda. Necessario esteso intervento di riparazione, con smontaggio completo manipolo, sostituzione perno di supporto, tiranti di trasmissione, refill dell'olio, sostituzione calotta acustica e ripristino meccanismo e sistema di tenuta" (si allega report)

Riportiamo pertanto, di seguito, la nostra migliore offerta per la riparazione della sonda in oggetto:

Quantità	Descrizione	Prezzo Offerto
1	Riparazione sonda RIC5-9 A RS	2.300,00 €
1	Intervento di consegna	0.00€

Distinti saluti  
La Direzione Tecnica

Associazione Temporanea d'Impresa  
Siemens Healthcare srl  
Hospital Consulting spa  
Marifarma FM srl  
c/o Azienda USL di Pescara  
Via Paolini, 47  
65100 Pescara  
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1



**AZIENDA U.S.I. DI PESCARA**  
**SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI**

**RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE**

Inviare via mail a [assistenzamateriali.pescara@ism-sms.it](mailto:assistenzamateriali.pescara@ism-sms.it)

via FAX (int):2964 (est):085-4252964

**DETTAGLIO RICHIESTA** (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 23/8/23  
Richiedente: SMA PAMO Numero: .....  
Presidio/Distretto: S. Spirito PESCARA Telefono: 2547  
Reparto: SMA PAMO (AMB. ONCOLOGICO IV SUD)  
Inventario N.PE/: 82118 (Obbligatorio se presente) E040028  
Barrare se applicabile ☐ Comodato/Leasing/Service  
Apparecchiatura: ECOGUFO  
Ditta Costruttrice: GE  
Modello: VOWSON S10 Matricola/Seriale: 5788346

**SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE**

Apparecchio completamente fermo ☐ Apparecchio parzialmente funzionante ☒

Descrizione guasto/inconveniente NON FUNZIONA

SONDA TRANSVAGINALE

FIRMA RICHIEDENTE: [Firma]

**NON COMPILARE** (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI ☒ N° ODL: 2023/02115  
Garanzia: ☐ Ditta: ..... Telefono: .....  
Comodato/Leasing/Service: ☐ Contatto: ..... Intervento previsto il: .....  
Convenz. non di Proprietà: ☐ Preventivo N° ..... Data Preventivo: .....  
Non competenza ATI: ☐ Inoltrato a: ..... Data Inoltrato: .....

Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI).....

STRASORDINARIA



## DOCUMENTO DI TRASPORTO

Numero 3796 del 31/10/23

Pag. 1 di 1

(D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996

<b>Ragione Sociale</b> Siemens Healthcare S.r.l. Via Vipiteno, 4 20128 MILANO MI		Codice cliente/fornitore: 2618	<b>Luogo di consegna</b> Siemens Healthcare S.r.l. C/o Laboratorio ATI via Paolini, 45 65124 PESCARA		Presidio ospedaliero Santo Spirito PE
<b>Trasporto a mezzo</b> VETTORE	<b>Causale del trasporto</b> RESO RIPARATO	<b>Inizio del trasporto</b> 31/10/23 13:24		<b>Vettore</b> FedEx Express Italy S.r.l.	
<b>Istruzioni di consegna</b>		<b>Porto</b> DAP - FRANCO	<b>C.I.G./ C.U.P.:</b>		<b>Riferimenti destinatario</b> C.a. Tel: 0039 0854219875

Codice	Descrizione	Quantità	Saldo
534-0994 RC	Sonda GE volumetrica 3D/4D RIC5-9A-RS / Ricondizionato Part number: RIC5-9A-RS H48701EJ Serial number: 251445KR3	NR 1	Si
<p>ORDINE Siemens 4531249625 del 28.10.2023 RDL 2023/02125</p>			

<b>Aspetto esteriore dei beni</b> SCATOLA - APPARECCHIATURA	<b>Numero colli</b>	<b>Peso</b> KG 4
<b>Firma mittente</b>	<b>Firma vettore</b>	<b>Firma destinatario</b>

AUSL Pescara  
**RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE**

**DETTAGLI INTERVENTO**

Codice 2023/02115/09

Data Inizio 02/11/2023

Ora Inizio 11:30

Tipo Straordinaria

Data Fine 02/11/2023

Ora Fine 12:00

**DETTAGLI APPARECCHIATURA**

Codice Apparecchio E010025

Descrizione SONDA ENDOCAVITARIA

Costruttore GE HEALTHCARE

Modello RIC5-9 A RS

Presidio PO Pescara

Reparto UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Stanza PE NORD | 4 | AMBULATORIO

Matricola 251445KR3

Inventario Ente

**GUASTO RISCONTRATO**

Problemi su cavo/sensore/sonda/elettrodo

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Prova di funzionamento

Ritiro della sonda sostitutiva RIC5-9A-RS sn265304kr6. Consegna sonda riparata.

Ore lavoro 00:30

Ore viaggio 00:00

**ESITO INTERVENTO**

[RI] - Richiesta evasa

Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche l'eventuale dismissione

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

**TECNICO**

Cognome Nome

Arena Luca

Firma



**UTENTE PER PRESA VISIONE**

Cognome Nome

Caporale Alessandra

Firma

