

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2023/03039
Ns. sigle 2023-13121225
Data 13/12/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: **2023-13121225 Preventivo per la riparazione del Ventilatore polmonare Draeger Oxylog3000, Inv. E004753, in dotazione presso UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia del PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2023/03039 e di nostra comunicazione del 05/12/2023.**

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto 2023/03039 nel quale veniva segnalato "Rottura manometro blocco valvola bombola O2", siamo intervenuti immediatamente e contattato la ditta Draeger che con rapportino inviato in data 05/12/2023 ci comunica la necessità di sostituzione del regolatore di pressione ossigeno in quanto rotti (report fotografico trasmesso il 05/12/2023). Riportiamo pertanto, di seguito, la nostra miglior offerta:

OGGETTO

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo
1	Adult IV O2, Gas – UNI9507	700 €	700 €
1	Ore lavoro	110 €	0 €
PREZZO TOT		700 €+ IVA	

pertanto, di seguito

OGGETTO

Distinti saluti
La Direzione Tecnica
ATI
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
C/o A.U.S.L. PESCARA
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

pertanto, di seguito

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1

**AZIENDA U.S.L. DI PESCARA**
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTRONOMICALE**RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTRONOMICALE**Inviare via mail a assistenzeamateriali.pescara@ism-sms.it
via FAX (int):2964 (est):085-4252964**DETTAGLIO RICHIESTA** (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 05/12/23
Richiedente: 20221 WIGI
Presidio/Distretto: P.O. PESCARA
Reparto: MANIPOLAZIONE
Inventario N.PE/: 90905 (Obbligatorio se presente) BORSICIA 8006753
Barrare se applicabile ☐ Comodato/Leasing/Service
Apparecchiatura: VENTILATORE POLMONARE
Ditta Costruttrice: DRAGER
Modello: OXLOG 3000 PLUS Matricola/Seriale: ASKH-0059

SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTEApparecchio completamente fermo ☐ Apparecchio parzialmente funzionante ☒Descrizione guasto/inconveniente: ROTAZIONE MANOMETRO
BLOCCO VALVOLA BOZZOLA O₂**NON COMPILARE** (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

FIRMA RICHIEDENTE: [Firma]

Contratto ATI

☒ N° ODL:

2023/03039

Garanzia:

☐

Ditta:

Telefono:

Comodato/Leasing/
Service:☐

Contatto:

Intervento
previsto il:Convenz. non di
Proprietà:☐Preventivo
N°Data
Preventivo:

Non competenza ATI:

☐

Inoltrato a:

Data
Inoltrato:

Commenti/Altro:

(compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Rapporto Tecnico

Dräger

Codice Cliente no. 0091038619 Contratto

Chiamata no. T00950014

Data intervento
14/03/2024

Intervento effettuato presso
Ospedale Civile di Pescara (0091036554)

VIA FONTE ROMANA 8
65124 PESCARA

Riferimento ordine / Data apertura chiamata
4531505558
Contatto:

Cliente indirizzo (0091038619)
H.C.HOSPITAL CONSULTING
SPA
VIA DI SCOLIVIGNE 60/1 - LOC.
Grassina
50012 BAGNO A RIPOLI

Referente tecnico
Maurizio Marinucci
Tel.:
Maurizio.Marinucci@draeger.com

Note

Pag. 1 / 2

Pos.	Quant.	Articolo no.	Descrizione	Elenco apparecchi no.
010	0,50 Ora	-		
020	1,00 Ora	R001	Tempo di riparazione	001
030	1,00 Pezzo	T041	Area viaggio - small	001
		5790099	Alduk IV O2, GA2 - UNI9507	001

Fare riferimento all'elenco apparecchi per i dettagli.

Draeger Italia S.p.A.

Società a socio unico
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Drägerwerk AG & Co. KGaA - Lübeck (Germany)
Sede legale e sede amministrativa
Via Galvani, 7 - 20094 Corsico (MI) - Italia
Tel. +39 02 45872.1 Fax +39 02 4584515-48602464

Capitale Sociale € 7.400.000,00 i.v.
R.E.A. MI n° 1266913
Reg.Imp. 09058160152
P.IVA IT / C.F. IT 09058160152
RAEE IT 0802000003729
Reg. PILE IT09060P00001299

Elenco apparecchi

Codice Cliente no. / Contratto
0091038619

Chiamata no.
T00950014

Data intervento
14/03/2024

Pag. 2 / 2

No.	Nome apparecchio	Matricola no. Cod. apparecchio	Inventario no. Codice a barre	Ubicazione Ordine di lavorazione no.
001	Oxylog 3000plus International Software: 1.07	ASMM-0069 5704811		150410786
Data di esecuzione: 14/03/2024 EFFETTUATA SOSTITUZIONE DEL REGOLATORE DI PRESSIONE COME DA ACCETTAZIONE PREVENTIVO N°958.				
001-1		Quant. 0,50 Ora	Articolo no. R001	Descrizione Tempo di riparazione (14/03/2024)
001-2		1,00 Ora	T041	Area viaggio - small (14/03/2024)
001-3		1,00 Pezzo	5790099	Alduk IV O2, GA2 - UN19507 (14/03/2024)

Data, Firma del Tecnico

Firmato da Marinucci Maurizio
14/03/2024 13:24:47
Maurizio Marinucci
Dräger Italia S.p.A.

Data, Firma Cliente

Firmato da SIG. LUIGI POZZI
OK
14/03/2024 13:24:47
SIG. LUIGI POZZI

Dräger Italia S.p.A.

Società a socio unico
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Drägerwerk AG & Co. KGaA - Lübeck (Germany)
Sede legale e sede amministrativa
Via Galvani, 7 - 20094 Corsico (MI) - Italia
Tel. +39 02 45872.1 Fax +39 02 4584515-48602464

Capitale Sociale € 7.400.000,00 i.v.
R.E.A. MI n° 1256913
Reg.Imp. 09058160152
P.IVA IT / C.F. IT 09058160152
RAEE IT 08020000003729
Reg. PILE IT09060P00001299

Rapporto di intervento di manutenzione

AUSL Pescara - Servizio di Ingegneria Clinica

Intervento tecnico - 2023/03039/05

Manutenzione - Straordinaria

Data inizio 14/03/2024 14:43

Data fine 14/03/2024 15:43

Guasto riscontrato --

Descrizione intervento EFFET T UAT A S O S T I T U Z I O N E D E L R E G O L A T O R E D I P R E S S I O N E C O M E D A A C C E T T A Z I O N E P R E V E N T I V O N ° 958.

Esito: RI - Richiesta evasa

Anagrafica apparecchio

Apparecchio E004753

Inventario ente 90905

Struttura PO Pescara

Matricola ASMM-0069

Reparto UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA

Stanza -

Padiglione -

Descrizione VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA

Piano -

Costruttore DRAEGER MEDICAL AG & CO KG

Modello OXYLOG 3000

Tecnico/i

Nome

Marinucci

Ore lavoro

01:00:00

Ore viaggio

Km