

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2023/03173
Ns. sigle 2024-15011052
Data 15/01/2024

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: **2024-15011052 Preventivo per la riparazione del Video Naso Faringo-Laringoscopio Inv. E011831 Prod. Olympus, Mod. ENF V3, s/n 7141485, in dotazione presso UOSD Chirurgia Maxillofacciale del PO di Popoli, a seguito della richiesta di reparto 2023/03173 del 28/12/2023.**

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto 2023/03173 dove ci veniva segnalato "Guaina danneggiata e tiranti non funzionanti" siamo intervenuti ritirando l'apparecchiatura ed inviata al produttore con ns ddt di riferimento 1204 del 04.01.2024. In data 09/01/2024 il produttore ci risponde che vi è perdita da tubo introduzione e che i tiranti angolazioni sono danneggiati (si allega relazione tecnica).

Pertanto, secondo quanto previsto all'Art. 3.3 del Capitolato tecnico a Pagina 9, ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la riparazione dell'apparecchiatura in oggetto.

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo
1	Riparazione Video Naso Faringo/Laringoscopio	10.000 €	10.000,00 €
1	Intervento di consegna	0,00€	0.00€
PREZZO TOT		10.000,00 €+ IVA	

Distinti saluti
La Direzione Tecnica

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1

via FAX (int):2964 (est):085-4252964
DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente).

Data Richiesta: 28/12/23
Richiedente: DOA. REINI PANANI FRANCESCO
Presidio/Distretto: P.O. POPOLI (PE)
Reparto: AMB- O.R.L.
Inventario N.PE/: 611831 (Obbligatorio se presente)
Barrare se applicabile ☐ Comodato/Leasing/Service
Apparecchiatura: RINO LARINGOSCOPIO
Ditta Costruttrice: OLYMPUS - PROCESSORE INV. EOA H 830
Modello: MT-8002906
Matricola/Seriale:

SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE

Apparecchio completamente fermo ☒

Apparecchio parzialmente funzionante ☒

Descrizione guasto/Inconveniente

RIPARAZIONE

URGENTE

GUAINA DANNEGGIATA e
TIRANTI NON FUNZIONANTI

ASL PESCARA P.O. PENTHE POPOLI
UOSD OTO-RINOLARINGOLOGIA

Medico Specialista in Otorinolaringoiatria

Matr. 8928

FIRMA RICHIEDENTE

NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI



N° ODL:

2023/03173

Garanzia:



Ditta:

Comodato/Leasing/
Service:



Contatto:

Convenz. non di
proprietà:



Preventivo
N°

Non competenza ATI:



Inoltrato a:

Commenti/Altro:

(compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Telefono:

Intervento
previsto il:

Data
Preventivo:

Data
Inoltrato:

PAG 1 di 1

MOD PE RICH MAIL 1.2

STRASORDINARIA

OLYMPUS

Indirizzo di spedizione 1402099

Ditta

HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A.
C/O OSP. CIVILE PESCARA
LAB. DI FRONTE MAG. FARMACEUTICO
VIA PAOLINI 45
65124 PESCARA
ITALY

Tel: +39

Delivery note

Documento di Trasporto



76151378

Page
Pag.

1(1)

Date Data 12.03.2024	Delivery note no. Docum. di Trasporto No. 76151378	Customer no. Cod. Cliente 1402099	Our order no. NS. Conferma 52029895	Your reference VS. Riferimento
Date Data 03.01.2024	Your order no. Vostro Ordine N. NS RDL 2023/03173	Your order date Vostra Data Ordine 03.01.2024	Model Modello	Item no. Codice Articolo
				Serial no. N. di serie

Item no.
Codice Articolo

Item description
Descrizione

Del. qty U/M
Qtà Spedita U/M

N6006630

RHINO-LARYNGO VID-SCOPE ENF-V3

Serial no.

7141485

EAN Code

4953170411373

Location

ZCRM

2.759 KG

Gross weight (kg)

1 PZ

ORDINE Siemens

3532506006

del 06/03/2024

Per ricevute

Abate

Rapporto di ispezione finale

Numero Riferimento Cliente:
Numero Riferimento Olympus:

NS RDL 2023/03173
0052029908

Olympus Customer Service

Olympus Italia S.R.L.
Via Modigliani 45
20090 Segrate (Milano)
Italy
Telefono: +39 022697267
E-mail: oit-service-support@olympus-europa.com

Cliente

HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A.
C/O OSP. CIVILE PESCARA
VIA PAOLINI 45
65124 PESCARA
Italy

Strumento

Modello: ENF-V3
Matricola: 7141485
Cliente Asset ID:

Il prodotto in oggetto ha superato l'ispezione finale Olympus. Il prodotto è stato verificato in accordo con gli standard di qualità Olympus ed è stato dichiarato sicuro e pronto all'uso, previo adeguato ricondizionamento.

Nu mer o	Ispezione	Risultato prima della riparazione	Risultato dopo la riparazione
1.	Controlli Iniziali	Non Superato	
2.	Controlli Visivi al Banco: Tubo di Inserzione	Non Superato	Superato
3.	Controlli Visivi al Banco: Body Control Unit	Superato	Superato
4.	Controlli Visivi al Banco: Pulsanti	Superato	Superato
5.	Controlli Visivi al Banco: Tubo Guida Luce/Cavo Universale/Connettore Video	Superato	Superato
6.	Controlli Visivi al Banco: Connettore dell'Endoscopio	Superato	Superato
7.	Controlli della Funzionalità: Sistema di Angolazione	Non Superato	Superato
8.	Controlli del Processore: Funzioni di switch	Superato	Superato
9.	Controlli del Processore: Sistema di Trasmissione della Luce e dell'Immagine	Superato	Superato
10.	Controlli del Processore: Controlli Aggiuntivi dell'Immagine	Superato	Superato
11.	Controllo dell'acqua residua	N/A	Superato

Data: 11.03.2024

Questo è un documento automatizzato e quindi valido
senza essere firmato

Pavel Procházka
FINAL INSPECTION
RRC - C100

Protocollo del Test
Test di sicurezza elettrica dell'Endoscopio

Perdita d'aria	(ml/min)	0,4	OK
Terra	(Ω)		
Resistenza interna HF	(Ω)		
Capacità	(pF)		
Isolamento terminale distale	(M Ω)		
Isolamento I/S	(M Ω)		
D-scope resistenza spirali	(Ω)		
Resistenza OES	(Ω)		
Isolamento OES	(M Ω)		
Risultato			OK

Data del test: 11.03.2024 14:24:55

Questo è un documento automatizzato e quindi valido
senza essere firmato

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2023/03173/10

Data Inizio 15/03/2024

Ora Inizio 11:30

Tipo Straordinaria

Data Fine 15/03/2024

Ora Fine 12:00

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio E011831

Descrizione VIDEO NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO

Costruttore OLYMPUS OPTICAL CO LTD

Modello ENF V3

Presidio PO Popoli

Reparto UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE

Stanza NUOVO PADIGLIONE | 2 | Ambulatorio ORL

Matricola 7141485

Inventario Ente

GUASTO RISCONTRATO

Anomalia nel sistema ottico

Anomalia nel sistema Meccanico/Idraulico/Pneumatico

DESCRIZIONE INTERVENTO

Riconsegna in reparto dello strumento sn. 7141485 riparato.

Ore lavoro 00:30

Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[RI] - Richiesta evasa

Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche l'eventuale dismissione

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO

Cognome Nome

Giuliani Federico

Firma

Federico Giuliani

UTENTE PER PRESA VISIONE

Cognome Nome

Firma

[Firma]