

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2023/02840
Ns. sigle 2023-27121035
Data 27/12/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: 2023-27121035 Preventivo per la riparazione del letto elettrificato Moretti, Inv. E007107, mod. SKEMA FORM VEGA MI351X, in dotazione presso l'Ecografia Internistica del PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2023/02840 e di nostra comunicazione del 15/11/2023.

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto 2023/02840 nel quale veniva segnalato "Sistema frenate parzialmente rotto, pericoloso per l'utente, Cuscino lesionato", siamo intervenuti riscontrando il cucino/materassino lesionato e i supporti del freno spaccati (report fotografico inviato il 15/11/2023). Pertanto, ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la riparazione dell'apparecchiatura in oggetto, includendo nel canone la manodopera del personale interno utilizzato per il ripristino del funzionamento dell'apparecchiatura:

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo
4	Riparazione e verifica funzionale	320 €	0 €
1	Riparazione Letto con sostituzione freni e materassino	400 €	400 €
PREZZO TOT		400,00 €+ IVA	

Distinti saluti
La Direzione Tecnica
A.T.I.
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
C/o A.U.S.L. PESCARA
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1

SIEMENS



MARIFARMA FM
Health Facility Management



AZIENDA U.S.L. DI PESCARA
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTRONOMICALE

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTRONOMICALE

Inviare via mail a assistenzeamministrative.pescara@ism-sms.it

via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 13-11-2023 Numero:
Richiedente: MALANDRA MARIA TERESA Telefono: 2597
Presidio/Distretto: P.O. PESCARA
Reparto: ECOGRAFIA INTERNISTICA 8° PIANO
Inventario N.PE/: E007107 (Obbligatorio se presente)
Barrare se applicabile ☐ Comodato/Leasing/Service
Apparecchiatura: LETTO ELETTRICO
Ditta Costruttrice:
Modello: Matricola/Seriale:

SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE

Apparecchio completamente fermo ☐ Apparecchio parzialmente funzionante ☒

Descrizione guasto/inconveniente SISTEMA FRENANTE

Reparto: PARZIALMENTE ROTTO - PERICOLOSO PER L'UTENTE

Invenzione: LESIONE SU CUSCINO

FIRMA RICHIEDENTE: Maria Teresa Malandra

NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI



N° ODL:

2023/02840

Materia

Garanzia:



Ditta:

Telefono:

Comodato/Leasing/
Service:



Contatto:

Intervento
previsto il:

Convenz. non di
Proprietà:



Preventivo
N°

Data
Preventivo:

Non competenza ATI:



Inoltrato a:

Data
Inoltrato:

Commenti/Altro:

(compilazione a cura dell'ufficio ATI)



MORETTI S.p.A.
Via Bruxelles,3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

info@morettispa.com
www.morettispa.com
P.IVA e C.F. 00306090515
N. Iscr. Reg. Imprese 00306090515
IBAN: IT 93 L 01030 71600 000063367247

R.E.A. Arezzo 68869
Meccanografico AR005370
Cap. Soc. € 1.500.000
C/C Postale 13682521
Reg. RAEE Nr. IT07121000010



SPETT.LE - TO
FACILITY MED S.R.L. UNIPERSONALE

VIA BALILLA 13/4
65121 PESCARA PE

DESTINAZIONE - DESTINATION
OSPEDALE SANTO SPIRITO
VIA PAOLINI 45 PIANO SEMINTER
5124 PESCARA

CODICE - CODE 16423		PARTITA IVA - VAT 01547940682		COD. FISCALE 01547940682		TIPO DOCUMENTO - DOCUMENT D.D.T. - CLI		NR. 1316 nu		DATA - DATE 02.02.2024		PG. 1 / 1	
CODICE ARTICOLO ITEM		DESCRIZIONE (QUANTITA' E NATURA DEI BENI) DESCRIPTION				U.M.	QUANTITA' SPEDITA Q.TY DELIVERED	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SC% DISC.	IMPORTO AMOUNT	%IVA %VAT	NOTE NOTES	
MIR163		ORDINE DEL 20-12-2023											
MIR100BLU		PUNTALE CON PIEDINO LETTI VEGA/LYTUS				UN	4						
MIR106BLU		PIANO LETTO MI35X/MI38X - BLU				UN	1						
		TESTATA LETTO MI35X/MI38X - BLU				UN	1						
		ATI SIEMENS HOSPITA CONSULTING OSPEDALE SANTO SPIRITO VIA PAOLINI 45 PIANO INTERRATO 65124 PESCARA											

GDPR: i Vs. dati espressi nel presente documento vengono utilizzati solo per fini contabili amministrativi.

Contributo ambientale CONAI assolto dove dovuto.

TRASPORTO A MEZZO - TRANSPORT BY Vettore		PORTO - DELIVERY Diritto Fisso		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI - EXTERNAL PACKAGING SCATOLE CARTONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita merce		COLLI - BOXES 1	PESO - GROSS WEIGHT 15	VOLUME 0.19	AGENTE ATI
VETTORE - FORWARDER BRT VALDARNO ESPRESSO PRIORITY 1450927 14		OPERATORE	DATA E ORA RIFIRO MERCE		FIRMA VETTORE / CONTINUTORE

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO			
Codice 2023/02840/07	Data Inizio 08/02/2024	Ora Inizio 11:10	Tipo Straordinaria
			Data Fine 08/02/2024
			Ora Fine 13:40

DETTAGLI APPARECCHIATURA			
Codice Apparecchio E007107	Presidio PO Pescara		
Descrizione LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	Reparto Ecografia Internistica -Pescara		
Costruttore MORETTI SPA	Stanza 8 PIANO		
Modello SKEMA FORM VEGA MI351X	Matricola	Inventario Ente 86658	


GUASTO RISCONTRATO
cuscini lesionato e tampone freni spezzati

DESCRIZIONE INTERVENTO	
sostituzione nuovi tamponi per freno più nuovi cuscini	
Ore lavoro 02:30	Ore viaggio 00:00

MATERIALI IMPIEGATI			
Codice	Descrizione	Quantità	Rifatturabile
nessuno	tamponi freno	4	NO
nessuno	kit cuscini	1	NO

ESITO INTERVENTO
[RI] - Richiesta evasa
<small>Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche l'eventuale dismissione</small>

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO		UTENTE PER PRESA VISIONE	
Cognome Nome	Firma	Cognome Nome	Firma
Cipriani Matteo		poggiali emma	