

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2024/00082 (ex 2023/02502)
Ns. sigle 2024-15011453
Data 15/01/2024

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: 2024-15011453 Preventivo per fornitura n. 1 tubo O2 e n. 1 Tubo Aria per Apparecchio per anestesia Getinge Flow C, inv. E011426, in garanzia, sito presso UOSD Gestione Anestesiologica del Blocco Operatorio del PO di Pescara, a seguito della richiesta del reparto precedente 2023/02502 e attuale 2024/00082.

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto dove veniva segnalato: "Si chiede sostituzione tubi gas medicali O2 e Aria presenti sul ventilatore con tubi gas medicali di lunghezza di 5 metri", siamo a sottoporVi la nostra migliore offerta per quanto indicato in oggetto:

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo a voi riservato
1	per a Tubo O2 5 mt con attacco NIST-Afnor	250,00 €	250,00 €
1	Tubo Aria 5 mt con attacco NIST-Afnor	250,00 €	250,00 €
PREZZO TOT		500 € + IVA	

Distinti saluti
La Direzione Tecnica
ATI
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
C/o A.U.S.L. PESCARA
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1

Richiesta d'Intervento

AUSL Pescara - Servizio di Ingegneria Clinica

Dettaglio richiesta - 2024/00082

Tipo - Correttiva

Sinonimo

Data 11/01/2024 13:08

Data guasto

Data ripristino

11/01/2024 13:21

Richiedente Alfonso Balsamo

Altro richiedente

Tecnico assegnatario

Contratto 1140 - Garanzia - THE GETINGE S.p.A.

Guasto segnalato Si chiede sostituzione tubi gas medicali O2 e Aria presenti sul ventilatore con tubi gas medicali di lunghezza di 5 metri.

Note Intervento a continuazione di RDL 2023/02502 in quanto del problema l'HTA di Pescara ci ha chiesto di interessarcene.
Alfonso/ Gianni

Anagrafica apparecchio

Apparecchio E011426

CIVAB ANSGTG@0

Inventario ente

94212

Struttura PO Pescara

Ubicazione Via Fonte Romana, 8 Pescara

Padiglione -

Piano -

Reparto UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO

Stanza -

Costruttore GETINGE INFECTION CONTROL AB

Modello FLOW C

Matricola

5069

Descrizione ANESTESIA, APPARECCHIO PER

Centro di costo A09C04C00 - UOC UTIC E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA - PO PESCARA

Interventi

2024/00082/01

11/01/2024

NR - Richiesta intervento esterno /
Fornitura ricambi

Guasto riscontrato

Descr. attività

Si autorizza preventivo Getinge n° 24SPCC-000325385.1 del 02/01/2024, in allegato, che prevede la fornitura di 2 tubi gas, attendiamo il loro arrivo.

Note

RDL 2024/00082

ASS. A. GIANNI

GETINGE *

Documento di Trasporto
3058072444

23.01.2024

Cliente:	2232332
Nostro ordine:	3051100110
Vostro ordine:	4531404663
Data ordine:	12.01.2024
Corriere	1007517, DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.
Riferimento	Bogumi#a Kmiecik

SIEMENS HEALTHCARE C/O OSP S SPIRITO
LABORATORIO ATI TEL. 085 4219875
VIA PAOLINI, 45
65124 PESCARA PE

Committente 2012608 SIEMENS HEALTHCARE SRL, IT12268050155
CIG 7920276285
Modalità di spedizione sped. imballo incl.
Condizioni di invio DDP Reso sdoganato

Corriere DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.
VIA G S BERNARDO STR 5 PAL U 3
20089 ROZZANO MI

Numero totale colli: 1
Peso totale: 2 KG
Peso netto 1,998 KG

Collo: 2024--671- Dimensioni: 40 x 30 x 20 CM Peso lordo: 2 KG

Pos.	Materiale Descrizione	Quantità	Peso
10	LIT03860 CATALOG NO: TUBO O2 (5M) con attacco NIST-AFNOR	1 EA	0,600 KG
20	LIT03861 CATALOG NO: TUBO ARIA (5M) con attacco NIST-AFNOR	1 EA	0,600 KG

La merce è stata ritirata completamente e in perfette condizioni
Luogo / data : _____

Firma Destinatario : _____

Nome in Stampatello : _____

Getinge Italia S.r.l.
Via Gozzano, 14
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 611135.1
Fax +39 02 611135.260
www.getinge.com

Società a socio unico
Soggetta alla direzione e coordinamento di GETINGE AB.
Capitale sociale: EURO 1.020.000
Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al registro
delle imprese di Milano/Monza/Brianza/Lodi:
03992220966

Banca
BNL Gruppo BNPP
BAN: IT56J01005016120000000000005

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 13485:2016

ATI
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA CH
C/O A.S.L. PESCARA
Via Paolini 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4219875 - Fax 085 4252964

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2024/00082/05

Data Inizio 26/01/2024

Ora Inizio 08:00

Tipo Straordinaria

Data Fine 26/01/2024

Ora Fine 08:30

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio E011426

Descrizione ANESTESIA, APPARECCHIO PER

Costruttore GETINGE INFECTION CONTROL AB

Modello FLOW C

Presidio PO Pescara

Reparto UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO

Stanza -

Matricola 5069

Inventario Ente 94212

GUASTO RISCONTRATO

si richiede sostituzione tubi con altri di lunghezza 5 metri

DESCRIZIONE INTERVENTO

sostituiti tubi con nuovi di lunghezza 5 metri

Ore lavoro 00:30

Ore viaggio 00:00

MATERIALI IMPIEGATI

Codice	Descrizione	Quantità	Rifatturabile
lit03860	tubo O2 5metri	1	NO
lit03861	tubo aria 5 metri	1	NO

ESITO INTERVENTO

[RI] - Richiesta evasa

Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche l'eventuale dismissione

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO

Cognome Nome

Crisante Sacha

Firma



UTENTE PER PRESA VISIONE

Cognome Nome

d aloisio

Firma

