



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it



Assistenza Tecnica
Beghelli

Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia

Spett.le
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 25 gennaio 2024
OGGETTO: Estratto conto lavori UTIC

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
25/01/24	SISTEMA CHIAMATA	UTIC RICHIESTA MAIL DEL 25/01/2024	STANZA 9 N. 02 BATTERIE STANZA 15-16 N. 01 MANODOPERA APPLICATA	11,00 35,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				46,00



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib.PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica
Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

Chiusura UF.

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

Strada 9 / UTIC

RICHIESTA N.

92/08

DATA RICHIESTA

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

NOTE CLIENTE

SEGURIZZAZIONE BATTERIA BASSI

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

25/01/2024

ORA PARTENZA

18.00 / 19.00

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

BENIORSO LCA

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

1) INTERVENTO ESEGUITO

SEGURIZZAZIONE BATTERIE LENO 15 LENO 16

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☐ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
02		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO		
01		3000 BATTERIA 30 2450	5,50	11,00
		TRAVASAMENTO		35,00
		25/01/24		
TOT. IMPONIBILE			46,00	
TOT. IVA				
TOTALE				EUR

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL TECNICO

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

DATA

FIRMA

Oggetto: RE: Fwd: I: CARDIOLOGIA con UTIC - Campanello paziente per chiamata infermieri NON FUNZIONANTE

Mittente: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Data: 25/01/2024, 18:35

A: vincenzo.lomele@asl.pe.it, Chiara Di Paolo <chiara.dipaolo@asl.pe.it>

CC: nicola.cifaratti@asl.pe.it, 'Segreteria DIM srl' <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Buonasera

Informiamo che abbiamo provveduto al ripristino.

Saluti.



Luca Dell'Orso

dimsrl.luca@gmail.com

+ 39 085 - 291152

Numero Verde
800 998575

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 25/01/24 12:24 (GMT+01:00)

A: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Oggetto: Fwd: I: CARDIOLOGIA con UTIC - Campanello paziente per chiamata infermieri NON FUNZIONANTE

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: I: CARDIOLOGIA con UTIC - Campanello paziente per chiamata infermieri NON FUNZIONANTE

Data: Thu, 25 Jan 2024 10:44:01 +0000

Mittente: Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

A: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>



D'ordine

La Segreteria

Dott.ssa Arianna Iaconedi

U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA

Tel. 3109

Da: Nicola Cifaratti <nicola.cifaratti@asl.pe.it>

Inviato: giovedì 25 gennaio 2024 11:07

A: Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

Cc: Massimo Di Marco <massimo.dimarco@asl.pe.it>

Oggetto: CARDIOLOGIA con UTIC - Campanello paziente per chiamata infermieri NON FUNZIONANTE

Priorità: Alta

Gentilissimo Ing. Lo Mele,

con presente Le chiedo di attivare l'assistenza, per l'UOC di UTIC, di riparare il campanello paziente per chiamata infermieri NON FUNZIONANTE nelle seguente area:

WC nella camera 8 (otto) in UTIC

Cordiali saluti.

Dott. Nicola Cifaratti

Coordinatore Infermieristico

UOC Cardiologia con UTIC e Cardiologia Interventistica

1 piano ALA EST

P.O. di Pescara

Phone: +39 085/425.2675

Phone: +39 329/36.66.571

Mail: nicola.cifaratti@ausl.pe.it