



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio  
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio  
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. [www.dimsrl.it](http://www.dimsrl.it) - mail: [dimsrl@tin.it](mailto:dimsrl@tin.it)



Assistenza Tecnica

**Beghelli**

Per la tua tranquillità  
La nostra tecnologia

Spett.le  
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio  
Via Paolini 68  
65124 PESCARA  
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 03 ottobre 2023  
OGGETTO: Estratto conto lavori Pediatria

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
03/10/23	SISTEMA CHIAMATA	PEDIATRIA RICHIESTA MAIL DEL 03/10/2023	VERIFICA GUASTO N. 01 MANODOPERA APPLICATA	35,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				35,00

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.



**Oggetto:** RE: Richiesta intervento

**Mittente:** Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

**Data:** 03/10/2023, 16:59

**A:** Raffaella Chichiricco' <raffaella.chichiricco@asl.pe.it>, Segreteria DIM srl  
<dimsrl.segreteria@gmail.com>, "dimsrl.nanzio@gmail.com" <dimsrl.nanzio@gmail.com>

**CC:** Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

Buonasera

informiamo che abbiamo provveduto ad inviare un tecnico che ha rilevato guasta la Perella di chiamata del relativo letto.

È necessario inoltrare la richiesta al servizio assistenza Siemens indicando il codice del testa letto.  
Saluti



**Luca Dell'Orso**  
dimsrl.luca@gmail.com

+ 39 085 - 291152

Numero Verde  
**800 998575**

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: Raffaella Chichiricco' <raffaella.chichiricco@asl.pe.it>

Data: 03/10/23 15:52 (GMT+01:00)

A: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>, dimsrl.luca@gmail.com,  
dimsrl.nanzio@gmail.com

Oggetto: Richiesta intervento

Buon pomeriggio

Con la presente si segnala non funzionamento chiamata infermiere letto 12, stanza 6.

Reparto pediatria Pescara 3° piano ala nord

Grazie e buon lavoro

Raffaella Chichiriccò