



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it



Assistenza Tecnica

Beghelli

Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia

Spett.le
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 11 ottobre 2023

OGGETTO: Estratto conto lavori Geriatria sud

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
11/10/23	SISTEMA CHIAMATA	GERIATRIA SUD RICHIESTA MAIL DEL 11/10/2023	VERIFICA GUASTO N. 01 MANODOPERA APPLICATA	35,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				35,00

**FIRMA**

Oggetto: RE: Fwd: RICHIESTA INTERVENTO-GERIATRIA ALA SUD

Mittente: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Data: 11/10/2023, 12:40

A: cinzia.auriti@asl.pe.it, Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

CC: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Buongiorno Dott.ssa Auriti,

informiamo che abbiamo provveduto a far intervenire il tecnico che ha rilevato l'anomalia nella postazione di camera.

Come già indicato nella mail del 5 settembre, riteniamo opportuno provvedere a collegare la stanza alla tipologia di impianto presente nella prima metà del reparto, al fine di ripristinare il funzionamento.

Se autorizzati dall'Ing. Lo Mele, provvediamo ad eseguire l'intervento.



SISTEMI DI SICUREZZA
INGRESSI AUTOMATICI
VIDEOCONTROLLO
CONTROLLO ACCESSI

Luca Dell'Orso
dimsrl.luca@gmail.com

+ 39 085 - 291152

Numero Verde
800 998575

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 11/10/23 10:42 (GMT+01:00)

A: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Oggetto: Fwd: RICHIESTA INTERVENTO-GERIATRIA ALA SUD

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto:RICHIESTA INTERVENTO-GERIATRIA ALA SUD

Data:Wed, 11 Oct 2023 08:30:13 +0000

Mittente:Cinzia Auriti <cinzia.auriti@asl.pe.it>

A:dimsrl.segreteria@gmail.com <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Gentilissimi,

si chiede intervento per la chiamata infermieri dei letti 10 e 11 della geriatria ala SUD (6° piano) dell'ospedale di Pescara, in quanto NON si spengono (suonano continuamente).

Chiedo cortesemente di essere chiamata al cellulare (v. sotto) al momento della riparazione.

Ringrazio e saluto.

Dott.ssa Cinzia Auriti

Oggetto: RICHIESTA INTERVENTO-GERIATRIA ALA SUD

Mittente: Cinzia Auriti <cinzia.auriti@asl.pe.it>

Data: 11/10/2023, 10:30

A: "dimsrl.segreteria@gmail.com" <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Gentilissimi,

si chiede intervento per la chiamata infermieri dei letti 10 e 11 della geriatria ala SUD (6° piano) dell'ospedale di Pescara, in quanto NON si spengono (suonano continuamente).

Chiedo cortesemente di essere chiamata al cellulare (v. sotto) al momento della riparazione.

Ringrazio e saluto.

Dott.ssa Cinzia Auriti

Coordinatrice Infermieristica

UOC di Geriatria

Cell. 333 4491978