



FERMED S.r.l.

DISTRIBUZIONE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

Via Ripuaria n° 141 - 80014 Giugliano in Campania (NA)
Tel. 081/762.45.63
Fax 081/197.15.466
e-mail: fermed@fermeditalia.it
pec: fermed.srl@pec.it
P.IVA 06436131210



Giugliano in Campania, 12/03/2019

Spett.le

A.S.L. di PESCARA

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

tiziana.petrella.aslpe@pec.it

Oggetto: Osservazioni consultazione preliminare di mercato – Forniture di reti chirurgiche.

La sottoscritta Carla Ruggiero nata a Calvizzano (NA) il 08/02/1969, C.F. RGGCRL69B48B452N, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ditta FERMED s.r.l., con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via Ripuaria n° 141, Codice Fiscale e Part. I.V.A. n° 06436131210, tel. 081/762.45.63, fax 081/197.15.466, e-mail: fermed@fermeditalia.it, pec: fermed.srl@pec.it, in riferimento al suindicato oggetto, di seguito riporta le proprie osservazioni relativamente a quanto riportato nell'allegato tecnico e nell'allegato criteri di valutazione:

Gruppo 1:

- Si chiede di specificare che con la dicitura “polipropilene/poliestere” si intende che è possibile partecipare al gruppo in questione sia con una rete in polipropilene che con una rete in poliestere.
- Per quanto a nostra conoscenza, il prezzo indicato a base d'asta è sproporzionato rispetto ai prezzi medi di mercato rilevati nelle ultime procedure di gara che hanno visto offerte inferiori ad € 10,00/pz . Si chiede di verificare ed aggiornare la base.

Gruppo 5:

- Si chiede di specificare che con la dicitura “polipropilene/poliestere” si intende che è possibile partecipare al gruppo in questione sia con una rete in polipropilene che con una rete in poliestere.
- Cosa si intende con l'indicazione “presagomata” dato che le dimensioni non sembrerebbero fare riferimento ad una rete inguinale?
- Essendo reti di misura rettangolare (cm 10x15) non si capisce l'utilità di predisporre due voci ovvero una protesi lato destro ed una protesi lato sinistro
- Per quanto a nostra conoscenza, il prezzo indicato a base d'asta è sproporzionato rispetto ai prezzi medi di mercato rilevati nelle ultime procedure di gara che hanno visto offerte inferiori ad € 10,00/pz . Si chiede di verificare ed aggiornare la base d'asta.

Gruppo 6:

- Si chiede di specificare che con la dicitura “polipropilene/poliestere” si intende che è possibile partecipare al gruppo in questione sia con una rete in polipropilene che con una rete in poliestere.
- Si chiede di verificare la destinazione d'uso della rete, dato che le dimensioni non sembrerebbero fare riferimento ad una rete inguinale.



FERMED S.r.l.

DISTRIBUZIONE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

Via Ripuaria n° 141 - 80014 Giugliano in Campania (NA)
Tel. 081/762.45.63
Fax 081/197.15.466
e-mail: fermed@fermeditalia.it
pec: fermed.srl@pec.it
P.IVA 06436131210



- Essendo reti di misura rettangolare non si capisce l'utilità di predisporre due voci ovvero una protesi lato destro ed una protesi lato sinistro

Gruppo 10:

- Si chiede di aggiungere "o altro materiale equivalente" dopo la descrizione "*e-PTFE*", al fine di consentire una più ampia partecipazione di ditte concorrenti al lotto in oggetto, così come previsto dalla normativa.

Criteri di valutazione:

- Gruppi da 1 a 13: si chiede di specificare se nella valutazione dell'ampiezza dei pori (porosità) venga assegnato il punteggio max ai pori di maggiore dimensione
- Gruppi 3-6-8-9-11-12: si chiede di specificare se nel parametro "grammatura post-impianto riferita alla porzione non riassorbibile", verrà attribuito il punteggio max a reti che abbiano una porzione non riassorbibile maggiore o minore.

Distinti saluti

FERMED s.r.l.
L'Amministratore
Carla Ruggiero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii