

Spettabile
Azienda Usl Di Pescara
tiziana.petrella.aslpe@pec.it
Via Renato Paolini
65124 - Pescara

Milano, 14 marzo 2019

Nostro Protocollo N: **ITV0009389/2019/fv**

OGGETTO: "Osservazioni consultazione preliminare di mercato - FORNITURE DI RETI CHIRURGICHE ".

Avviso di Consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D.Lgs. 50/2016 - FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE - MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI.

La scrivente MEDTRONIC ITALIA S.p.A. con sede a Milano, Via Varesina 162, CAP 20156, numero fax 02.241381, PEC (posta elettronica certificata): medtronicitalia.gare@legalmail.it, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09238800156, codice attività: 51462, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano - al n. 09238800156 REA (Repertorio Economico Amministrativo) al n. 1275682 - Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette territorialmente competente: Milano - Settori Grandi Contributi - Via Manin 27, **con la presente e in riferimento alla consultazione di mercato citata in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:**

- 1) Al Gruppo 3 voci 3 e 4 vengono richieste reti Autoncoranti senza foro destra e sinistra per la riparazione dell'ernia inguinale femminile, non ci risulta esserci sul mercato una rete per il lato destro o sinistro per la riparazione femminile, pertanto siamo a richiedere la possibilità di offrire una rete corrispondente alle caratteristiche che vada bene per entrambi i lati.
- 2) Si segnala che i criteri di valutazione (% DI INFEZIONE A 30 GIORNI POST INTERVENTO e % DI RECIDIVA AD UN FOLLOW UP SUPERIORE A 12 MESI) riferiti alle Protesi Biologiche Gruppi 14-15-16-17-18 sembrano far riferimento ad uno studio specifico, inoltre a nostro avviso non sono valutabili in quanto ogni paziente ha la sua storia clinica e l'impianto potrebbe reagire di conseguenza in maniera diversa, inoltre alcuni di questi gruppi prevedono una protesi per laparoceli complessi in campi potenzialmente contaminati di grado 3 o 4 nei quali il posizionamento della stessa può variare a

causa delle condizioni della parete addominale e alla scelta clinica reagendo così in maniera difficilmente standardizzabile.

Chiediamo pertanto di poter sostituire questi due criteri con parametri tipo “ Studi Clinici, Resistenza alla degradazione, Numero di misure e spessori a catalogo etc.” .

- 3) Al Gruppo 22 viene richiesto un sistema di fissaggio “con ricariche sia contenute all'interno dello strumento sia confezionate a parte”, siamo pertanto a richiedere la possibilità di inserire 3 voci, una riguardante il manipolo comprensivo di tacks e due per le ricariche confezionate a parte.
- 4) Per il parametro di valutazione ai gruppi 21,22 e 23 è “PRESENZA DI CONTAPUNTI SUL MANIPOLO”, si fa presente che suddetta caratteristica è riferibile al prodotto di una sola Azienda, inoltre può ritenersi un parametro tabellare e non qualitativo.

Chiediamo la possibilità di rivedere suddetto parametro o la quantità di punti ad esso dedicati.

- 5) Nella gara sarà previsto il deposito del listino con scontistica dedicata nell'eventualità in cui ci fosse bisogno di misure non previste nel capitolato?
- 6) Ai criteri di valutazione del Gruppo 23 è prevista “la lunghezza del Punto”, “ la presenza di contapunti” ma non è prevista la qualità del materiale,(ad esempio per quanto di nostra conoscenza il Titanio può essere sottoposto ad apparecchiature sopra i 3 tesla) chiediamo la possibilità di valutare l'inserimento di suddetto criterio.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.


MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
Via Procunatore
SARA PATERNANI