

Spett.le  
ASL Pescara  
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
Via Renato Paolini, 47  
65124 Pescara

Roma, 13 Marzo 2019

Prot. n.10/D

**OGGETTO: OSSERVAZIONI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO -  
FORNITURE DI RETI CHIRURGICHE**

Facendo riferimento a quanto riportato in oggetto, con la presente si inviano le seguenti osservazioni per il perfezionamento della documentazione di gara di prossima indizione:

**GRUPPO 16 - AGGIUDICAZIONE A GRUPPO INTERO**

**PROTESI BIOLOGICA DI MATRICE ACELLULARE DI PERICARDIO BOVINO NON CROSS-LINKED MISURA CM20X30 CIRCA:**

- non risulta sul mercato la misura cm20x30 per peculiarità anatomiche della tipologia del prodotto richiesto;
- si richiede l'inserimento del criterio di approssimazione marginale con una indicazione di tolleranza minima sullo spessore e sulla misura;
- si fa presente che sul mercato è disponibile la versione preforata e non, umida, secca, semilunare, ovale;
- si richiede nella descrizione l'inserimento di più misure come ad esempio cm6x8 / cm12x12 / cm10x16.

**GRUPPO 17- AGGIUDICAZIONE A GRUPPO INTERO**

**PROTESI BIOLOGICA DI MATRICE ACELLULARE DI DERMA PORCINO NON CROSS-LINKED MISURA CM20X30 CIRCA:**

- si richiede l'inserimento del criterio di approssimazione marginale con una indicazione di tolleranza minima sullo spessore e sulla misura;
- si richiede nella descrizione l'inserimento di più misure come ad esempio cm4x4 / cm6x8 / cm8x14.

Si propone un lotto in più avente come oggetto "Protesi semi-assorbibili bicolore in polipropilene light e monofilamento assorbibile 90-110 giorni per chirurgia inguinale-tecnica open nelle conformazioni sia protesi singole in impianti sopra peritoneali sia nel formato singole piane (ad esempio misure cm6x11 / cm10x12 / cm15x15 / cm20x30) che piane + plug volumetrico (ad esempio misura altezza 2,7 cm, Ø 2,5 cm / altezza 4,6 cm, Ø 4,3 cm)".

E' necessario chiarire se ci sono soglie minime a pena di esclusione per la valutazione dell'offerta tecnica. Si ritiene utile non inserire condizioni minime per singoli requisiti secondo il criterio on-off, ma una soglia

complessiva minima che consenta una valutazione ampia e complessiva nel rispetto dei principi sanciti delle norme comunitarie e dal D.Lgs.50/2016 che favoriscono l'accessibilità delle offerte alle piccole e medie imprese per ampliare il lotto dei partecipanti.

Rimanendo a disposizione per ulteriori necessità, porgiamo cordiali saluti.

**ASSUT EUROPE SPA**  
**UN PROCURATORE**  
