burke&burke S.p.A.

Sede Legale: 00156 - Roma (RM) - Via Giulio Vincenzo Bona 133
Uffici Commerciali e Amministrazione: 20057 Assago (MI) – Via Einstein, 32 Tel.02 36570100 - Fax.02 45704245
E-mail: support@burkeburke.com

Committente:
Azienda USL Pescara
Via Renato Paolini 47
65124 Pescara PE

11000537

Cliente:
Ospedale Civile dello Spirito Santo di Pescara - Azienda USL Pescara
Via Fonte Romana, 8
65124 Pescara PETel.: 085 4251

22000346

Nr. Chiamata	Nr. Intervento	del	Tipo Chiamata	Inventario
23/09085	23/09387	01/03/2024	Riparazione in laboratorio	

Nr. Chiamata cliente/Ordine	Apparecchiatura	Serial Number
20-2024-22 - 14/02/2024	HAMILTON-G5, ventilatore polmonare	19294

Difetto Riscontrato

Note

Eseguite calibrazioni e verifiche funzionali con esito positivo
Flowmeter sn BA120965

Manodopera/Materiali/Addebiti

Descrizione	Articolo / Mat / Lot	Quantità
MANODOPERA	MAN	3,50
Staffa display	HM159493	1,00
Sensore CO2 mainstream, Capnostat 5, Adt/Pdt/Neo, riutilizzabile (prezzo particolare a voi riservato)	HM281718	1,00
	sn/lot 650588	
Display completo per G5	HMMSP159108	1,00
	sn/lot 26654	

Tecnico

Renato Vanini