

Rapporto Tecnico

Codice Cliente no. 0091158655
Contratto 318004991
Chiamata no. T00950281

Data intervento
 12/02/2025

Intervento effettuato presso (0091036554)

Ospedale Civile di Pescara

VIA FONTE ROMANA 8
 65124 PESCARA

Riferimento ordine / Data apertura chiamata

2024/03177

Contatto:

Cliente indirizzo (0091158655)

Siemens Healthcare S.r.l.

Via Vipiteno 4

20128 Milano

Referente tecnico

Maurizio Marinucci

Tel.:

Maurizio.Marinucci@draeger.com

Note

Pag. 1 / 2

Pos.	Quant.	Articolo no.	Descrizione	Elenco apparecchi no.
010	1,00 Ora	-	Tempo di riparazione	001
020	1,00 Ora	R001	Area viaggio - small	001
030	1,00 Pezzo	T041	Apertura manuale, destra, completa	001
040	1,00 Pezzo	2M60045	Diritto fisso di chiamata	001
		MQ92089		

Fare riferimento all'elenco apparecchi per I dettagli.


Elenco apparecchi

Codice Cliente no.	Contratto	Chiamata no.	Data intervento
0091158655	318004991	T00950281	12/02/2025


Pag. 2 / 2

No.	Nome apparecchio	Matricola no. Cod. apparecchio	Inventario no. Codice a barre	Ubicazione Ordine di lavorazione no.
001	Babyleo TN500 Software: 01.06	- ASSF-0079 2M60000	E013678	152297438
Data di esecuzione: 12/02/2025 EFFETTUATA LA SOSTITUZIONE DELLO SPORTELLINO LATO DESTRO COME DA ACCEYTAZIONE PREVENTIVO. PROVE DI BUON FUNZIONAMENTO CON ESITO POSITIVO.				
001-1		Quant. 1,00 Ora	Articolo no. R001	Descrizione Tempo di riparazione (12/02/2025)
001-2		1,00 Ora	T041	Area viaggio - small (12/02/2025)
001-3		1,00 Pezzo	2M60045	Apertura manuale, destra, completa (12/02/2025)
001-4		1,00 Pezzo	MQ92089	Diritto fisso di chiamata (12/02/2025)

Data, Firma del Tecnico


Firmato da Maurizio Marinucci
OK
12/02/2025 13:49:10
Maurizio Marinucci
Dräger Italia S.p.A.

Data, Firma Cliente


Firmato da SIG.RA CLELIA COMIGNANI
OK
12/02/2025 13:49:17
SIG.RA CLELIA COMIGNANI