

Rapporto Tecnico

Codice Cliente no. Contratto
0091038936

Chiamata no.
T00950640

Data intervento
24/02/2026

Intervento effettuato presso (0091036554)

Ospedale Civile di Pescara

VIA FONTE ROMANA 8
65124 PESCARA

Riferimento ordine / Data apertura chiamata

20-2025-135 (GARANZIA 12MESI)
Contatto:

Cliente indirizzo (0091038936)

AZIENDA USL PESCARA
VIA RENATO PAOLINI 45-47
65100 PESCARA

Referente tecnico

Maurizio Marinucci
Tel.:
Maurizio.Marinucci@draeger.com

Note

Fare riferimento all'elenco apparecchi per I dettagli.

Pos.	Nome apparecchio	Matricola no. Cod. apparecchio	Inventario no. Codice a barre	Motivo della chiamata
010	Evita V600 Software: 02.01.00	- ASUD-0077 8422300		Installation
		Data di esecuzione: 24/02/2026 24/02/2026 EFFETUATO CAMBIO CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO DA CARRELLO A PENSILE E INTEGRAZIONE MONITORAGGIO CO2. INSTALLAZIONE OPZIONE MONITORAGGIO CO2. COCKPIT DISPOSITIVO INSTALLATO SU BRACCIO SWIVEL ARM-38MM POLE- VESA, 300. SENSORE MCABLE-MAINSTREAM CO2 MATRICOLA ASUF-0538. PROVE DI BUON FUNZIONAMENTO CON ESITO POSITIVO.		
010-1		Quant. 2,00 Ora	Articolo no. R001	Descrizione Tempo di riparazione (24/02/2026)

Elenco apparecchi

Codice Cliente no. Contratto
0091038936

Chiamata no.
T00950640

Data intervento
24/02/2026

Pag. 2 / 2


No.	Nome apparecchio	Matricola no. Cod. apparecchio	Inventario no. Codice a barre	Ubicazione Ordine di lavorazione no.
-----	------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---

Data, Firma del Tecnico



Signer: Firmato da Marinucci, Maurizio
Date: 2025-02-27 12:21
Maurizio Marinucci
Draeger Italia S.p.A.

Data, Firma Cliente



Signer: Firmato da SIG.RA LIVIANA DI QUINZIO
Date: 2025-02-27 12:21
SIG.RA LIVIANA DI QUINZIO