


	BIOMECH s.r.l. Via Dei Berio 71/73 00155 ROMA Tel. 06 22772279 Cell. 3464001680 C.F.P.IVA: 10456851004 assistenza@biomechsr.it	Rapporto di intervento	RP/0277/25
		Data intervento	20/10/2025
		Ordine di lavoro	WO/0247/25
		Rif. Ticket cliente	2025/01452
Tipologia intervento		C/RIPARAZIONE SONDA	
Modalità intervento		FUORI GARANZIA	

CLIENTE/SEDE INTERVENTO			
Ragione sociale	AUSL PESCARA		
Indirizzo	Via Renato Paolini, 47	Città	6512x Pescara (PE)
Sede intervento	RIANIMAZIONE - PT		
Telefono		Email	

APPARECCHIATURA			
Marca	Modello	Codice Articolo	Matricola
SAMSUNG	LA3-22AI	USP-L03MF2A/WR	K0YSM3GW700023W
Motivo intervento	GIUNZIONE CAVO SONDA DANNEGGIATO		
Lavoro eseguito	DETTAGLIO RIPARAZIONE: - Sostituzione completa guaina cavo - Test e controlli - Disinfezione sonda		

L'intervento è	CHIUSO
----------------	--------

Firma Tecnico (Admin Assistance)	Firma del cliente
	



03. Rapporto PAD

Processed: 02.10.2025 11:10

Manufacturer: Samsung
Probe Model: LA3-22AI
Serial Number: K0YSM3GW700023W
Purpose: Outgoing test

Operator: MBO
Test Date: 02.10.2025 11:10
Test Rev: T-2.1
Frequency: 2MHz to 23MHz
Depth: 15 mm

Gain: 48 dB
Leakage: 9 μ A

Comment:

Piezo Analysis

Yearly calibrated and tested

