

VERBALE DI COLLAUDO FORNITURA

1. Dati generali

Fornitore:

Casaluci S.r.l.

S.S. 16 Lecce-Maglie km 978 – 73022 Corigliano d'Otranto (LE)

P.IVA 03470080759 – Tel. 0836 583339 – info@casalucihealthcare.com

Destinatario:

A.S.L. PESCARA – U.O.C. Ingegneria Clinica – Via R. Paolini n. 47 – 65124 Pescara

Luogo di installazione:

Presidio Ospedaliero "Santo Spirito" – Blocco Operatorio – Pescara

2. Oggetto del collaudo

Fornitura, installazione e messa in funzione di:

- n. 4 Workstation-Monitor 43" – Visualizzatore PACS 4K – DICOM

- n. 1 Servizio di montaggio e installazione

Numeri di Serie:

WS_CA251201

WS_CA251202

WS_CA251203

WS_CA251204

Come da Offerta Economica Casaluci S.r.l. n. 301/25-VC-DIR del 03/10/2025 e Ordine NSO n. 20-2025-146 del 23/10/2025 - CIG B8959DDE70

3. Documentazione tecnica e amministrativa verificata

- D.D.T. n. 166 del 28/10/2025 – Casaluci S.r.l.

- Dichiarazione di conformità CE del 31/10/2025 (modelli WS_CA251201 ÷ WS_CA251204)

- Manuali d'uso e manutenzione forniti in copia digitale

- Schede tecniche dei dispositivi installati

- Certificazione di garanzia full-risk 12 mesi

4. Esito delle prove di collaudo funzionale

Durante le operazioni di collaudo si è proceduto a verificare:

- integrità meccanica ed estetica dei dispositivi installati;

- corretto fissaggio delle workstation alle strutture di supporto;

- corretta alimentazione elettrica e messa a terra;

- accensione e prova funzionalità;

- connessione di rete;

- verifica tastiere medicali con touchpad integrate.

Tutte le verifiche hanno dato esito positivo.

Non sono state riscontrate non conformità o difetti funzionali.

5. Addestramento del personale

In data 20/11/2025 è stata effettuata la sessione di addestramento operativo di 4 ore rivolta al personale utilizzatore, come previsto dall'offerta.

CASALUCI SRL

S.S. Adriatica Lecce-Maglie Km 978

73022 Corigliano d'Otranto (LE) - Italy


P.IVA 03470080759

T +39 0836 583339

F +39 0836 589136

•

www.casalucihealthcare.com



Il personale è stato istruito sulle procedure di utilizzo, avvio/arresto e gestione di eventuali anomalie di base.

6. Collaudo finale

Il materiale risulta conforme alle specifiche tecniche di capitolato e pienamente funzionante. il collaudo si conclude con esito positivo e con la presa in consegna definitiva della fornitura.

7. Firma delle parti

Per la Ditta Fornitrice

Flavio Casaluci
Casaluci S.r.l.

Firma: LORETA MATEO

Loreta Mateo

Data: 20/11/2025

Per l'A.S.L. Pescara

Ing. Vincenzo Lo Mele
Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica

Firma: *[Signature]*

Data: 20/11/2025

COORD. S.O. Dna A. D'Alotio

[Signature]

PER P.V. RIS/PACI
MIRKO DI PAOLO

[Signature]

XIA R.T. I.

Gianni Di Ludio

[Signature]

IL COLLAUDATORE:

ING. CLAUDIA DI LANZO.

[Signature]

PE 20/11/25

CASALUCI SRL
S.S. Adriatica Lecce-Maglie Km 978
73022 Corigliano d'Otranto (LE) - Italy
P.IVA 03470080759

T +39 0836 583339
F +39 0836 589136

•
www.casalucihealthcare.com

