
DETtagli intervento

Codice 2025/02630/04

Tipo Correttiva
Data Fine 02/01/2026 **Ora Fine** 11:00

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio E015922

Presidio PO Pescara

Descrizione VIDEOGASTROSCOPIO

Reparto UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO

Costruttore OLYMPUS OPTICAL CO LTD

Stanza PE | TERRA | MAGAZZINO GASTRO PEDIATRICA

Modello GIF 1100 EVIS X1

GUASTO RISCONTRATO

guaina rota

DESCRIZIONE INTERVENTO

Prova di funzionamento

Riconsegna

Gas Liquids 99:15

One vloggle 00:00

ESITO INTERVENTO

[BII] - Richiesta evasa

Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile

INTERVENTO PER PRESA VISIONE

Cognome Name *Firma*

Chen Lin

INTENTE PER BRECA VISIONE

Cognome Nome

Firma