
DETtagli intervento

Codice 2025/02725/04

Tipologia Correttiva

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio *E016206*
Descrizione **VIDEOCOLONSCOPIO**
Costruttore **OLYMPUS OPTICAL CO LTD**
Modello **CF EZ1500DLI EVIS X1**

Presidio PO Popoli
Reparto Serv. Endoscopia Digestiva-Popoli
Stanza NUOVO PADIGLIONE | 5 | SALA GRANDE
Matricola 2506929 **Inventario** Ente

GUASTO RISCONTRATO

canale ostruito

DESCRIZIONE INTERVENTO

Riconsegna strumento riparato in Medicina di fronte endoscopia.

Ora favore: 00:30 Ora viaggio: 00:00

ESITO INTERVENTO

[B1] - Richiesta evasa

Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'elenco è indicato anche l'eventuale dismissione

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO

Cognome Nome

Firma

Chen Lin

INTENTE PER PRESA VISIONE

11

61

1000