

## **VALUTAZIONE TECNICA PER L'ACQUISIZIONE DI 15 SET RESETTORI BIPOLARI PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI UROLOGIA DELLA ASL DI PESCARA**

In data 19-1-26 la commissione si è riunita per la valutazione delle offerte inviate in relazione alla RDO 5710113 relativa all'acquisizione di 12 resettori 24/26 Fr e di 3 resettori 22/24 Fr e relativo materiale di consumo per le esigenze della U.O.C. UROLOGIA dell'ASL PESCARA. L'offerta è da parte di una sola ditta la MOVI che offre i kit resettori così composti:

Codice 8675424 CAMICIA EST.SHARK 24FR.

"Camicia esterna ""Shark"" in acciaio da 24fr; irrigazione continua; doppio rubinetto"

Codice CND: Z12029080 BD/RDM: 863435

Codice 8675322 CAMICIA INT.SHARK 22FR.

Codice CND: N.A. BD/RDM: 0

Codice 8673022 MANDRINO STD.CAM.SHARK 22FR.

Codice CND: N.A. BD/RDM: 0

Codice 8675426 CAMICIA EST.SHARK 26FR.

Codice CND: Z12029080 BD/RDM: 863634

Codice 8675324 CAMICIA INT.SHARK 24FR.

Codice CND: N.A. BD/RDM: 0

Codice 8673024 MANDRINO STD.CAM.SHARK 24FR.

Codice CND: N.A. BD/RDM: 0

Codice 8654422 OTTICA DISTORSION FREE 30ø4MM

Codice CND: Z12029080 BD/RDM: 2896918

Codice 806625231 CAVO LUCE FIBRE 2,5MMX2,3MM SNAP-ON

Codice CND: N.A. BD/RDM: 0

Codice 8675524 CAMICIA INT.SHARK 24FR.ACCIAIO

Codice CND: K0180 BD/RDM: 1436951

Codice 8673324 MANDR.STD.24FR.CAM.PUNTA ACCIAIO

Codice CND: N.A. BD/RDM: 0

Codice 8632284 PROLUNGA PER CISTOSCOPI. PER LASER IRRIG. CONTINUA

Codice CND: N.A. BD/RDM: 0

Codice 82240

Descrizione SIRINGA 150ML-USO CAM.CONO B

Codice CND: L1299 BD/RDM: 2461497

Codice 33024 RIWO-TRAY 500X200X60MM

Codice CND: S0199 BD/RDM: 2229398

Codice 8096811 RACC. GENERAT.OLYMPUS/CAVO WOLF  
Codice CND: N.A. BD/RDM: 0

Codice 8801 10 CAPPUCETTI ROSSI FINO 7FR.  
Codice CND: N.A. BD/RDM: 0

Quanto offerto risulta rispondente alle caratteristiche di idoneità.  
In considerazione del fatto che quanto offerto è già in uso e quindi già conosciuti nei vari aspetti da sottoporre a giudizio, la commissione decide di non effettuare la DEMO-VISIONE.

## GIUDIZIO DI QUALITÀ

### LOTTO 1

| NUM. | CRITERIO DI VALUTAZIONE                                                                                                                                       | coefficiente di qualità |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1    | Efficacia del flusso/irrigazione. Relazionare con documentazione tecnica                                                                                      | 1                       | 30        |
| 2    | Facilità e rapidità di sgancio tra la camicia interna/esterna e tra la camicia e l'elemento operativo. Relazionare con documentazione tecnica                 | 1                       | 25        |
| 3    | Atramauticità della punta ceramica del resettore. Relazionare con documentazione tecnica                                                                      | 1                       | 15        |
| 4    | Adattabilità cavo elettrico mono-bi-polare con i generatori di corrente già in dotazione della U.O.C. (ERBA – MARTIN). Relazionare con documentazione tecnica | 1                       | 10        |
|      | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                 |                         | <b>80</b> |

19-01-2026

### COMMISSIONE TECNICA

PRESIDENTE dott. ROBERTO RENZETTI



COMPONENTE dott. DINO PETRONE

**AUSL PESCARA**  
U.O. di UROLOGIA  
Dott. PETRONE DINO  
C.d.C. 316 Matricola 6910

COMPONENTE dott.ssa PAOLA PACE

**ASL PESCARA**  
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALI  
AREA CHIRURGICA  
Dott.ssa Paola PACE