

VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA N.2

RDO APERTA NUMERO 3897027 DA ESPERIRE SUL MEPA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. NUMERO 36/2023, PER L'ACQUISIZIONE DI UN ECOGRAFO NECESSARIO PER LA UOC DI NEUROLOGIA D'URGENZA E STROKE UNIT

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 12 del mese di marzo, alle ore 9,00, presso la UOC Neurologia D'Urgenza e Stroke Unit dell'ASL di Pescara, si riunisce la Commissione tecnica di gara costituita per la valutazione delle offerte tecniche relative alla fornitura di cui in argomento, nominata con Delibera N. 133 del 24/01/2024.

Sono presenti:

- Dott.ssa Maria Vittoria De Angelis – UOC Neurologia D'Urgenza e Stroke Unit - (Presidente)
- Dott.ssa Caterina Di Carmine – UOC Neurologia D'Urgenza e Stroke Unit - (Componente)
- Ing. Dario Rinaldi – UOC Ingegneria Clinica - (Componente)

Premesso

Che per affidare la fornitura in epigrafe è stata indetta la RDO N° 3897027 su MEPA;

Che la Commissione ha espresso le proprie valutazioni tecniche delle offerte proposte con il precedente verbale n.1 del 13/2/2024;

Visto e considerato

Che la Ditta partecipante Esaote con nota Prot. n. T002060ITA del 4.3.2024 ha richiesto all'Amministrazione di valutare in autotutela la possibilità di escludere l'operatore economico Siemens Healthcare dal proseguimento della procedura di gara, per non conformità dell'offerta (causa "Assenza Modulo Fusion").

Che l'istanza di esclusione prodotta dalla ditta Esaote può ritenersi fondata, pur rilevando che il suddetto 'modulo Fusion' riveste rilevanza clinica in casi altamente selezionati e pertanto non era stato ritenuto inizialmente motivo di esclusione.

Che il Codice dei Contratti pubblici, d.lgs. 36/2023 precisa che "l'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche previsti".

Che dopo approfondita revisione delle caratteristiche tecniche degli apparecchi offerti da entrambe le Ditte partecipanti e della letteratura scientifica, il 'modulo Fusion' non trova equivalenza tecnica e clinica in altre specifiche.

La Commissione ritiene di dover procedere con l'esclusione dell'offerta dell'O.E. Siemens per non conformità dell'offerta e conferma la valutazione tecnica già espressa con il precedente verbale n.1 del 13/2/2024 per l'offerta della ditta Esaote (70 punti).

Al termine delle operazioni, la Commissione dispone di dare mandato al Presidente di trasmettere al RUP il presente verbale per gli adempimenti di competenza.

Alle ore 10.00, pertanto, il Presidente dichiara chiusa la seduta della Commissione.

Letto, confermato e sottoscritto,

Dott.ssa Maria Vittoria De Angelis – UOC Neurologia D'Urgenza e Stroke Unit - (Presidente)

Dott.ssa Caterina Di Carmine – UOC Neurologia D'Urgenza e Stroke Unit - (Componente)

Ing. Dario Rinaldi – UOC Ingegneria Clinica - (Componente)