



UFFICIO METROLOGIA VIGILANZA AMBIENTE

VERBALE DI SOPRALLUOGO N. 01 CH PE DEL 06/02/2023

VIGILANZA DEL MERCATO SUGLI STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO

Il giorno 06/02/2023 alle ore 11:00, previo accordo con l'Autorità sanitaria responsabile della struttura interessata, i sottoscritti verbalizzanti BOZZI Maria Rosa – Ispettore Metrico e DI CESARE Carmine - Assistente al servizio metrico, in servizio presso l'Ente e l'Ufficio in intestazione, in ottemperanza alla richiesta Prot. n. 0017546 del 20/01/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, Divisione VIII – Strumenti di misura e metalli preziosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 c.3 del C.P.P. – degli artt. 25 e 26 del R.D. 23/08/1890, si sono recati in ordinario servizio ispettivo ai sensi dei DD.Lgs. 29/12/1992 n. 517 e 19/05/2016 n. 83 e del D.M. n. 93 del 21/04/2017 presso l'Azienda Sanitaria Locale di PESCARA – Partita IVA 01397530682 - Presidio ospedaliero di PESCARA all'indirizzo Via Fonte Romana n. 8 – 65124 PESCARA.


I verbalizzanti, dopo essersi presentati mediante l'esibizione della propria tessera personale al Sig. CRESCIA Emiliano in qualità di coadiutore amministrativo e identificato con documento Patente auto n. U18933143K scad. 24/02/2024 e all'Ing. Vincenzo Lo Mele in qualità di Dirigente della U.O.C. Ingegneria Clinica e identificato con documento Patente auto n. U16X47519T con scadenza 22/08/2026, informano preventivamente la Parte in merito allo scopo dell'ispezione, avente per oggetto il controllo visivo formale dei seguenti Letti Bilance per accertare l'avvenuta conformazione dei medesimi al Certificato di Esame UE del tipo AT-Lab-I18-078/0 Rev.0 del 13 Dicembre 2018 da parte del fabbricante 5.9 S.R.L. CARE WEIGHTING SYSTEM corrente in Via Ischia 2 40017 S. Matteo della Decima -San Giovanni in Persiceto (BOLOGNA):

Modelli: GS15-MED matricole: 1706322 e 1706323

Nell'unità operativa UOC di PEDIATRIA – Stanza sub-intensiva della suddetta Azienda Ospedaliera, i funzionari della Camera di Commercio di Chieti Pescara hanno riscontrato la presenza dei seguenti strumenti di misura in servizio, identificati con le targhe metriche apposte sui medesimi:

Marca: 5.9 S.R.L. CARE WEIGHTING SYSTEM

	Modello	Classe	e	P Min	P Max	N. Matricola	Certificato Esame UE del tipo	Ultime due cifre anno apposizione marcatura CE	Numero Organismo notificato
1	GS15-MED	III	0,05 kg	1 kg	150 kg	1706322	AT-lab-I18-078/0	17	2081
2	GS15-MED	III	0,05 kg	1 kg	150 kg	1706323	AT-lab-I18-078/0	17	2081



[Handwritten signatures and marks]



OPERAZIONI SVOLTE ED ESITI DEL CONTROLLO DEGLI STRUMENTI DI MISURA RICHIESTO DAL
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY CON LA NOTA PROT. N. 0017546 del 20/01/2023

1 - LETTO BILANCIA MOD. GS 15 – MED MATR. N. 1706322

◆ Controllo visivo-formale della targa metrologica posta sul visualizzatore dello strumento per pesare a funzionamento non automatico – NAWI riportante gli estremi del Certificato UE del tipo AT-lab-I18-078/0
ESITO: - la targa metrica è conforme a quella riportata nel certificato UE del tipo n. AT-lab-I18-078/0 ma l'anno riportato nella marcatura metrologica supplementare (M17) è precedente a quello di rilascio della corrispondente Dichiarazione di conformità UE (21) e all'anno di emissione del Certificato Esame UE del tipo (18).

- la foto della targa metrica è riportata nell'**Allegato** al presente verbale

◆ Presa visione e acquisizione agli atti di copia della dichiarazione di conformità di cui all'Allegato IV del D. Lgs. n. 517/92.

ESITO: La copia della dichiarazione di conformità è stata fornita direttamente dal fabbricante e costituisce Un **Allegato** al presente verbale.

◆ Controllo visivo-formale dei sigilli previsti dal relativo piano di legalizzazione dello strumento.

ESITO: i sigilli di protezione applicati allo strumento o mancanti sono documentati con le foto di **Allegato** al presente verbale.

◆ Controllo visivo della versione di programma (software) installata.

ESITO: rilevato un codice diverso da quello previsto nel Certificato Esame UE del tipo AT-lab-I18-078/0 come si evince dalla foto **Allegata** al presente verbale.

2

2 - LETTO BILANCIA MOD. GS 15 – MED MATR. N. 1706323

◆ Controllo visivo-formale della targa metrologica posta sul visualizzatore dello strumento per pesare a funzionamento non automatico – NAWI riportante gli estremi del Certificato UE del tipo AT-lab-I18-078/0
ESITO: - la targa metrica è conforme a quella riportata nel certificato UE del tipo n. AT-lab-I18-078/0 ma l'anno riportato nella marcatura metrologica supplementare (M17) è precedente a quello di rilascio della corrispondente Dichiarazione di conformità UE (21) e all'anno di emissione del Certificato Esame UE del tipo (18).

- la foto della targa metrica è riportata nell'**Allegato** al presente verbale

◆ Presa visione e acquisizione agli atti di copia della dichiarazione di conformità di cui all'Allegato IV del D. Lgs. n. 517/92.


ESITO: La copia della dichiarazione di conformità è stata fornita direttamente dal fabbricante e costituisce Un **Allegato** al presente verbale.

◆ Controllo visivo-formale dei sigilli previsti dal relativo piano di legalizzazione dello strumento.

ESITO: i sigilli di protezione applicati allo strumento o mancanti sono documentati con le foto di **Allegato** al presente verbale.

◆ Controllo visivo della versione di programma (software) installata.

ESITO: rilevato un codice diverso da quello previsto nel Certificato Esame UE del tipo AT-lab-I18-078/0 come si evince dalla foto **Allegata** al presente verbale.





Si consegna l'informativa ai sensi art. 13 del Regolamento UE n. 2016/79 in materia di protezione dei dati personali.

Il presente verbale, che consta di n. 3 pagine + allegati, viene redatto in duplice copia, di cui una è rilasciata alla Parte, e verrà trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per quanto di competenza. Viene altresì dato atto che nel corso delle operazioni di controllo non sono stati arrecati danni agli strumenti, a persone, a cose e agli impianti.

Il Sig. Crescia Emiliano e il Sig. Vincenzo Lo Mele presenti nell'Azienda sanitaria hanno dichiarato: Nulla Letto, confermato e sottoscritto.

La Parte


(I rappresentanti dell'Azienda)






(Timbro)

I Verbalizzanti





U.O.C.

IL DIRETTORE

Ing. Clinica HTA

Dr. Ing. Vincenzo LO MELE








CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHIETI PESCARA

UFFICIO METROLOGIA VIGILANZA AMBIENTE

ALLEGATO N. 01 AL VERBALE DI SOPRALLUOGO N. 01 CH PE DEL 06/02/2023

FOTO INDICATORE ELETTRONICO

LETTO BILANCIA MARCA 5.9 S.R.L. Care Weighting System MOD. GS 15-MED MATR. N. 1706322



Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Chieti Pescara
Sede Legale: Largo G.B. Vico, 3 66100 Chieti | Sede di Pescara: Via Conte di Ruvo, 2 65127 Pescara
tel. +39 0871 5450 - 085 45361 | PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it | www.chpe.camcom.it
partita IVA 02558590697









ALLEGATO N. 02 AL VERBALE DI SOPRALLUOGO N. 01 CH PE DEL 06/02/2023

FOTO SCATOLA DI GIUNZIONE

LETTO BILANCIA MARCA 5.9 S.R.L. Care Weighting System MOD. GS 15-MED MATR. N. 1706322



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature







ALLEGATO N. 03 AL VERBALE DI SOPRALLUOGO N. 01 CH PE DEL 06/02/2023

FOTO CELLE DI CARICO

LETTO BILANCIA MARCA 5.9 S.R.L. Care Weighting System MOD. GS 15-MED MATR. N. 1706322



AmBAs

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]











CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHIETI PESCARA

UFFICIO METROLOGIA VIGILANZA AMBIENTE

ALLEGATO N. 04 AL VERBALE DI SOPRALLUOGO N. 01 CH PE DEL 06/02/2023

FOTO INDICATORE ELETTRONICO

LETTO BILANCIA MARCA 5.9 S.R.L. Care Weighting System MOD. GS 15-MED MATR. N. 1706323



Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Chieti Pescara
Sede Legale: Largo G.B. Vico, 3 66100 Chieti | Sede di Pescara: Via Conte di Ruvo, 2 65127 Pescara
tel. +39 0871 5450 - 085 45361 | PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it | www.chpe.camcom.it
partita IVA 02558590697



AMB

[Handwritten signature]

Incl






ALLEGATO N. 05 AL VERBALE DI SOPRALLUOGO N. 01 CH PE DEL 06/02/2023

FOTO SCATOLA DI GIUNZIONE

LETTO BILANCIA MARCA 5.9 S.R.L. Care Weighting System MOD. GS 15-MED MATR. N. 1706323



NOTE: assente sigillo sul cofano di copertura della scatola-connettore di giunzione delle celle di carico



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature




Handwritten signature



ALLEGATO N. 06 AL VERBALE DI SOPRALLUOGO N. 01 CH PE DEL 06/02/2023

FOTO CELLE DI CARICO

LETTO BILANCIA MARCA 5.9 S.R.L. Care Weighting System MOD. GS 15-MED MATR. N. 1706323





DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Déclaration de conformité
Conformity certificate

Il fabbricante **5.9 s.r.l. CARE WEIGHTING SYSTEM**
Via Ischia, 2 – 40017 San Matteo della Decima (BO)
Tel. 051 0546950 – fax 051 19901816 – info@5dot9.it
P.I. 03356691208 – N. REA BO - 512782

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che
lo strumento per pesare a funzionamento non automatico

III classe

Modello: GS15-MED

N° del certificato di approvazione CE del Tipo emesso da: AT-Lab Azienda
speciale Camera di Commercio O.N. 2081: AT-Lab-I18-078/0: 13/12/2018

Matricola: 1706323

Valore dell'accelerazione di gravità: 9,80237 Zona di utilizzo: B

è conforme:

1. Ai requisiti della Direttiva 2014/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recepita in Italia con Decreto Legislativo n° 83 del 19 maggio 2016,
2. Ai requisiti delle seguenti direttive:
 - Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
 - Bassa Tensione 2014/35/UE e successive modifiche,
3. Alla norma armonizzata EN 45501:2015

L'Organismo Notificato AT Lab. O.N. (n° identificativo 2081 ha effettuato le attività richieste dall'allegato II Modulo D della Direttiva del Consiglio 2014/31/UE ed ha rilasciato il certificato N. ATLab-I20-003/0 quality system Approval.

San Matteo della Decima, lì 10/06/2021

Amministratore delegato
Bruno Morabito



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Déclaration de conformité
Conformity certificate

Il fabbricante **5.9 s.r.l. CARE WEIGHTING SYSTEM**
Via Ischia, 2 – 40017 San Matteo della Decima (BO)
Tel. 051 0546950 – fax 051 19901816 – info@5dot9.it
P.I. 03356691208 – N. REA BO - 512782

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che
lo strumento per pesare a funzionamento non automatico

III classe

Modello: GS15-MED

N° del certificato di approvazione CE del Tipo emesso da: AT-Lab Azienda
speciale Camera di Commercio O.N. 2081: AT-Lab-I18-078/0: 13/12/2018

Matricola: 1706322

Valore dell'accelerazione di gravità: 9,80237 Zona di utilizzo: B

è conforme:

1. Ai requisiti della Direttiva 2014/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recepita in Italia con Decreto Legislativo n° 83 del 19 maggio 2016,
2. Ai requisiti delle seguenti direttive:
 - Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
 - Bassa Tensione 2014/35/UE e successive modifiche,
3. Alla norma armonizzata EN 45501:2015

L'Organismo Notificato AT Lab. O.N. (n° identificativo 2081 ha effettuato le attività richieste dall'allegato II Modulo D della Direttiva del Consiglio 2014/31/UE ed ha rilasciato il certificato N. ATLab-I20-003/0 quality system Approval.

San Matteo della Decima, lì 10/06/2021

Amministratore delegato
Bruno Morabito

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

– Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché dell’art. 10 D.Lgs. 51/2018 –

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di CHIETI PESCARA, (di seguito, “CCIAA” o “Titolare”) intende qui fornirLe le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in relazione ai trattamenti di dati personali operati nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza assegnate alla CCIAA.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di CHIETI PESCARA (di seguito anche più semplicemente “Titolare” o “CCIAA”), avente sede legale in Chieti – Largo G.B. Vico n. 3, Tel. 0871 5450426, sito web: www.chpe.camcom.it - PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it

2. DPO (DATA PROTECTION OFFICER)

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, Il Titolare ha provveduto a nominare un proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), contattabile ai seguenti recapiti: Dott. Giuseppe Del Medico- e-mail: rpd-privacy@chpe.camcom.it

3. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

I dati personali oggetto di trattamento sono destinati ad assolvere obblighi di legge e compiti d’interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. c ed e GDPR) fissati, in primo luogo, dalla l. 580/1993 e ss.mm.ii. (e relative norme attuative), la quale assegna alle Camere di commercio lo svolgimento di funzioni di vigilanza e di sorveglianza in materia di metrologia legale (comprese le attività di sorveglianza sui Centri tecnici e Officine autorizzate ad operare sui cronotachigrafi CEE), metalli preziosi, etichettatura e sicurezza dei prodotti e nelle altre materie di competenza della Camera di Commercio, nonché dalla normativa che prevede l’accertamento di violazioni amministrative di cui alla L. 689/1981 e ss.mm.ii.-

In tale contesto, i dati personali possono essere trattati per le seguenti attività:

- ispezioni e controlli e redazione dei relativi verbali di ispezione e di sorveglianza;
- sequestri amministrativi;
- redazione e notificazione di verbali di accertamento in caso di infrazioni.

Nell’ambito della vigilanza in materia di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché nello svolgimento delle funzioni in materia di metrologia legale, il personale della Camera di Commercio svolge la propria attività in qualità di ufficiale e agente di Polizia Giudiziaria. In questi casi, i dati sono trattati, in forza di disposizioni di legge, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, nel rispetto della Direttiva (UE) 2016/680, attuata in Italia con il D.Lgs. 51/2018.

4. ORIGINE DEI DATI TRATTATI

I dati oggetto di trattamento sono prevalentemente quelli che la CCIAA ottiene dagli Interessati stessi in sede di ispezione (dati comuni) e/o di istruttoria (dati comuni e particolari).

Ulteriori dati (comuni) possono essere estrapolati dal Registro Imprese o dall’Albo Imprese Artigiane dal portale Infoweb e, ai fini dell’attività di notificazione, reperiti presso l’Anagrafe Tributaria e le Anagrafi dei Comuni.

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento da parte dell’interessato di tutti i dati personali ad egli richiesti è necessario oltre che obbligatorio ai sensi di legge.

6. AUTORIZZATI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

Per il trattamento informatizzato dei dati la CCIAA si avvale del supporto del proprio Responsabile del trattamento InfoCamere S.C.p.A., il quale ha facoltà di appoggiarsi ad ulteriori, propri Responsabili del trattamento.

La CCIAA potrà, inoltre, avvalersi di ulteriori Responsabili del trattamento che erogano servizi tecnico/informatici, di comunicazioni telematiche e di gestione documentale.

7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti che operano in qualità di Titolari Autonomi: al Ministero dello Sviluppo Economico per finalità di informazione; ad altre Camere di Commercio territorialmente competenti ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni; all’Autorità Giudiziaria qualora si riscontri incidentalmente la commissione di un reato o su richiesta dell’Autorità medesima; alla Prefettura; ai laboratori incaricati di effettuare prove sui prodotti oggetto di verifica; a Unioncamere e ad Accredia per quanto concerne i dati relativi alla sorveglianza sull’attività dei laboratori accreditati allo svolgimento delle verifiche periodiche degli strumenti di misura, ad altri organi accertatori, ai soggetti interessati a eventuale contenzioso. Inoltre, per l’attività di sorveglianza in materia di metalli preziosi; i dati possono essere comunicati a Questura, Procura della Repubblica, Produttori di punzoni, Detentori di marcatrici laser, Laboratori incaricati dello svolgimento di analisi. Detti soggetti operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati trattati nell'ambito delle attività di vigilanza e di sorveglianza sono conservati illimitatamente per ragioni di pubblico interesse.

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il Regolamento (UE) 2016/679 ed il D.Lgs. 51/2018 riconoscono a tutti gli Interessati diversi diritti, che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 7 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento; oppure artt. 11 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 laddove il personale della CCIAA operi in qualità di ufficiale e agente di Polizia Giudiziaria) vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA di CHIETI PESCARA ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire al seguente sul sito internet www.garanteprivacy.it

Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO.

Questa informativa è stata aggiornata in data 15/07/2021

